

Znak sprawy Sp/AZP/382/4/2016

Pyskowice, 2016-03-10

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 5

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
Sp/AZP/382/4/2016. Nazwa zadania: Dostawa odczynników do laboratorium
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia informujemy:

Wyjaśnienia

1. Czy zamawiający wymaga potwierdzenia, że oferowany asortyment nie powoduje utraty
gwarancji elektrod pomiarowych zainstalowanych w aparacie „Starlyte”

Odpowiedź: Tak

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania
ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez
zmian.

Prezes Zarządu Leszek Kubiak

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

PREZES ZARZĄDU

Leszek Kubiak