

Znak sprawy Sp/AZP/382/4/2016

Pyskowice, 2016-03-10

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 8

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/4/2016. Nazwa zadania: Dostawa odczynników do laboratorium
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Wyjaśnienia

dot. Pakiet XII - Dostawa odczynników do badań z zakresu immunohematologii metodą aglutynacji kolumnowej, wraz z dzierżawą aparatu z pełną usługą serwisową

1. Prosimy o potwierdzenie, że transport monitorowany dotyczy odczynników wrażliwych na temperaturę (odczynniki krwinkowe), które powinny być przechowywane w temperaturze 2-8 stopni C?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga

2. Czy Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni, co podyktowane jest procedurą producenta i jego siedzibą poza granicami RP?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza

3. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby oferowana wirówka posiadała wyjmowany bez użycia narzędzi rotor w celu łatwej dezynfekcji komory wirowania?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga

4. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana wirówka posiadała stałą prędkość i czas wirowania?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga

5. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane mikrokarty były fabrycznie wypełnione odpowiednimi odczynnikami przez producenta i gotowe do użycia?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga

6. Czy Zamawiający wymaga aby autoryzowany serwis dla oferowanego w dzierżawę sprzętu był dostępny przez 7 dni w tygodniu, również w niedzielę i święta?

Odpowiedź: Serwis powinien być dostępny w dni robocze

7. Prosimy o informację, czy w przypadku jeżeli oferowane odczynniki / karty nie posiadają w swoim składzie substancji niebezpiecznych, Zamawiający dopuści złożenie w miejsce wymaganych kart charakterystyki stosownego oświadczenie w formie papierowej?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza

8. Prosimy o potwierdzenie, czy w związku z wymogiem "Dostawa produktów - zgodnie z zadeklarowanym harmonogramem (...)" w zakresie pakietu 12 Zamawiający dopuszcza dostawy cykliczne wg. załączonego do oferty harmonogramu na dany rok, a kryterium "czas dostawy od zgłoszenia" dla pakietu 12 będzie dotyczył dostaw pilnych "na cito" zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie nie więcej niż 10 dni?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga dostaw cyklicznych zgodnie z przedstawionym harmonogramem

9. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania krwinek wzorcowych w takich ilościach, aby możliwe było wykonanie przez Zamawiającego opisanych ilości badań w całym okresie obowiązywania umowy tj. przez 12 miesięcy (tzw. ciągłość badań w całym okresie umowy), czyli min. 1 op. na miesiąc?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z ilością jednostek chorobowych na terenie Szpitala wymagających tych badań, ilość może być różna w zależności od potrzeb w danym miesiącu. Zgodnie z zamówieniem.


Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu Leszek Kubiak

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

PREZES ZARZĄDU

Leszek Kubiak