

Pyskowice 28.07.2016r.

### Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: Sp/AZP/382/13/2016.

Nazwa zadania: „Modernizacja budynku szpitala i oddziałów szpitalnych w tym doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną”- zakup diatermii z przystawką argonową do pracowni endoskopowej- 1 kpl

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania diatermię z przystawką argonową z częstotliwością aparatu 450 kHz ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem że udzielone odpowiedzi nie powodują modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania a i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora  
ds. administracji i eksploatacji  
mgr Dariusz Kujawa