

Pyskowice 02.08.2016r.

Znak sprawy: Sp/AZP/382/11/2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: Sp/AZP/382/11/2016.

Nazwa zadania: Dostawa dwóch lamp operacyjnego w ramach dotacji „Modernizacja traktu operacyjnego wraz niezbędnym doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści złożenie nowszych certyfikatów zarządzania jakością tj. ISO 9001:2008 oraz ISO 13485:2012 zapewniających zgodność ze wszystkimi obowiązującymi normami realizacji zamówienia?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której obudowa wykonana jest z wysokoodpornego materiału ABS z powłoką antybakteryjną Polygiene® zwalczającą szkodliwe mikroorganizmy (bakterie, wirusy i drożdże, w tym gronkowca złocistego odpornego na metycylinę – MRSA)?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną zaprojektowaną do współpracy z nawiewem laminarnym o konstrukcji zwartej i jednorodnej, bez widocznych przerw, składającą się z: a) Czaszy głównej: matryca diodowa – 6 paneli świecących zawierających po 15 diod LED (łącznie 90 diod) gwarantujących uzyskanie natężenia oświetlenia na poziomie $E_c=160\ 000\text{kLux/1m}$

b) Czaszy satelitarnej: matryca diodowa – 3 panele świecące zawierające po 13 diod (łącznie 39 diod) gwarantujących uzyskanie natężenia oświetlenia na poziomie $E_c=150\ 000\text{kLux}/1\text{m}^2$. Obie czasze posiadają odpowiednio wyprofilowany, opływowy kształt, dzięki któremu obieg nawiewu laminarnego pozostaje niezaburzony. Pragniemy ponadto zauważyć, że widoczne przerwy pomiędzy panelami znacznie utrudniają utrzymanie lampy w czystości i kontrolę zakażeń.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z zakresem regulacji średnicy oświetlanego pola dla czaszy głównej: od 20cm do 42cm; dla czaszy satelitarnej: od 14 do 31cm?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością regulacji temperatury barwowej w zakresie od 3100 do 4600°K?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w membranowy panel sterujący z dużymi, wyraźnymi przyciskami umożliwiającą regulację wszystkich wymaganych funkcji? Jest to rozwiązanie trwalsze, niezawodne i znacznie ułatwia dostosowanie parametrów lampy podczas operacji. Panele dotykowe w środowisku sali operacyjnej są bardzo niepraktyczne, gdyż utrudniają dezynfekcję i co najważniejsze obsługę w rękawiczkach.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o całkowitej średnicy czaszy głównej wynoszącej 630mm i czaszy satelitarnej wynoszącej 480mm? Bardziej kompaktowy rozmiar czasz gwarantuje lepszą współpracę z nawiewem laminarnym.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych

mgr Danusz Kulicki

Pyskowice 02.08.2016r.

Znak sprawy: Sp/AZP/382/11/2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: Sp/AZP/382/11/2016.

Nazwa zadania: Dostawa dwóch lamp operacyjnego w ramach dotacji „Modernizacja traktu operacyjnego wraz niezbędnym doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła satelitarna ma natężenie oświetlenia $E_c=160\text{klux}/1\text{m}$?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z zakresem regulacji pola operacyjnego 19-36 cm, regulowany uchwytem sterylnym umieszczonym w centrum kopuły?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z zakresem regulacji temperatury barwowej 4000-4400-4800K ? Wartość zawarta w SIWZ - 4300K zawiera się w tych przedziałach.

Odpowiedź

Tak pod warunkiem płynnej regulacji barwowej od 4000 do 4800K

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści czaszę przystosowaną do nawiewu laminarnego wielo-panelową o zamkniętej konstrukcji? Specjalnie wyprofilowana konstrukcja kopuły, jej opływowa powierzchnia boczna oraz dwa sterowniki o opływowych kształtach tworzą idealne warunki do współpracy kopuły z nawiewem laminarnym, minimalizując zakłócenia w jego przepływie. Obudowa wraz z dwoma opływowymi sterownikami kieruje powietrze z nawiewu na boki, a dalej powietrze bez zakłóceń spływa pionowo w dół.

Kształt zamknięty jest obecnie powszechnie stosowany w lampach operacyjnych dedykowanych do sal z nawiewem laminarnym. Wielu czołowych producentów lamp odeszło od stosowanych w przeszłości dzielonych opraw ze względu na brak korzystnego wpływu na przepływ laminarny przy jednoczesnym utrudnieniu czyszczenia i zachowania sterylności. Kształt zamknięty ma bardziej niezależny od położenia lampy wpływ na obieg powietrza w sali operacyjnej. Lampy dzielone o otwartej konstrukcji, ze względu na bardziej skomplikowany kształt w pewnych ustawieniach mogą wprowadzać turbulencje. Oprawa ustawiona w położeniu odchylonym od pionu stawia szereg przeszkód (w postaci swoich segmentów) na drodze strug powietrza. Lampy oparte zamknięte na planie koła w każdym położeniu stanowią jedną zwartą przeszkodę co minimalizuje wprowadzanie turbulencji.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 5

Jaka jest wysokość sal, gdzie mają być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odpowiedź

Na Sali operacyjnej brak jest sufitu podwieszanego, wysokość Sali 3,15 m

Pytanie nr 6

Czy w pomieszczeniach przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

Odpowiedź

W Sali operacyjnej jest zarówno 24 Volt i jest agregat

Pytanie nr 7

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?

Odpowiedź

Strop żelbetowy 20- 25 cm

Pytanie nr 8

Czy w pomieszczeniach istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych.

Odpowiedź

Jest to ostatnie piętro, powyżej jest płaski dach

Pytanie nr 9

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

Odpowiedź

Po zdemontowaniu starych lamp są dwa przewody 2*2,5 na środku Sali

Pytanie nr 10

Jeżeli w salach gdzie mają być zamontowane lampy nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie?

Odpowiedź

Nie, jest to po stronie Wykonawcy

Pytanie nr 11

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? Jeżeli tak, to jakiego producenta?

Odpowiedź

Tak są zamontowane lampy FAMED B-900 z 1975

Pytanie nr 12

Pytanie odnośnie dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (SIWZ -Punkt VI-G.3.) Czy Zamawiający dopuści start w postępowaniu przetargowym w przypadku posiadania jedynie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000? Lampy operacyjne są zakwalifikowane do urządzeń klasy I, a tego typu produkty zgodnie z przepisami nie muszą posiadać Certyfikatu ISO 13485.


Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

21

Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych

mgr Dariusz Kuliński

Pyskowice 02.08.2016r.

Znak sprawy: Sp/AZP/382/11/2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 3

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: Sp/AZP/382/11/2016.

Nazwa zadania: Dostawa dwóch lamp operacyjnego w ramach dotacji „Modernizacja traktu operacyjnego wraz niezbędnym doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o informację, czy w punkcie 10 tabeli technicznej doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i w związku z tym zapis „...dwóch matryc diodowych...” powinien zostać wykreślony ?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 2

W celu precyzyjnego skalkulowania oferty przetargowej prosimy o Zamawiającego o podanie następujących informacji dotyczących miejsca montażu lamp operacyjnych?

- Czy w miejscu montażu lampy operacyjnej obecnie zamontowana jest „stara” lampa, jeśli tak to jaka (typ model), czy do obowiązków dostawcy będzie należał demontaż starej lampy?
- Jaki jest rodzaj i grubość stropu w miejscu montażu lampy?
- Jaka jest wysokość od podłogi do stropu w miejscu montażu lampy?
- Jaka jest wysokość od podłogi do sufitu podwieszanego (jeśli występuje) w miejscu montażu lampy?
- Czy do miejsca montażu lampy doprowadzona jest instalacja elektryczna, jeśli tak prosimy o podanie ilości oraz przekrojów kabli?

- Czy jeśli instalacja elektryczna nie jest doprowadzona, Zamawiający wykona ją we własnym zakresie?

Odpowiedź

Zgodnie z wyjaśnieniami nr 2

Pytanie nr 3

Dotyczy: Część VI SIWZ (G.1 oraz G.2) Czy Zamawiający dopuści dołączenie do oferty przetargowej kopii certyfikatów systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 (zamiast ISO 9001:2000) oraz ISO 13485:2012 (zamiast ISO 13485:2003) Producenta sprzętu?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjnych i eksploatacyjnych
mgr Dariusz Kulpiński

Znak sprawy: Sp/AZP/382/11//2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 4

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/11/2016.

Nazwa zadania: Dostawa dwóch lamp operacyjnych w ramach dotacji „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Dotyczy: Zadanie nr. 1 Lampa zabiegowa, ścienna – 2 szt.

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający wydłuży termin realizacji dostawy lampy do 10-12 tygodni?

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2 dotyczy pkt.8

Czy zamawiający dopuści lampę wykonaną z tworzywa sztucznego zapobiegającego nadmiernemu nagrzewaniu oprawy lampy max do 0,5* C ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 3 dotyczy pkt.9

Czy zamawiający dopuści do postępowania czaszę główną ze zwartą kopułą lampy z 3 panelami świetlnymi połączonymi w całość. Matryca diodowa?. Czaszą składającą się z 36 modułów led oraz dodatkowym reflektorem w centralnym punkcie czaszy dających moc 160 tys lux. Czasze przystosowane do nawiewów laminarnych na salach operacyjnych.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 4 dotyczy pkt.10

Czy zamawiający dopuści do postępowania satelitę ze zwartą kopułą lampy z 3 panelami świetlnymi połączonymi w całość. Matryca diodowa? Czaszą składającą się z 36 modułów led dających moc 140 tys lux. Czasze przystosowane do nawiewów laminarnych na salach operacyjnych

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 5 dotyczy pkt.11

Czy zamawiający dopuści do postępowania lampę z oprawami umożliwiającymi regulację średnicy pola oświetlanego w zakresie 14-28cm z panelu lampy oraz wymiennego sterylizowalnego uchwyty umieszczonego w centralnym miejscu lampy?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 6 dotyczy pkt 8

Czy zamawiający dopuści lampę z możliwością regulacji średnicy pola oświetlanego w zakresie 16-25 cm ?

Podane rozwiązanie przewyższa wymagane w SIWZ

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 7 dotyczy pkt.13

Czy zamawiający dopuści do postępowania lampę z temperaturą barwową 4500K oraz wyższym od wymaganego współczynnikiem odwzorowania barw ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 8 dotyczy pkt.14

Czy zamawiający dopuści lampę z lepszą głębokością oświetlenia pola dla czaszy głównej 1440mm oraz satelity 740mm ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 9 dotyczy pkt.17

Czy zamawiający dopuści lampę z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie 50-100% regulowaną z panelu dotykowego oraz resterylizowalnego uchwyty lampy oddzielnie dla każdej czaszy ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 10 dotyczy pkt.18

Czy zamawiający dopuści do postępowania lampę bez funkcji endo ?

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ


Pytanie nr 11 dotyczy pkt.13

Czy zamawiający dopuści do postępowania lampy z płaską oprawą przystosowane do nawiewów laminarnym oraz z możliwością bliskiego ustawienia czas względem siebie. Korpus czasz lampy wielkości 55cm.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjnych i eksploatacyjnych

mgr Dariusz Kufiński

Pyskowice 02.08.2016r.

Znak sprawy: Sp/AZP/382/11//2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 5

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/11/2016.

Nazwa zadania: Dostawa dwóch lamp operacyjnych w ramach dotacji „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1- dotyczy: Lampa operacyjna dwukopułowa w technologii LED - 2 szt. pkt 8.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z oprawą oświetleniową wykonaną z aluminium z 3 uchwytyami niesterylnymi z tworzywa sztucznego umieszczonymi na obwodzie oprawy?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 2- dotyczy: Lampa operacyjna dwukopułowa w technologii LED - 2 szt. pkt 9.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z czaszą główną w kształcie koła o zwartej i zamkniętej konstrukcji z 66 diodami LED gwarantującymi w sumie natężenie światła 160klux/1m?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 3- dotyczy: Lampa operacyjna dwukopułowa w technologii LED - 2 szt. pkt 10.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z czaszą satelitarną w kształcie koła o zwartej i zamkniętej konstrukcji z 48 diodami LED gwarantującymi w sumie natężenie światła 120klux/1m?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 4- dotyczy: Lampa operacyjna dwukopułowa w technologii LED - 2 szt. pkt 11.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze stałą średnicą pola operacyjnego obu czasz równą $d_{10} = 20\text{cm}$?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 5- dotyczy: Lampa operacyjna dwukopułowa w technologii LED - 2 szt. pkt 13.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z temperaturą barwową równą 4400K?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 6- dotyczy: Lampa operacyjna dwukopułowa w technologii LED - 2 szt. pkt 14. i 15.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z wgłębnością oświetlenia i zakresem pracy bez konieczności ogniskowania wyrażonymi za pomocą parametru L1 + L2 (60%) równego 750mm?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 7- dotyczy: Lampa operacyjna dwukopułowa w technologii LED - 2 szt. pkt 16.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której specyfikacja nie podaje parametru określonego jako niewielki przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga i wykreśli punkt 16.?

Odpowiedź

Pytanie nr 8- dotyczy: Lampa operacyjna dwukopułowa w technologii LED - 2 szt. pkt 17.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulacją natężenia światła 25 – 100% dla lampy głównej oraz 33-100% dla lampy satelitarnej sterowaną z panelu dotykowego, oddzielnie dla każdej czaszy?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 9- dotyczy: Lampa operacyjna dwukopułowa w technologii LED - 2 szt. pkt 18.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z funkcją endo (oświetlenie otoczenia światłem białym o stałym natężeniu 300 lux)?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 10- dotyczy: Lampa operacyjna dwukopułowa w technologii LED - 2 szt. pkt 19.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z żywotnością układu świetlnego równą 30 000 godzin?

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11- dotyczy: Lampa operacyjna dwukopułowa w technologii LED - 2 szt. pkt 22.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z maksymalnym zużyciem energii elektrycznej na poziomie 220W?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 12- dotyczy: Lampa operacyjna dwukopułowa w technologii LED - 2 szt. pkt 23.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z czaszami o klasie ochrony IP =42?

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13- dotyczy: Lampa operacyjna dwukopułowa w technologii LED - 2 szt. pkt 24.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z okrągłymi czaszami (jedno-panelowe) o zamkniętej konstrukcji, przystosowanymi do pracy z nawiewem laminarnym o całkowitej średnicy każdej z czasz równej 62cm?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

os. administracyjnej
mgr Dariusz Kulinski

Pyskowice 02.08.2016r.

Znak sprawy: Sp/AZP/382/11/2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 6

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: Sp/AZP/382/11/2016.

Nazwa zadania: Dostawa dwóch lamp operacyjnego w ramach dotacji „Modernizacja traktu operacyjnego wraz niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Pytanie 1 do pkt nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną, posiadającą czasę główną w kształcie „krzyża” bez widocznie wydzielonych przerw między panelami o budowie ułatwiającej przepływ laminarny zawierającej minimum 10 punktów LED gwarantujących w sumie natężenie oświetlenia $E_c=160\text{klux/1m}$

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie 2 do pkt nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną składającą się z 4 paneli świecących o budowie ułatwiającej przepływ laminarny zawierającej minimum 10 punktów LED gwarantujących w sumie natężenie oświetlenia $E_c=130\text{klux/1m}$?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie 3 do pkt nr 11

Prosimy o doprecyzowanie pomyłki w zapisie i uznanie za właściwy zakres regulacji średnicy pola operacyjnego dla obu czasz mieści się w zakresie min.16-30cm co stanowi najwyższe standardy wykorzystywane na salach operacyjnych?



Odpowiedź

Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami

Pytanie 4 do pkt nr 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną posiadającą temperaturę barwową na poziomie 4350K – co w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej lampy?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie 5 do pkt nr 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną o wgłębności oświetlania na poziomie 1200mm co jest wartością lepszą od wymaganego?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie 6 do pkt nr 15

Prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z tego wymogu gdyż parametrem lepiej określającym tą cechę i już opisanym w pkt 14, jest wgłębność oświetlenia.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7 do pkt nr 18

Prosimy o uznanie jako ekwiwalentnego rozwiązania polegającego na obniżeniu wartości mocy oświetlenia odpowiednio do poziomu dla lampy głównej $\pm 13\ 000\ \text{lux} \pm 5\%$ i dla lampy satelitarnej $\pm 10\ 000\ \text{lux} \pm 5\%$

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8 do pkt nr 23

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie tego wymogu z uwagi na fakt, iż opisany parametr w znaczącym stopniu ogranicza możliwość złożenia ofert producentom nowoczesnych lamp operacyjnych.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ



Pytanie 9 pkt nr 24

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie średnicy głowicy w zakresie max +/- 740mm (+/-10mm) dla obydwu czasz.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający potwierdza, iż w przypadku zaoferowania asortymentu należącego do I klasy wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych wymaga załączenia do oferty deklaracji zgodności. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679) jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (nie dotyczy I klasy wyrobów medycznych).

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §3 ust. 6 wzoru umowy na: „(...) w przypadku stwierdzenia wad elementu lub podzespołu najpóźniej po trzeciej naprawie następuje wymiana tego elementu lub podzespołu na fabrycznie nowy. Wymiana powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.”?

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku wystąpienia trzech awarii, których usunięcie jest związane z wymianą części/podzespołów nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co zaskutkować musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 8 tygodni?

Wymagany termin realizacji jest zbyt krótki w przypadku asortymentu importowanego, produkowanego na zamówienie.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego ?

Obowiązek taki ciążyący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14

Prosimy o dodanie do par. 3 ust. 9 następującego zastrzeżenia:

„Wykonawca w ramach umowy, zobowiązany jest do dokonania wliczonego w cenę oferty przeglądu konserwacyjnego lamp operacyjnych **zgodnie z zaleceniami producenta**.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 4 ust. 1 wzoru umowy na następujący:

- 1) *w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wartości brutto sprzętu którego opóźnienie dotyczy za każdy dzień opóźnienia;*
- 2) *za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy*

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16

Wnosimy o zmianę par. 6 wzoru umowy na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej

bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SIWZ. Wykonawca może w ofercie wyłączyć części, które nie obejmie gwarancja z odpowiednim uzasadnieniem.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjnych i eksploatacyjnych
mgr Dariusz Kuliński