

Znak sprawy: Sp/AZP/382/10//2016

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/10/2016.  
Nazwa zadania: Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną – dotyczy dostawa stołu operacyjnego.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

#### **Termin wykonania zamówienia.**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży termin wykonania zamówienia do 42 dni od podpisania umowy? Jeżeli nie, to na jakie wydłużenie terminu Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

#### **Załącznik nr 2 Zestawienie warunków i parametrów wymaganych – Stół operacyjny.**

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego z wysuwaniem / wsuwaniem stopek blokujących stół do podłoża realizowanym mechanicznie za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej w podstawie stołu? Proponowany stół posiada inną, bardzo przydatną funkcję uzyskiwaną przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowaną z pilota przewodowego – wypiętrzenie ławeczki nerkowej?

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego z pilotem przewodowym wyposażonym w jeden wskaźnik diodowy naładowania baterii oraz z wyświetlaczem LCD, na którym widoczna jest m.in. bardzo precyzyjna informacja o stanie naładowania baterii (od 0 do 100%) a także z dwoma przyciskami do zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków? Jest to rozwiązanie lepsze niż wymagane.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z wypiętrzeniem ławeczki nerkowej uzyskiwanym przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanym z pilota przewodowego? Jest to rozwiązanie lepsze niż wymagane.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z dodatkowym panelem sterującym umieszczonym z boku kolumny (wzdłuż dłuższej osi blatu), z funkcjami takimi jak na pilocie ze wskaźnikami diodowymi naładowania baterii ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z panelem wyposażonym w wa przyciski zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z blatem o długości 2035 mm ?

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości: od 740 mm do 1140 mm (z materacem) oraz od 690 mm do 1090 mm (bez materaca) ?

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podnóżkami z możliwością rozchylenia o kąt 180° z systemem blokowania na zasadzie zębatek? Taki system gwarantuje pewne i stabilne, a zarazem łatwe w obsłudze i ergonomiczne blokowanie podnóżków ?

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podnóżkami i zagłówkiem mocowanymi do segmentu siedziska (lub do segmentu oparcia pleców) za pomocą połączeń klinowych z dodatkowymi zabezpieczeniami? Jest to pewny i ergonomiczny sposób mocowania segmentów blatu.

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością wykonywania zdjęć RTG przy pomocy tacy umieszczonej w prowadnicach usytuowanych w segmentach: podłóżka, oparcia pleców i lędźwiowym?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podpórką ręki z długą sztycą bez funkcji przedłużania?

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w stolik Mayo z górnym blatem podnoszonym przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni w zakresie od 960 mm do 1330 mm ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w stolik Mayo o wymiarach 800 x 500 mm ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w stolik zabiegowy metalowy z dwoma uchylnymi miskami ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w taboret z regulacją wysokości w zakresie od 630 mm do 830 mm ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w taboret z rozstawem kółek co 327 mm ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w taboret z podstawą o średnicy 610 mm ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w stojak dwu misowy wyposażony w dwie miski zdejmowane o pojemności 5 litrów?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w stojak dwu misowy wyposażony w dwie miski zdejmowane o pojemności 8 litrów?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w stojak dwu misowy o wysokości 840 mm ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w stojak dwu misowy z podstawą o średnicy 600 mm ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora  
ds. administracyjno-eksploatacyjnych  
mgr Dariusz Kubiński

Pyskowice 02.08.2016r.

Znak sprawy: Sp/AZP/382/10//2016

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/10/2016.  
Nazwa zadania: Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną – dotyczy dostawa stołu operacyjnego.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrohydrauliczny stół operacyjny posiadający możliwość zamiany podglówna z podnóżkami natomiast bez przycisku zmiany orientacji na pilocie oraz dodatkowym panelu sterowania?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga 35°?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją wypiętrzenia klatki piersiowej?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści dołączenie do oferty przetargowej kopii certyfikatów systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 (zamiast ISO 9001:2000) oraz ISO 13485:2012 (zamiast ISO 13485:2003) Producenta sprzętu?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora  
ds. administracyjno-eksploatacyjnych  
  
mgr Dariusz Kulicki

Znak sprawy: Sp/AZP/382/10//2016

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 3

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/10/2016.  
Nazwa zadania: Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną – dotyczy dostawa stołu operacyjnego.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny od strony długiej osi blatu? Oferowane rozwiązanie zapewnia bardzo dobry dostęp do panelu, niewymuszający na użytkownika wchodzenia pod blat stołu.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z panelem sterowania awaryjnego umożliwiającym sterowanie wszystkimi ruchami stołu uruchamianymi elektrohydraulicznie z wyłączeniem funkcji flex, reflex oraz poziomowania blatu „0” ?

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający długość z blatem wynoszącą 2050 mm ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie od 530 do 1010 mm ? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza



Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od -30 stopni do +80 stopni ?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu głowy w zakresie od +60 stopni do -90 stopni ? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 7

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przychyłów bocznych blatu w zakresie +/- 25 stopni ?

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłu Trendelenburga oraz anty- Trendelenburga w zakresie 30 stopni ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją kątową segmentu podnóżków w zakresie od +30 stopni do -90 stopni ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 10

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego posiadający segment nożny i segment głowy mocowane do segmentu oparcia pleców lub segmentu siedziska za pomocą gniazda wpustowego („poziomy-bolec-poziomy otwór”) bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach z dodatkowym pokrętkiem dociskowym usztywniającym powstałe osadzenie?

Proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganym i jest bezproblemowe w obsłudze dla personelu i w żaden sposób nie powoduje pogorszenia parametrów użytkowo-funkcjonalnych stołu.

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z segmentem podnóżków z możliwością rozchylenia, blokowane za pomocą precyzyjnego systemu zębatkowego z zaciskiem ?

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z mechaniczną regulacją systemu podgłówka realizowaną poprzez mechanizm zapadkowy ?

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ergonomiczną podstawą w kształcie prostokąta zapewniającą dobry dostęp chirurga do blatu stołu?

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny posiadał elementy blatu wykonane ze stopu aluminium anodowego, a podstawa i kolumna była wykonana ze stali nierdzewnej, co jest rozwiązaniem korzystniejszym od wymaganego? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali a odlewy tego typu powodują znacznie większą sztywność i stabilność blatu i jego poszczególnych segmentów. Dodatkowo segmenty blatu są przez to znacznie lżejsze od segmentów ze stali nierdzewnej, co ma duży wpływ na codzienne użytkowanie stołu przez personel a dodatkowo blaty o takiej konstrukcji przenoszą większe obciążenia. Obecnie czołowi światowi producenci stołów operacyjnych bardzo często wykonują elementy konstrukcyjne z odlewów aluminiowych z uwagi na same zalety takiego rozwiązania.

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z materacami wykonanymi z pianki poliuretanowej spienionej pokrytej materiałem antystatycznym, spełniające wszystkie pozostałe wymogi opisane w SIWZ? Proponowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SIWZ i nie powoduje pogorszenia parametrów użytkowo-funk stołu.

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny, którego masa jest na poziomie 280 kg?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny wyposażony w podpórkę ręki z długą sztycą, bez funkcji przedłużania ?

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18

Czy zamawiający dopuści, aby stół operacyjny z wyposażeniem dodatkowym w postaci stolika Mayo z regulacją wysokości blatu w zakresie od 920 do 1370 mm ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny z wyposażeniem dodatkowym w postaci stolika Mayo o wymiarach blatu: 750 x 500 mm ?

Odpowiedź

Tak , dopuszcza

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny z wyposażeniem dodatkowym w postaci stolika zabiegowego wyposażony w dwie nierdzewne misy, zamiast mis tworzywowych ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny z wyposażeniem dodatkowym w postaci wózka anestetycznego z podstawą metalową?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny z wyposażeniem dodatkowym w postaci wózka anestetycznego wykonanego z tworzywa z wewnętrznymi metalowymi elementami usztywniającymi jego konstrukcję ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny z wyposażeniem dodatkowym w postaci szafy medycznej o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 570 mm, wysokość 2000 mm ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny z wyposażeniem dodatkowym w postaci taboretu z regulacją wysokości od 440 do 620 mm?

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny z wyposażeniem dodatkowym w postaci stojaku z misami na odpady, o wymiarach 550 x 550 mm i wysokości 890 mm ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający powiadomienie/zgłoszenie lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz deklarację zgodności CE dla wyrobów w klasie I ? Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE wydany przez jednostkę notyfikowaną wymagany jest dla wyrobów klas: II b i III – Certyfikat CE.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 27

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie wyrobów niemedycezných takich jak szafa dwuskrzydłowa, nie będzie wymagane posiadanie dokumentów w postaci powiadomienia/zgłoszenie lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz deklaracji zgodności CE.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora  
ds. administracyjno-eksploatacyjnych  
mgr Dariusz Kuliński

Znak sprawy: Sp/AZP/382/10//2016

#### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 4

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/10/2016.  
Nazwa zadania: Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną – dotyczy dostawa stołu operacyjnego.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

#### **Dotyczy: Zapisów SIWZ:**

##### Pytanie nr 1

Dot. pkt G.2 - Czy Zamawiający jako zapewnienie zgodnej z wszystkimi obowiązującymi normami realizacji zamówienia dopuści kopię certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2008 producenta?

##### Odpowiedź

Tak, dopuszcza

##### Pytanie nr 2

Dot. pkt. G.3 - Czy Zamawiający jako zapewnienie zgodnej z wszystkimi obowiązującymi normami realizacji zamówienia dopuści kopie certyfikatu systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485:2010 producenta?

##### Odpowiedź

Tak, dopuszcza

##### Pytanie nr 3

Czy mając na uwadze konkurencyjność składanych ofert i co za tym idzie obniżenie cen zakupu wymaganego sprzętu, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy? W przypadku nie wyrażenia zgody na proponowany termin, prosimy o określenie, o ile Zamawiający jest w stanie wydłużyć termin.

##### Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

## **Dotyczy: Stół operacyjny**

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści stół z napędem elektromechanicznym? Podane rozwiązanie nieznacznie różni się od podanego w opisie.

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści stół, w którym pozycja flex i re-flex możliwa jest do uzyskania za pomocą dwóch przycisków? Podane rozwiązanie nieznacznie różni się od podanego w opisie.

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści stół z pilotem z kolorowym wyświetlaczem informującym o

- aktualnie wykonywanej regulacji,
- kierunku aktualnie wykonywanej regulacji,
- stanie naładowania baterii w 3 kolorach?

Podane rozwiązanie jest tożsame z wymogami uwzględnionymi w opisie.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści stół bez funkcji wypiętrzenia ławeczki nerkowej?

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści stół z panelem bez przycisku zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podglówka i podnóżków? Podana opcja jest sporadycznie stosowana na bloku operacyjnym.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie 550-1000 mm (+/-50 mm)? Podany zakres nieznacznie różni się od podanego w opisie, pod względem wysokości minimalnej jest korzystniejszym rozwiązaniem.

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją oparcia pleców w zakresie od -45° do +75° (+/-50 mm)? Podany zakres nieznacznie różni się od podanego w opisie.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podglówka w zakresie od -40° do +45°? Podany zakres nieznacznie różni się od podanego w opisie.

Odpowiedź  
Tak, dopuszcza

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją przechyłu bocznego w zakresie  $\pm 30^\circ$  ( $\pm 5^\circ$ )? Podany zakres nieznacznie różni się od podanego w opisie.

Odpowiedź  
Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie  $30^\circ$  oraz z regulacją pozycji anty-Trendelenburga w zakresie  $25^\circ$ ? Podany zakres nieznacznie różni się od podanego w opisie.

Odpowiedź  
Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści stół z zakresem regulacji kątowej podnóżków od  $-90^\circ$  do  $+30^\circ$ ? Podany zakres nieznacznie różni się od podanego w opisie.

Odpowiedź  
Tak, dopuszcza

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją odwodzenia segmentu nóg na boki w zakresie  $150^\circ$ ? Podane rozwiązanie jest wystarczające do wygodnego i precyzyjnego prowadzenia zabiegów operacyjnych.

Odpowiedź  
Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści stół z profilowaną podstawą stołu w kształcie litery H gwarantująca nieograniczony dostęp stóp operatorów na długości min. 750 mm? Ponadto wyprofilowanie podstawy umożliwia współpracę z ramieniem C bez konieczności przesuwu blatu.

Odpowiedź  
Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści stół z centralnie blokowanymi kołami za pomocą dźwigni nożnej?

Podane rozwiązanie jest tożsame z opisanym wysuwem stopek blokujących.

Odpowiedź  
Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści stół z dopuszczalnym obciążeniem roboczym 200 kg dla każdej pozycji? Podane obciążenie dotyczy każdej pozycji pacjenta. Stół w pozycji horyzontalnej dla najniższego ułożenia jest testowany przez producenta na udźwig nawet 400 kg.



Odpowiedź

Nie - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści stół bez możliwości zamiany segmentów nóg z podgłówkiem płytowym? Podana opcja jest sporadycznie stosowana na bloku operacyjnym.

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści stół z systemem zaciskowym mocowania podnóżka i podgłówka? Podane rozwiązanie jest tożsame z opisanym mocowaniem ciernym.

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści stół bez możliwości rozbudowy o moduł bezprzewodowej komunikacji z systemem zintegrowanej sali operacyjnej? Wykorzystanie opcji jest mało prawdopodobne, także wydaje się być zbędna.

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści stół bez przesuwu wzdłużnego blatu? Wyprofilowanie podstawy umożliwia współpracę z ramieniem C bez konieczności przesuwu blatu.

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora  
ds. administracyjno-eksploatacyjnych  
mgr Dariusz Kuliński