

Pyskowice 04.08.2016r.

Znak sprawy: Sp/AZP/382/12//2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/12/2016.

Nazwa zadania: Dostawa dwóch kolumn na blok operacyjny w ramach dotacji „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ, zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Pytanie 1 – (dotyczy obu kolumn)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumny o pionowym układzie głowicy, głowica o wymiarach: 445 x 200 x 1000 mm?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza.

Pytanie 2 – (dotyczy kolumny chirurgiczne)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumny wyposażone w półkę pod aparaturę: 2 odcinki szyny instrumentalnej ze stali kwasoodpornej o wymiarach 25x10mm (po bokach), bez odbojów na narożach lecz z wyoblonymi rogami półki, wymiary 550 x 450 mm, blat malowany proszkowo?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Dotyczy: Część VI SIWZ (G.1 oraz G.2)

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści dołączenie do oferty przetargowej kopii certyfikatów systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 (zamiast ISO 9001:2000) oraz ISO 13485:2012 (zamiast ISO 13485:2003) Producenta sprzętu?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjnych i eksploatacyjnych
mgr Dariusz Kuliński

Znak sprawy: Sp/AZP/382/12//2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 2

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/12/2016.
Nazwa zadania: Dostawa dwóch kolumn na blok operacyjny w ramach dotacji „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Prosimy o informację, czy do miejsca montażu kolumn sufitowych są doprowadzone niezbędne media gazowe i elektryczne?

Odpowiedź

Nie – obecnie wszystkie gazy i media są na ścianie zewnętrznej w odległości około 4 metrów od miejsca montażu kolumn.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zapewnia, że nośność stropu jest wystarczająca i nie wymaga wzmocnień w miejscu montażu kolumn?

Odpowiedź

Miejsce montażu kolumn wynika z posiadanego przez Zamawiającego projektu budowlanego.

Pytanie nr 3

Jeżeli nośność stropu jest nie wystarczająca prosimy o potwierdzenie, że wzmocnienie stropu będzie po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź

Nie dotyczy

dotyczy kolumna anestezyjologiczna 1 sztuka

Pytanie nr 4

Ze względu na fakt pojawienia się w specyfikacji w punktach 2 i 7 zestawienia warunków i parametrów wymaganych dwóch wykluczających się informacji odnośnie sposobu zawieszenia kolumny, prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie czy kolumna powinna zostać zawieszona na poziomym pojedynczym ramieniu o długości 100cm czy na pionowym słupie nośnym ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i wcześniejszymi wyjaśnieniami.

dotyczy kolumna chirurgiczna 1 sztuka

Pytanie nr 5

Ze względu na fakt pojawienia się w specyfikacji w punktach 1 i 6 zestawienia warunków i parametrów wymaganych dwóch wykluczających się informacji odnośnie sposobu zawieszenia kolumny, prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie czy kolumna powinna zostać zawieszona na poziomym ramieniu czy na pionowym słupie nośnym ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i wcześniejszymi wyjaśnieniami.

Pytanie nr 6

Jeżeli kolumna powinna zostać zawieszona na poziomym ramieniu to prosimy o podanie jego preferowanej długości.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i wcześniejszymi wyjaśnieniami.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

(Zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych
mgr Dariusz Kulinski

Znak sprawy: Sp/AZP/382/12//2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 3

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/12/2016.
Nazwa zadania: Dostawa dwóch kolumn na blok operacyjny w ramach dotacji „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Dotyczy: kolumny

Pytanie nr 1 do pkt nr 3

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania o wymiarach 298 x 280 mm co nie stanowi praktycznie różnicy w stosunku do postawionego wymogu.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 2 do pkt nr 4

Czy zgodnie z obowiązującymi normami Zamawiający będzie wymagał zainstalowania proporcjonalnej do ilości gniazd elektrycznych ilości bolców ekwipotencjalnych?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 3 do pkt nr 5

Czy Zamawiający będzie wymagał instalacji w głowicy kolumny manometrów do określenia poziomu podstawowych gazów w instalacji celem zapewnienia większego bezpieczeństwa dla Pacjenta i personelu?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza, nie wymaga

Dotyczy: kolumny anestezyjologicznej

Pytanie nr 4 do pkt nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumnę anestezyjologiczną posiadającą...

Odpowiedź

Pytanie nie zostało doprecyzowane przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wysokiej klasy kolumny anestezyjologicznej spełniającej minimalne wymagania zawarte w SIWZ.

Dotyczy postanowień siwz i projektu umowy:

Pytanie nr 5

Prosimy o sprecyzowanie wymaganego okresu gwarancji. Zamawiający w rozdz. III pkt. 9 SIWZ określa jako minimalny 24 miesięczny okres gwarancji, w tabeli technicznej zaś w pkt. 11 – minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy.

Odpowiedź

Zamawiający w formularzu ofertowym pozwala Wykonawcy samodzielnie określić okres gwarancji, który nie może być krótszy niż 12 miesięcy zgodnie z ustawą. Zamawiający sugeruje 24 miesięczny okres gwarancji.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §3 ust. 6 wzoru umowy na: „(...) w przypadku stwierdzenia wad elementu lub podzespołu najpóźniej po trzeciej naprawie następuje wymiana tego elementu lub podzespołu na fabrycznie nowy. Wymiana powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.”?

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku wystąpienia trzech awarii, których usunięcie jest związane z wymianą części/podzespołów nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co zaskutkowało musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 8 tygodni?

Wymagany termin realizacji jest zbyt krótki w przypadku asortymentu importowanego, produkowanego na zamówienie.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza wydłużenie terminu do 8 tygodni.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego ?

Obowiązek taki ciąży na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym. Ponadto w przypadku kolumn instalowanie sprzętu zastępczego wiązałoby się z ingerencją budowlaną.

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Prosimy o dodanie do par. 3 ust. 9 następującego zastrzeżenia:

„Wykonawca w ramach umowy, zobowiązany jest do dokonania wliczonego w cenę oferty przeglądu konserwacyjnego kolumn zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 4 ust. 1 wzoru umowy na następujący:

- 1) w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wartości brutto sprzętu którego opóźnienie dotyczy za każdy dzień opóźnienia;
- 2) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11

Wnosimy o zmianę par. 6 wzoru umowy na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ. Wykonawca może samodzielnie wydzielić części niepodlegające gwarancji z odpowiednim uzasadnieniem

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych
[Podpis]
mgr Danusz Kuliński

Znak sprawy: Sp/AZP/382/12//2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 4

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/12/2016.

Nazwa zadania: Dostawa dwóch kolumn na blok operacyjny w ramach dotacji „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

- dotyczy: „Dostawa dwóch kolumn na blok operacyjny”

Prosimy o podanie grubości stropu, na którym planowany jest montaż kolumny anestezyjologicznej oraz chirurgicznej?

Odpowiedź

Tak, grubość stropu 20-25 cm

Pytanie nr 2

- dotyczy: „Dostawa dwóch kolumn na blok operacyjny”

Prosimy o wyjaśnienia czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź

Tak, zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami.

Pytanie nr 3

- dotyczy: Kolumna anestezyjologiczna ilość 1 sztuka pkt 2

Czy Zamawiający będzie wymagać kolumnę anestezyjologiczną z podwójnym ramieniem o wymiarach 100cm + 100 cm?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie nr 4

- dotyczy: Kolumna anestezyjologiczna ilość 1 sztuka pkt 2

Czy Zamawiający dopuści kolumnę z jednym kanałem dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 5

- dotyczy: Kolumna anestezyjologiczna ilość 1 sztuka pkt 2

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kolumna była wyposażona w uchylne ramię zapewniające pionowy zakres regulacji głowicy w zakresie min. 50cm?

Odpowiedź

Nie wymaga. Dopuszcza.

Pytanie nr 6

- dotyczy: Kolumny anestezyjologiczna ilość 1 sztuka pkt 3

Czy Zamawiający dopuści kolumnę z poziomym układem głowicy o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 80cm x 23cm x 29 cm?

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

- dotyczy: Kolumna chirurgiczna ilość 1 sztuka pkt 1

Czy Zamawiający będzie wymagał kolumnę chirurgiczną z podwójnym ramieniem o wymiarach 100cm + 100 cm?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie nr 8

- dotyczy: Kolumna chirurgiczna ilość 1 sztuka pkt 1

Czy Zamawiający dopuści kolumnę z jednym kanałem dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 9

- dotyczy: Kolumna chirurgiczna ilość 1 sztuka pkt 1

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kolumna była wyposażona w uchylne ramię zapewniające pionowy zakres regulacji głowicy w zakresie min. 50cm?

Odpowiedź

Nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 10

- dotyczy: Kolumny chirurgiczna ilość 1 sztuka pkt 2

Czy Zamawiający dopuści kolumnę z pionowym układem głowicy o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 29cm x 23cm x 59 cm?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 11


- dotyczy: Kolumny chirurgiczna ilość 1 sztuka pkt 9

Czy Zamawiający dopuści kolumnę chirurgiczną z półką z aluminium o wymiarach 43cm x 48cm z bocznymi szynami montażowymi wykonanymi ze stali?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


Zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych
mgr Dariusz Kuliński

Pyskowice 04.08.2016r.

Znak sprawy: Sp/AZP/382/12//2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 5

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/12/2016.
Nazwa zadania: Dostawa dwóch kolumn na blok operacyjny w ramach dotacji „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Kolumny anestezjologiczne – 1 szt.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną jednoramienną o długości ramienia wynoszącej 900 mm?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną jednoramienną o długości ramienia wynoszącej 1200 mm?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną z głowicą w układzie pionowym o wymiarach dł. 38,2 cm i szerokości/głębokość 19,5 cm?

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Kolumny chirurgiczne – 1 szt.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną z głowicą w układzie pionowym o wymiarach dł. 38,2 cm i szerokości/głębokość 19,5 cm?

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną wyposażoną w półkę pod aparaturę medyczną, posiadającą szyny akcesoryjne (25x10 mm) z dwóch stron na jej bokach?

Odpowiedź

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną wyposażoną w półkę pod aparaturę medyczną, posiadającą wymiary blaty: 470 x 460 mm?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną wyposażoną w półkę pod aparaturę medyczną, posiadającą blat z materiały kompozytowego?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytania do warunków technicznych

Pytanie nr 8

Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu kolumn zasilających, a jeżeli nie, to czy taką wykona na swój koszt, aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy?

Odpowiedź

Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt.

Odpowiedź

Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami.

Pytanie nr 10

Prosimy o określenie rodzaju stropu w pomieszczeniach przewidzianych do instalacji kolumn zasilających?

Odpowiedź

Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania kolumn zasilających poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?

Odpowiedź

Montaż zgodnie z technologią Producenta, ostatnia kondygnacja budynku Szpitala.

Pytanie nr 12

Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu kolumn zasilających jest zamontowany lub jest planowany sufit podwieszany?

Odpowiedź

Obecnie brak sufitu podwieszanego. Planowany w kolejnych latach.

Pytanie nr 13

Prosimy o informacje na temat wysokości sali operacyjnych, w których będą instalowane kolumny zasilające.

Odpowiedź

3,15 m wysokość sali.

Pytanie nr 14

Prosimy o informację, czy wykonanie przyłączy do instalacji będzie również należało do obowiązków dostawcy sufitowej jednostki zasilającej?

Odpowiedź

Tak.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych
mgr Danuta Kuliszka