



SZPITAL W PYSKOWICACH sp. z o.o.



ul. Szpitalna 2, 44 – 120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl

e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl



NIP: 9691608096
REGON: 276247465

KRS 0000469643
Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału
Zakładowego:
17.100.000,00 zł

Nr konta bankowego:
98105012851000002212249177

Kontakt:
Centrala:
32 233-24-24
Sekretariat Zarządu:
32 233-24-24 w. 230
Fax: 32 233-24-24 w. 283

Numery wewnętrzne:
Księgowość – 235
Kadry – 232
Dział Statystyki – 233
Zamówienia Publiczne – 281
Dział Administracji – 229
Zaopatrzenie – 239
Apteka – 239

Izba Przyjęć – 250
Oddział Wewnętrzny – 204
Oddział Ginekologiczno -
Położniczy – 205
Oddział Noworodków – 217
Oddział Chirurgii – 206
Pracownia RTG – 211
Laboratorium – 213
Pracownia USG – 268
Prac. Endoskopowa – 263
Pracownia Pielęgniarek – 237
Pracownia Epidemiolog. - 284

Pyskowice, 02.12.2016r

Znak sprawy: Sp/AZP/382/17/poza/2016

Odpowiedź

Nazwa zadania: „Wyposażenie Sali Intensywnej Opieki Medycznej (wzmoczonego nadzoru) na Oddziale Chirurgii Ogólnej polegającego na zakupie dwóch łóżek specjalistycznych, dwóch monitorów nadzoru kardiologicznego oraz dwóch pomp infuzyjnych.”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie informujemy:

Dotyczy: 2. Kardiomonitor 2 szt.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor z obsługą przez ekran dotykowy?

Odpowiedź

Nie

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor z zasilaniem akumulatorowym wystarczającym na 100 minut monitorowania?

Odpowiedź

Nie



SZPITAL w PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44 – 120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl

e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl

NIP: 9691608096

REGON: 276247465

KRS 0000469643

Śąd Rejonowy w Gliwicach,

X Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału

Zakładowego:

17.100 000,00 zł

Nr konta bankowego:

NG Bank Śląski

18105012851000002212249177

Kontakt:

Centrala:

12 233 24 24

Sekretariat Zarządu:

12 233 24 24 w. 230

Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numery wewnętrzne:

Księgowość – 235

Kadry – 232

Dział Statystyki – 233

Zamówienia Publiczne - 281

Dział Techniczny - 229

Zaopatrzenie – 239

Apteka - 239

Zba Przyjęć – 250

Oddział Wewnętrzny – 204

Oddział Ginekologiczno -

położniczy – 205

Oddział Noworodków – 217

Oddział Chirurgii – 206

Pracownia RTG – 211

Laboratorium – 213

Pracownia USG – 268

Prac. Endoskopowa - 263

Przełożona Pielęgniarek – 237

Pielęgn. Epidemiolog. - 284

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści monitor o wadze 4,5 kg?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści monitor z czasem wyciszenia alarmów programowanym w zakresie 1-3 minut lub na stałe?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści pomiar saturacji w technologii Nellcor OxiMax z zakresem pomiaru pulsu obwodowego 20-300 ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści moduł NIBP ze wejściem uniemożliwiającym dostawanie się kurzu do wnętrza modułu?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością rozbudowy monitora o system przywołania pielęgniarki?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza



SZPITAL w PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44 – 120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl

e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl

NIP: 9691608096

REGON: 276247465

KRS 0000469643

Śąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału

Zakładowego:

17.100.000,00 zł

Nr konta bankowego:

NG Bank Śląski

8105012851000002212249177

Kontakt:

Centrala:

32 233 24 24

sekretariat Zarządu:

32 233 24 24 w. 230

fax: 32 233 24 24 w. 283

Numery wewnętrzne:

Księgowość – 235

Kadry – 232

Dział Statystyki – 233

Zamówienia Publiczne - 281

Dział Techniczny - 229

Zaopatrzenie – 239

Apteka - 239

Izba Przyjęć – 250

Oddział Wewnętrzny – 204

Oddział Ginekologiczno -

Położniczy – 205

Oddział Noworodków – 217

Oddział Chirurgii – 206

Pracownia RTG – 211

Laboratorium – 213

Pracownia USG – 268

Prac. Endoskopowa - 263

Przełożona Pielęgniarek – 237

Pielęgn. Epidemiolog. - 284

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający zgodzi się na samą, bardzo stabilną, podstawę jezdną ze stali nierdzewnej z koszem na akcesoria?

Odpowiedź

Tak, zgadza się.

Dotyczy: 3. Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie 2 szt.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370 – 735mm?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację segmentu uda w zakresie 0-34 stopni?

Odpowiedź

Nie

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją przedłużenia leża o 150mm?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza





SZPITAL w PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44 – 120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl

e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl

NIP: 9691608096

REGON: 276247465

KRS 0000469643

Łód Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału

Zakładowego:

17.100.000,00 zł

Nr konta bankowego:

NG Bank Śląski

8105012851000002212249177

Kontakt:

Centrala:

32 233 24 24

Biuro Sekretariatu Zarządu:

32 233 24 24 w. 230

Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numery wewnętrzne:

Księgowość – 235

Kadry – 232

Dział Statystyki – 233

Zamówienia Publiczne - 281

Dział Techniczny - 229

Zaopatrzenie – 239

Apteka - 239

Zbiórka Przyjęć – 250

Oddział Wewnętrzny – 204

Oddział Ginekologiczno -

położniczy – 205

Oddział Noworodków – 217

Oddział Chirurgii – 206

Pracownia RTG – 211

Laboratorium – 213

Pracownia USG – 268

Prac. Endoskopowa - 263

Przełożona Pielęgniarek – 237

Pielęgn. Epidemiolog. - 284

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym, zgodnym z normą EN 60601-2-52 dla pobytowych, łóżek szpitalnych, elektrycznych?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

SZPITAL W PYSKOWICACH sp. z o.o.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
mgr Beata Telepko