



SZPITAL w PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44 – 120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl

e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl

NIP: 9691608096

REGON: 276247465

KRS 0000469643

Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału

Zakładowego:

17.100.000,00 zł

Nr konta bankowego:

NG Bank Śląski

8105012851000002212249177

Kontakt:

Centrala:

12 233 24 24

Sekretariat Zarządu:

12 233 24 24 w. 230

Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numery wewnętrzne:

Księgowość – 235

Kadry – 232

Dział Statystyki – 233

Zamówienia Publiczne - 281

Dział Techniczny - 229

Zaopatrzenie – 239

Apteka - 239

zba Przyjęć – 250

Oddział Wewnętrzny – 204

Oddział Ginekologiczno -

położniczy – 205

Oddział Noworodków – 217

Oddział Chirurgii – 206

Pracownia RTG – 211

Laboratorium – 213

Pracownia USG – 268

Prac. Endoskopowa - 263

Przełożona Pielęgniarek – 237

Pielęgn. Epidemiolog. - 284

Pyskowice, 13.12.2016r

Znak sprawy: Sp/AZP/382/15/poza/2016

Odpowiedź

Nazwa zadania: „Dostawa środków dezynfekcyjnych.”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie informujemy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, na bazie propanolu i etanolu?

Odpowiedź

Nie, nie dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat o pH 4-6?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny krem, spełniający wymagania SIWZ, który zawiera w swoim składzie m.in. glicerynę, kwas hialuronowy, kolagen, elastynę oraz kompleks witamin C, E, F?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści do oceny chusteczki, spełniające wymagania SIWZ, na bazie etanolu, działające w spektrum B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia, Noro) w czasie do 1 min.?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań ogłoszenia



SZPITAL w PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44 – 120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl

e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl

NIP: 9691608096

REGON: 276247465

KRS 0000469643

Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału

zakładowego:

17.100.000,00 zł

Nr konta bankowego:

NG Bank Śląski

8105012851000002212249177

Kontakt:

Centrala:

32 233 24 24

Sekretariat Zarządu:

32 233 24 24 w. 230

Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numery wewnętrzne:

Księgowość – 235

Kadry – 232

Dział Statystyki – 233

Zamówienia Publiczne – 281

Dział Techniczny – 229

Zaopatrzenie – 239

Apteka – 239

Izba Przyjęć – 250

Oddział Wewnętrzny – 204

Oddział Ginekologiczno -

położniczy – 205

Oddział Noworodków – 217

Oddział Chirurgii – 206

Pracownia RTG – 211

Laboratorium – 213

Pracownia USG – 268

Prac. Endoskopowa – 263

Przełożona Pielęgniarek – 237

Pielęgn. Epidemiolog. – 284

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści do oceny chusteczki, spełniające wymagania SIWZ, na bazie niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, etanolu (1%), chlorku bezalkonium (0,1%), alkoholu izopropylowego (0,1%) działające na B, F – 5 min., V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) – w czasie 1 min.?

Odpowiedź

Nie, nie dopuszcza

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w poz. 13 dopuści do oceny suche chusteczki inkrustowane chlorem do mycia i dezynfekcji różnego, rodzaju powierzchni, wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie, oraz usuwania plam krwi, o gramaturze 60g/m², w rozmiarze 19x24cm, wykazujące działanie bakteriobójcze (w tym MRSA), prątkobójcze (M. avium, M. terrae), grzybobójcze (C. albicans, A. Niger), sporobójcze (C. difficile, C. perfringens, B. subtilis) - w 15 minut; pełne działanie wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – w 5 minut?

Odpowiedź


Nie, nie dopuszcza

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w poz. 14 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, występujący w każdej wersji zapachowej działający w spektrum 30 sekund: bakteriobójczy, prątki gruźlicy, drożdżakobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpeswirus, Coronawirus/SARS, Rotawirus, Vacciniawirus, A H1N1) w czasie 30 sek.?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza



SZPITAL w PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44 – 120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl

e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl

NIP: 9691608096
REGON: 276247465

KRS 0000469643
Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału
Zakładowego:
17.100.000,00 zł

Nr konta bankowego:
NG Bank Śląski
8105012851000002212249177

Kontakt:
Centrala:
32 233 24 24
Sekretariat Zarządu:
32 233 24 24 w. 230
Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numery wewnętrzne:
Księgowość – 235
Kadry – 232
Dział Statystyki – 233
Zamówienia Publiczne - 281
Dział Techniczny - 229
Zaopatrzenie – 239
Apteka - 239

zba Przyjęć – 250
Oddział Wewnętrzny – 204
Oddział Ginekologiczno -
Położniczy – 205
Oddział Noworodków – 217
Oddział Chirurgii – 206
Pracownia RTG – 211
Laboratorium – 213
Pracownia USG – 268
Prac. Endoskopowa - 263
Przełożona Pielęgniarek – 237
Pielęgn. Epidemiolog. - 284

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w poz. 15 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, na bazie biguanidu poliheksametylenowego, bis-(3-aminopropyl)-dodecyloaminy, chlorku didecyldimetyloamonowego, działający w spektrum B, F, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 5 min, Tbc – 15 min.?

Odpowiedź

Nie, nie dopuszcza

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w poz. 17 dopuści do oceny preparat o statusie wyrobu medycznego, spełniający wymagania SIWZ, na bazie etanolu 96% – 79,9g?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje preparatu zarejestrowanego jako lek.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający w poz. 19 wymaga, aby oferowany preparat wykazywał działanie wobec B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Noro) w czasie 30 sek.?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający w poz. 20 wymaga, aby oferowany preparat spełniał wymogi normy EN 1499 „Higieniczne mycie rąk”?

Odpowiedź

Nie, nie wymaga

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający w poz. 23 wymaga, aby oferowany preparat posiadał właściwości antykorozyjne potwierdzone odpowiednim badaniem elektrochemicznym indukcji korozji wżerowej, które zostało wykonane przez niezależne laboratorium?



SZPITAL w PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44 – 120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl

e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl

Odpowiedź

Nie, nie wymaga

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający w poz. 24 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, konfekcjonowany w opakowania po 200 tabletek x 5g, po odpowiednim przeliczeniu ilości zapotrzebowania?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

PREZES ZARZĄDU

Leszek Kubiak

NIP: 9691608096

REGON: 276247465

KRS 0000469643

Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału

Zakładowego:

17.100.000,00 zł

Nr konta bankowego:

NG Bank Śląski

8105012851000002212249177

Kontakt:

Centrala:

2 233 24 24

Sekretariat Zarządu:

2 233 24 24 w. 230

Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numery wewnętrzne:

Księgowość – 235

Kadry – 232

Dział Statystyki – 233

Zamówienia Publiczne - 281

Dział Techniczny - 229

Zaopatrzenie – 239

Apteka - 239

Zba Przyjęć – 250

Oddział Wewnętrzny – 204

Oddział Ginekologiczno -

położniczy – 205

Oddział Noworodków – 217

Oddział Chirurgii – 206

Pracownia RTG – 211

Laboratorium – 213

Pracownia USG – 268

Prac. Endoskopowa - 263

Przełożona Pielęgniarek – 237

Pielęgn. Epidemiolog. - 284