

SZPITAL W PYSKOWICACH
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice
tel. /32/ 288-24-24
NIP 9691608096 Regon 276247465
Znak sprawy Sp/AZP/382/2/2017

Pyskowice, 2017-03-02

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 4

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
Sp/AZP/382/2/2017. Nazwa zadania: Opatrunki 2017

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Zadanie nr 6 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie tamponów pakowanych 2 x 500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie 2

Zadanie nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 100 x 150 cm?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie 3

Zadanie nr 12 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 40,2 g/m²?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Zadanie nr 12 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony wykonanej z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej w rozmiarze 50 x 110 cm, pakowanej po 2 sztuki?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie 5**Zadanie nr 12 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy w rozmiarze 9 x 50 cm?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie 6**Zadanie nr 14**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm z padem chłonnym 75 x 90 cm, składana

w sposób umożliwiający założenie zgodne z zasadami aseptyki

2 x ręcznik celulozowy 30 x 40 cm

1 x serweta 2-warstwowa do cięcia cesarskiego 260/200 x 335 cm z otworem 27 x 33 cm, z oknem 14 x 20 cm otoczonym folią operacyjną oraz ze zintegrowanym workiem do zbiórki płynów otaczającym otwór

1 x serweta biała włókninowa dla noworodka 90 x 100 cm

1 x fartuch chirurgiczny M-L z włókniny polipropylenowej SMMS o gram 35 g/m², szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, pod szyją lamówka, na plecach w górnej części fartucha szerokie rzepy umożliwiające duży zakres regulacji

2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL, z włókniny polipropylenowej SMMS o gram 35 g/m², wzmocnienia od środka w rękawach oraz w przedniej części fartucha, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, pod szyją lamówka, na plecach w górnej części fartucha szerokie rzepy umożliwiające duży zakres regulacji

1 x para rękawic chirurgicznych lateksowych 6,5

40 kompresów z gazy z RTG 10x10cm, 12 warstw 17 nitek

4 x chusta z gazy z RTG 40 x 40 cm z trokiem, biała, po wstępnym praniu

1 x dren do ssaka 25 Ch 300cm

1 x ostrze do skalpela nr 20

Serweta główna 2-warstwowa z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m², chłonność 340 %. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza. Natomiast Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego sposobu zapinania fartucha pod szyją. Zapinanie zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7**Zadanie nr 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów wykonanych z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m²? Paski do wiązania wykonane są z tego samego materiału, co materiał fartucha. Przy szyi szerokie rzepy umożliwiające duży zakres regulacji. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch dostępny w rozmiarach M-L, XL, XXL. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, 2 ręczniki wysoko chłonne. Na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Pozostałe parametry

zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza. Natomiast Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego sposobu zapinania fartucha pod szyją. Zapinanie zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Zadanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów wykonanych z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m²? Paski do wiązania wykonane są z tego samego materiału, co materiał fartucha. Dodatkowe wzmocnienie w części przedniej i na rękawach min. 40 g/m² (wzmocnienie mocowane na krawędzi). Przy szyi szerokie rzepy umożliwiające duży zakres regulacji. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, 2 ręczniki wysoko chłonne. Na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Zadanie nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190

2 ręczniki 30 x 40

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145, złożona w sposób zapewniający aseptyczną aplikację w warunkach bloku operacyjnego

2 serwety samoprzylepne, dwuwarstwowe 75 x 90

1 serweta samoprzylepna, dwuwarstwowa, 175 x 180

1 serweta samoprzylepna, dwuwarstwowa, 150 x 240

1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm pakowana osobno

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza. Natomiast Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej ilości ręczników. Ilość zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Zadanie nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza



Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Kubiak