

Pyskowice, 2017-03-03

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 9

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
Sp/AZP/382/2/2017. Nazwa zadania: Opatrunki 2017

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

ZADANIE NR 3

1. **Poz. nr 4** zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Zadania nr 3 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

ZADANIE NR 10

2. **Poz. nr 6-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku przyklepnego w rozmiarze 15 x 15 cm, w którym opatrunek z pianki poliuretanowej posiada rozmiar 10 x 10 cm?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.


Pytanie 3

ZADANIE NR 12

3. **Poz. między 3 a 4-** zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy opis serwety znajdujący się między poz. 3 a 4 nie został umieszczony omyłkowo? Pytanie nasze wynika z faktu, iż taki sam opis znajduje się w poz. 1.

Odpowiedź:

Poz.4: serweta nieprzylepna z otworem. Zgodnie z SIWZ



Pytanie 4

ZADANIE NR 17

4. **Poz. nr 1-2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych pakowanych wewnętrznie w serwetę włókninową, posiadających paski do wiązania wykonane z polipropylenu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Kubiak