

Znak sprawy Sp/AZP/382/3/2017

Pyskowice, 2017-03-21

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 6

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
Sp/AZP/382/3/2017. Nazwa zadania: Dostawa odczynników do laboratorium

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Dotyczy Pakietu nr 6

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania materiałów do zabezpieczenia toru pomiarowego przed skrzepami?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania materiałów do zabezpieczenia toru pomiarowego przed skrzepami.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak często i na ilu poziomach Zamawiający planuje wykonywać oznaczenia kontrolne?

Odpowiedź:

Częstotliwość wykonywania oznaczeń kontrolnych nie stanowi przedmiotu postępowania.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający potwierdza, że wymagany termin gwarancji minimum 12 miesięcy odnosi się wyłącznie do dzierżawy analizatora oraz elektrod?

Odpowiedź:

Tak, potwierdza

Pytanie nr 4

Prosimy o przesłanie formularza oferty, formularzy cenowych, oświadczeń w formie edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający prześle formularze i oświadczenia w formie edytowalnej na adres poczty elektronicznej: anetta.orlicka@roche.com

Pytanie nr 5

Prosimy o odstąpienie od składania następujących dokumentów:

- koncesji, zezwolenia, licencji – dokumenty te nie są wymagane przy opisanym przedmiocie zamówienia
- sprawozdanie finansowe
- oświadczenie o obrocie
- opis środków organizacyjnych
- wykaz systemów zarządzania łańcuchem dostaw

Żądanie tych dokumentów jest absolutnie nie adekwatne do wartości postępowania, ograniczające udział oferentów w postępowaniu i jest sprzeczne z zasadą proporcjonalności wyrażoną wprost w art. 7 ustawy pzp.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza zgodnie z wcześniejszymi Wyjaśnieniami: Zamawiający dopuścił w ogłoszeniu zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp - co skutkuje, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga składania wszystkich dokumentów.

Dot.: Załącznik nr 5 do SIWZ

Pytanie nr 6

Par. 3 ust. 1 czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź:

Tak, wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Par.6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Par.8 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r.,poz. 1182 ze zm,) – Zamawiający – jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta została by z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru

Odpowiedź:

Dostęp do danych osobowych określa procedura wewnętrzna Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. Osoby mające dostęp do urządzeń zawierających dane osobowe zobowiązane będą do podpisania i przestrzegania odpowiednich oświadczeń.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku

z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych
mgr Dariusz Kuliński

Znak sprawy Sp/AZP/382/3/2017

Pyskowice, 2017-03-21

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 7

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
Sp/AZP/382/3/2017. Nazwa zadania: Dostawa odczynników do laboratorium

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu w umowie:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”, izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala

wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2, dotyczy pakietu nr IX, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania testów do wykrywania krwi utajonej w kale o minimalnej czułości 40 ng/ml bez konieczności stosowania diety z dołączoną kontrolą dodatnią?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3, dotyczy pakietu nr IX, poz. 5 i 6

Czy Zamawiający zrezygnuje z możliwości zakupu testów na sztuki? Producenci testów w sposób kontrolowany i przy zachowaniu odpowiednich procedur czystości, pakują odczynniki w opakowania handlowe i każde ich otwarcie oraz przesyłanie pojedynczych testów do odbiorcy końcowego, może prowadzić do nieprawidłowego wyniku.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych
[Podpis]
mgr Dariusz Kuliński

Znak sprawy Sp/AZP/382/3/2017

Pyskowice, 2017-03-21

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 8

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
Sp/AZP/382/3/2017. Nazwa zadania: Dostawa odczynników do laboratorium

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że dostawy transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 stopnia dotyczą odczynników krwinkowych, a przykładowy wydruk ma stanowić załącznik do oferty?

Odpowiedź:

Tak, potwierdza

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane mikrokarty były fabrycznie wypełnione odpowiednimi odczynnikami przez producenta i gotowe do użycia?

Odpowiedź:

Tak, wymaga.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, czy w związku z wymogiem "Dostawa produktów - zgodnie z zadeklarowanym harmonogramem (...)" w zakresie pakietu XII, Zamawiający dopuszcza dostawy cykliczne wg. załączonego do oferty harmonogramu na dany rok, a kryterium "Czas dostawy od zgłoszenia" w przypadku pakietu XII będzie dotyczył dostaw pilnych "na cito" zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie do 5 dni od zgłoszenia?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni, co podyktowane jest procedurą producenta i jego siedzibą poza granicami RP?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana wirówka posiadała wyjmowany bez użycia narzędzi rotor w celu łatwej dezynfekcji komory wirowania?

Odpowiedź:

Tak, wymaga.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana wirówka posiadała stały czas i prędkość wirowania?

Odpowiedź:

Tak, wymaga.

Pytanie 7

Prosimy o doprecyzowanie czy w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji umowy zmiany stawki podatku VAT, Zamawiający rozumie jako odpowiednią zmianę cen jednostkowych brutto z zachowaniem stałości cen netto?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 8

Prosimy o informację, czy w przypadku jeżeli oferowane odczynniki / karty nie posiadają w swoim składzie substancje niebezpiecznych, Zamawiający dopuści złożenie w miejsce wymaganych kart charakterystyki stosownego oświadczenia?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjnych i eksploatacyjnych
[Podpis]
Kuliński

Znak sprawy Sp/AZP/382/3/2017

Pyskowice, 2017-03-21

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 9

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
Sp/AZP/382/3/2017. Nazwa zadania: Dostawa odczynników do laboratorium

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1


Odczynniki do aparatu Sysmex KX-21

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści odczynnik rozcieńczający w opakowaniach po 20 litrów i odczynnik myjący w opakowaniach po 100 ml , z odpowiednim przeliczeniem według zapotrzebowania Zamawiającego ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych

mgr Dariusz Kuliński