

Znak sprawy Sp/AZP/382/4/2017

Pyskowice, 2017-04-24

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 5

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  
Sp/AZP/382/4/2017. Nazwa zadania: **Usługa sprzątnia Szpitala**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

#### Pytanie nr 1

proszę o informację, który zapis jest obowiązujący:

- na str. 6 piszą Państwo o pojemnikach do dezynfekcji basenów lub myjniach dezynfektorach – czyli wykonawca może wybrać

zaś

- na str. 9 o montażu 4 myjek do kaczek i basenów

#### Odpowiedź:

Zamawiający informujemy iż posiada 7 brudowników w których wymaga mycia kaczek i basenów. Wymagany jest montaż 4 myjek dezynfektorów. Reszta według decyzji Wykonawcy

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

PREZES ZARZADU

*Leszek Kubiak*