

Znak sprawy Sp/AZP/382/8/2017

Pyskowice, 2017-07-21

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 8

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/8/2017. Nazwa zadania: Dostawa materiałów jednorazowych i pomocniczych dla szpitala

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Załącznik nr 5 poz. 2-10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzieleni pozycji 2-10 do osobnego pakietu co umożliwi złożenie ofert większej ilości Wykonawców, a Zamawiający uzyska korzystniejszą cenę na w/w pozycje.

Odpowiedź:

Nie – zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Załącznik nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania płynów bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Tak, wymaga przyrządu bez zawartości ftalanów.

Pytanie nr 3

Załącznik nr 5 poz. 9,10

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 4

Załącznik nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 5

Załącznik nr 8 poz. 5,6

Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate w kolorze białym?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 6

Załącznik nr 8 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze 72 x 120?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 7

Załącznik nr 8 poz. 19

Czy Zamawiający wymaga fartucha o gramaturze min. 20 g z rękawami zakończonymi elastycznymi mankietami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuch o gramaturze min. 20 g z rękawami zakończonymi elastycznymi mankietami, ale nie wymaga.

Pytanie nr 8

Załącznik nr 8 poz. 29

Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowy dwuwarstwowy perforowany co 38 cm w rozmiarze 50 cm x 50 m co daje około 131 podkładów w rolce?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych
mgr Dariusz Kuliński

Znak sprawy Sp/AZP/382/8/2017

Pyskowice, 2017-07-21

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 9

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/8/2017. Nazwa zadania: Dostawa materiałów jednorazowych i pomocniczych dla szpitala

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 7 Poz. 15

Czy Zamawiający dopuści taśmę o wymiarach 19 x 50 mb, z odpowiednim przeliczeniem ilości rolek?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza – w przeliczeniu opakowań zaokrąglonych w górę

Pytanie nr 2

Pakiet nr 7 Poz. 19

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, w opakowaniach a' 480 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (tj. z zaokrągleniem w górę do pełnej liczby opakowań)?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Znak sprawy Sp/AZP/382/8/2017

Pyskowice, 2017-07-21

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 10

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/8/2017. Nazwa zadania: Dostawa materiałów jednorazowych i pomocniczych dla szpitala

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Pakiet 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę podłoże piankowe, żel stały, średnica Ø50mm spełniającą pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 2

Pakiet 1, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę podłoże piankowe, żel stały spełniającą pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Pakiet 1, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuście elektrodę w rozmiarze 43x51mm (okrągła z języczkiem) spełniającą pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 4

Pakiet 1, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści wielorazowego użytku pasek o szerokości 6cm i długości 1,3m, pakowany po 1 sztukę spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 5

Pakiet 1, pozycja 16 – Czy Zamawiający dopuści golarzkę medyczną, o powierzchni golącej o polu min. 3,5cm² spełniającą pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 6

Pakiet 1, pozycja 29 – Prosimy o wydzielenie pozycji 29 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty na pozostałą część pakietu a tym samym pozwoli Zamawiającemu na osiągnięciu oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedź:

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Pakiet 8, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści golarzkę medyczną j.u. z podwójnym ostrzem?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 8

Pakiet 8, pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści szynę Zimmera z podkładem piankowym 46cm x 2cm spełniającą pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 9

Pakiet 8, pozycja 23 – Czy Zamawiający dopuści koszulkę zabiegową, rozmiar uniwersalny spełniającą pozostałe parametry?

Odpowiedź:
Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Pakiet 8, pozycja 24 – Czy Zamawiający wymaga spodenek do kolonoskopii z otworem zamykanym klapką?

Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wymaga spodenek do kolonoskopii z otworem zamykanym klapką

Pytanie nr 11

Pakiet 8, pozycja 26 – Czy Zamawiający wymaga kaczki z wkładem żelującym zawartość?

Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wymaga kaczki z wkładem żelującym zawartość

Pytanie nr 12

Pakiet 8, pozycja 27 – Z uwagi na fakt, iż na rynku pojawiają się produkty nie spełniające żadnych norm prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje okularów zarejestrowanych jako środek ochrony indywidualnej co najmniej kategorii II?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający oczekuje okularów zarejestrowanych jako środek ochrony indywidualnej co najmniej kategorii II

Pytanie nr 13

Pakiet 8, pozycja 27 – Czy zamawiający oczekuje okularów posiadających ramiona regulowane w zakresie ich długości i kąta pochylenia?

Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie oczekuje okularów posiadających ramiona regulowane w zakresie ich długości i kąta pochylenia

Pytanie nr 14

Pakiet 8, pozycja 29 – Czy Zamawiający wymaga podkładu nieprzemakalnego?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga podkładu nieprzemakalnego

Pytanie nr 15

Pakiet 8, pozycja 40 – Czy Zamawiający dopuści ustniki jednorazowe bez gumki spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr n16

Pakiet 9, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 20ml spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 17

Pakiet 9, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 35ml spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 18

Pakiet 9, pozycja 13 – Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z wkładką żelującą jego zawartość, dla komfortu użytkownika?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie oczekuje worka na wymiociny z wkładką żelującą jego zawartość, dla komfortu użytkownika

Pytanie nr 19

Pakiet 9, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze min. 25g/m² spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 20

Pakiet 13, pozycja 1 – Czy Zamawiający wymaga maski chirurgicznej typu IIR czy maski ochronnej klasy FFP3 spełniającej wymogi maski typu IIR?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga maski ochronnej klasy FFP3 spełniającej wymogi maski typu IIR


Pytanie nr 21

Pakiet 13, pozycja 1 – Czy Zamawiający oczekuje maski przeciwwirusowej o wysokiej skuteczności filtracji na poziomie 99,99%?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający oczekuje maski przeciwwirusowej o wysokiej skuteczności filtracji na poziomie 99,99%

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych

mgr Dariusz Kujacki

Znak sprawy Sp/AZP/382/8/2017

Pyskowice, 2017-07-21

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 11

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/8/2017. Nazwa zadania: Dostawa materiałów jednorazowych i pomocniczych dla szpitala

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Pakiet 19, pozycja 2: czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka urostomijnego w rozmiarze 13-60 mm bez filtra? Pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź:

W Wyjaśnieniach Treści SIWZ nr 1 z dnia 17.07.2017 r. w odpowiedzi na Pytanie nr 3 wkraść się błąd pisarski. Prawidłowa odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych
mgr Danusia Kulliska

SZPITAL W PYSKOWICACH
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice
tel. /32/ 233-24-24
NIP 9691608096 Regon 276247465

Znak sprawy Sp/AZP/382/8/2017

Pyskowice, 2017-07-21

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 12

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/8/2017. Nazwa zadania: Dostawa materiałów jednorazowych i pomocniczych dla szpitala

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w op.a'75 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 2

Pakiet nr 8, pozycja 5, 6

Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate w kolorze białym?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 3

Pakiet nr 8, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści koszule zabiegową dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Nie – zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 8, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści podkłady 50x38cm ok. 130 podkładów na rolce?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 5

Pakiet nr 8, pozycja 40

Czy Zamawiający oczekuje, aby ustniki posiadały kołnierz uniemożliwiający uszkodzenie aparatu przez zęby chorego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający oczekuje, aby ustniki posiadały kołnierz uniemożliwiający uszkodzenie aparatu przez zęby chorego

Pytanie nr 6

Pakiet nr 10, pozycja 1-3, 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzonej skala?

Odpowiedź:

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Pakiet nr 10, pozycja 1-3, 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z białym kontrastującym tłokiem?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 8

Pakiet nr 10 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści aplikatory o poj. 5ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


Zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych
mgr Dariusz Kwilński

Znak sprawy Sp/AZP/382/8/2017

Pyskowice, 2017-07-21

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 13

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/8/2017. Nazwa zadania: Dostawa materiałów jednorazowych i pomocniczych dla szpitala

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu optymalnej depozycji leku średnia wielkość rozbijanych cząsteczek (MMAD) ma wynosić 2,7 mikrona ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu 4 poz. 10

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kraników trójdrożnych Luer Lock, jałowy, wykonany z poliwęglanu z wyczuwalnym i optycznym indykatozem pozycji otwarty zamknięty, z ergonomicznym trójramiennym pokrętle. Wszystkie z wejść zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami. Z możliwością podawania lipidów i chemioterapeutyków? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu 4 poz. 12

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kraników trójdrożnych Luer Lock, jałowy, wykonany z poliwęglanu z wyczuwalnym i optycznym indykatozem pozycji otwarty zamknięty, z ergonomicznym trójramiennym pokrętle. Wszystkie z wejść zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami. Z możliwością podawania lipidów i chemioterapeutyków? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania przyrząd typu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego aspirowania płynów i leków, sterylny, jednorazowego użytku, z zatyczką oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym i cząsteczkowym 5 μ , długość igły biorczej min. 21,5mm, i średnicy ok. 5,6mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 5

Dot. Pakietu 5 poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania standardowych przyrządów do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych posiadających igłę biorczą dwukanałową uniemożliwiającą wypływ płynu z miejsca podłączenia, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra hydrofobowego typu on/off w kolorze czerwonym, komorę kroplową 20 kropli = 1ml o długości 98mm wolną od PCV o pojemności 18ml, filtr krwi o wielkości oczek 200 μ m, zacisk rolkowy z miejscem na dren dla bezpieczeństwa po użyciu, rolkę zaciskacza dającą możliwość precyzyjnego dozowania lub zatrzymania podawania płynów, dren medyczny o dł. 150cm wykonany z PVC jak od wielu lat stosowane w Państwa jednostce?

Odpowiedź:

Nie wymaga, dopuszcza

Pytanie nr 6

Dot. Pakietu 5 poz. 5, 6

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania standardowych przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych do przetaczania płynów infuzyjnych IS , igła biorcza dwukanałowa ścięta dwupłaszczyznowo, uniemożliwiająca wypadanie przyrządów z butelek i wypływ płynu z miejsca połączenia, osłonka igły biorczej, filtr powietrza z zatyczką typu on/off, komora kropl.20kropli =1 ml \pm 0,1ml, długość komory 65 mm, filtr płynu o wielkości oczek 15 μ m, zaciskacz rolkowy z miejscem na podtrzymanie drenu, rolka zaciskacza, dren medyczny o dł.150 cm, łącznik stożkowy luer-lock, osłonka łącznika luer-lock opakowanie foliowo-papierowe, jałowy niepirogenny, nietoksyczny, jednorazowego użytku, jak od wielu lat stosowane w Państwa jednostce?

Odpowiedź:

Nie wymaga, dopuszcza

Pytanie nr 7

Dot. Pakietu 5 poz. 7, 8

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania standardowych przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych do przetaczania płynów infuzyjnych IS , igła biorcza dwukanałowa ścięta dwupłaszczyznowo, uniemożliwiająca wypadanie przyrządów z butelek i wypływ płynu z miejsca połączenia, osłonka igły biorczej, filtr powietrza z zatyczką typu on/off, komora kropl. 20 kropli = 1 ml \pm 0,1ml, długość komory 65 mm, filtr płynu o wielkości oczek 15 μ m, zaciskacz rolkowy z miejscem na podtrzymanie drenu, rolka zaciskacza, dren medyczny o dł. 150 cm, łącznik stożkowy luer-lock, osłonka łącznika luer-lock opakowanie foliowo-papierowe, jałowy niepirogenny, nietoksyczny, jednorazowego użytku, nie zawierający ftalanów (na jednostkowym opakowaniu zewnętrznym widnieje zapis " nie zawiera ftalanów", lub zharmonizowany znak graficzny jak od wielu lat stosowane w Państwa jednostce?

Odpowiedź:

Nie wymaga, dopuszcza

Pytanie nr 8

Dot. Pakietu 5 poz. 11

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania uniwersalnego przyrządu do żywienia dojelitowego kompatybilnego zarówno z pompą Flocare, jak też do stosowania z dietą w opakowaniach typu pack oraz w butelkach podawanych metodą grawitacyjną?

Odpowiedź:

Nie wymaga, dopuszcza

Pytanie nr 9

Dot. Pakietu 5 poz. 14

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kranika trójdrożnego z wyczuwalnym indykatoem obrotu co 45°. Obrót w zakresie 360°, zmiana pokrętła kranika co 45°. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami, drugie ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną zapewnia swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnych bez możliwości jej skrećania. Produkt pakowany pojedynczo, sterylno?

Odpowiedź:

Nie wymaga, dopuszcza

Pytanie nr 10

Dot. Pakietu 5 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania igły typu bezpiecznego w rozmiarze 0,508 mm × 2,5 cm?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 11

Dot. Pakietu 5 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania igły typu bezpiecznego w rozmiarze 0,813 mm × 3,8 cm?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 12

Dot. Pakietu 6 poz. 20

Prosimy doprecyzować, czy Zamawiający oczekuje zaferowania 2 opakowań po 100 sztuk igieł, czy 200 opakowań po 100 sztuk igieł?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje 2 opakowań po 100 sztuk igieł

Pytanie nr 13

Dot. Pakietu 7 poz. 17

Czy Zamawiający wymaga aby oznaczeniu na wskaźniku określone były w języku polskim?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga aby oznaczeniu na wskaźniku określone były w języku polskim

Pytanie nr 14

Dot. Pakietu 10 poz. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania strzykawki o poj. 20 ml trzyczęściowej z kontrastującym tłokiem zakończonym gumową wkładką, przezroczystym cylindrem z czytelną i wyraźną skalą rozszerzoną do 22ml?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 15


Dot. Pakietu 10 poz. 4

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania strzykawki o poj. 20ml pakowanej po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych

mgr Dariusz Kulinek