

Znak sprawy Sp/AZP/382/8/2017

Pyskowice, 2017-07-25

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 14

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
Sp/AZP/382/8/2017. Nazwa zadania: Dostawa materiałów jednorazowych i pomocniczych
dla szpitala

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia informujemy:

Zad 15, poz. 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie taśmy do wysiłkowego nietrzymania moczu
o, szerokości 9÷13 mm, grubość nici 0,16mm? Taśma bez osłonki.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści taśmę o długości 45cm lub 60cm?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści taśmę o gramaturze: 64 g/m² - 73 g/m²?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający może doprecyzować rozmiar siatki jaki należy zaoferować.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje siatki: długość 500 mm szerokość 12 mm (+/-1 mm) gramatura 63 g/m².

Zad 15, poz.2**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, pokrytą na całej powierzchni powłoką tytanu. Parametry siatki: grubość nici 0,09mm, grubość siatki 0,3mm, gramatura 35 g/m². Możliwość implantacji wewnątrztrzewnowo. Rozmiar 12x17cm w opakowaniu a'3szt.? Zamawiającemu zostanie zaoferowane całe opakowanie, cena zostanie podana za 1 szt.

Odpowiedź:

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytania dot. wzoru umowy:

Pytanie nr 6

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź:

Zamawiający szacował potrzeby na podstawie poprzednich zakupów. Na dzień dzisiejszy trudno określić jakie jednostki chorobowe będą w kolejnym okresie. Jest to wartość szacunkowa.

Pytanie nr 7

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

Tak, w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Nie – zgodnie z SIWZ. Zamówienie na 12 miesięcy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych
mgr Dariusz Kuliński

Znak sprawy Sp/AZP/382/8/2017

Pyskowice, 2017-07-25

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 15

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/8/2017. Nazwa zadania: Dostawa materiałów jednorazowych i pomocniczych dla szpitala

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku/Zadaniu nr 15, poz. nr 1:
30 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłaniających, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 μm , grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m^2 , wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ?

Odpowiedź:

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku/Zadaniu nr 15, poz. nr 2:
Siatkę kompozytową, wewnątrzotrzewnową, miękką, niewchłaniającą, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE) z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m^2 , porowatości średniej 830 μm , z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, z oznaczeniem strony implantacji, nie prasowana termicznie, nie pokryta silikonem, w rozmiarze 14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 14 x 15 cm) ?

Odpowiedź:

Nie – zgodnie z SIWZ

W razie wyrażenia zgody tylko na jedną pozycję prosimy o jej wydzielenie i utworzenie z niej odrębnego załącznika/zadania.


Pytanie nr 3

Prosimy o możliwość dostarczenia próbek niesterylnych w razie weryfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie próbek niesterylnych w razie weryfikacji

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych

mgr Dariusz Kunicki

Znak sprawy Sp/AZP/382/8/2017

Pyskowice, 2017-07-25

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 16

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/8/2017. Nazwa zadania: Dostawa materiałów jednorazowych i pomocniczych dla szpitala

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1 - Dotyczy Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie proszku hemostatycznego o gramaturze 1g?

Odpowiedź:

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2 - Dotyczy Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie proszku hemostatycznego o gramaturze 3g?

Odpowiedź:

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3 - Dotyczy Pakiet 12, pozycja 2

Czy Zamawiający z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wprowadzi zakres tolerancji dotyczący długości aplikatora 38-44cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 2 %

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych
mgr Dariusz Kuźniński

Znak sprawy Sp/AZP/382/8/2017

Pyskowice, 2017-07-25

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 17

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
Sp/AZP/382/8/2017. Nazwa zadania: Dostawa materiałów jednorazowych i pomocniczych
dla szpitala

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Załącznik nr 4, poz. 4

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie pakietu z kaniulami dla dzieci
i noworodków. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez
większą liczę wykonawców.

Odpowiedź:

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Załącznik nr 5, poz. 5, 6, 7, 8

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie pakietu z przyrządem do
przetaczania płynów. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej
przez większą liczę wykonawców.

Odpowiedź:

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Załącznik nr 5, poz. 9, 10

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie pakietu z koreczkami. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

Odpowiedź:

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4

Załącznik nr 5, poz. 15-2

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie pakietu z igłami j.u. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

Odpowiedź:

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5

Załącznik nr 5, poz. 11, 12

Jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na utworzenie mniejszych poszczególnych pakietów tematycznych, jak osobny pakiet z przyrządami, koreczkami, igłami, to czy Zamawiający wydzieli z pakietu poz. 11, 12, które są bardziej wyspecjalizowanymi przyrządami i umieszczenie ich w pakiecie ze standardowymi przyrządami czy igłami znacznie ogranicza możliwość złożenia oferty większej liczbie wykonawców mogących zaoferować ofertę na podstawowy sprzęt jednorazowego użytku.

Odpowiedź:

Nie - ze względu na bardzo dużą liczbę pakietów Zamawiający posegregował je tematycznie.

Pytanie nr 6

Załącznik nr 10, poz. 9-13

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

Odpowiedź:

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Załącznik nr 10, poz. 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 8

Załącznik nr 10, poz. 4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 9

Załącznik nr 10, poz. 4

Czy zamawiający dopuści strzykawkę z kontrastującym w stosunku do cylindra, mlecznym tłokiem? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ,

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 10

Załącznik nr 10, poz. 1-5

Czy Zamawiający wymaga nazwy producenta na korpusie strzykawki?

Odpowiedź:

Nie – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11

Załącznik nr 10, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z kontrastującym w stosunku do przezroczystego cylindra kolorowym tłokiem? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych
[Podpis]
mgr Dariusz Kulicki

Znak sprawy Sp/AZP/382/8/2017

Pyskowice, 2017-07-25

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 18

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
Sp/AZP/382/8/2017. Nazwa zadania: Dostawa materiałów jednorazowych i pomocniczych
dla szpitala

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia informujemy:


Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Załącznika nr 14 pozycji 12 do
poz.17 w odrębny pakiet np. 14A.

Odpowiedź:

Nie – zgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku
z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie
ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez
zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych

mgr Danusz Kwiatkowski

Znak sprawy Sp/AZP/382/8/2017

Pyskowice, 2017-07-25

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 19

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
Sp/AZP/382/8/2017. Nazwa zadania: Dostawa materiałów jednorazowych i pomocniczych
dla szpitala

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 7 , sterylizacja pozycja nr 17. Czy Zamawiający wymaga aby oznaczeniu na
wskaźniku określone były w języku polskim?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga aby oznaczenia na wskaźniku określone były w języku polskim

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku
z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie
ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez
zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych
mgr Dariusz Kulicki