

ul. Szpitalna 2

44-120 Pyskowice

Numer sprawy: **Sp/AZP/382/16/poza/2017**

### **OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE**

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: **Sp/AZP/382/16/poza/2017**, nazwa zadania: **„Dostawa urządzenia medycznego – automatyczna myjnia endoskopowa”**

W związku z planowanym zakupem **Zarząd Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.** prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa urządzenia medycznego – automatycznej myjni endoskopowej o minimalnych wymaganych parametrach:

1. Przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich
2. Myjnia na endoskopy różnych producentów między innymi: Pentax EG-290Kp, EC- 380 FKZ, Olympus GIF-E, CF-EL
3. Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji
4. Urządzenie realizujące automatycznie:
  - test szczelności
  - mycie wstępne z użyciem detergenu
  - mycie zasadnicze
  - dezynfekcję chemiczno-termiczną
  - płukanie
  - suszenie
5. Możliwość stosowania środków dezynfekcyjnych zalecanych przez producentów endoskopów
6. Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces

7. Dezynfekcja w obiegu zamkniętym
8. Dozownik płynu detergentu
9. Czas mycia oraz dezynfekcji programowany
  
10. Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika
11. Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu
  
12. Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej oraz sieci elektrycznej jednofazowej
13. Posiada dodatkowy system filtracji
  
14. Posiada lampę UV
  
15. Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów
  
16. Drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji
  
17. Autoryzowany Serwis techniczny w Polsce

### **Wspólny Słownik Zamówień:**

kod CPV

### **33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne**

Proszę o podanie w formularzu ofertowym: ceny netto i brutto

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Zamawiający wymaga przedstawienia

1. Dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów proponowanego urządzenia medycznego.

2. Referencji potwierdzających doświadczenie – minimum 5 dostaw sprzętu medycznego o wartości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty.

**Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:**

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- 1.1. oferta, spełnia minimalne wymagania określone niniejszym ogłoszeniem,
- 1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
- 1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktacją: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.

Lp	Nazwa kryterium	Waga kryterium	Szczegółowy opis, wzór	Uwagi, objaśnienia
1	cena	80	zgodnie ze wzorem matematycznym	
2	czas reakcji serwisu w dni powszednie	10	zgodnie ze wzorem	
3	okres gwarancji	10	zgodnie ze wzorem	

5. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium punktów:

**Kryterium: Cena**

C : CENA

$$C = (C_{\min}/C_o) \times 80 \text{ pkt}$$

gdzie:

C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

C o - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł)

**Kryterium: Czas reakcji serwisu w dni powszednie**

CR: CZAS REAKCJI SERWISU W DNI POWSZEDNIE

Do 24 h od wezwania 10 pkt

Ponad 24 h za każdy dzień dłużej o jeden punkt mniej ocena matematyczna

**Kryterium: Okres gwarancji**

Liczba punktów w kryterium gwarancja jakości zostanie przyznany w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości. Wykonawca może zadeklarować okres gwarancji jakości w następującym przedziale miesięcy:

Okres gwarancji	Punkty
12 miesięcy	1
24 miesiące	5
36 miesięcy	10

Okres gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych miesiącach

Sposób przyznawania punktów: zgodnie z tabelą

## **UWAGI:**

- 1. Dostawa urządzenia medycznego - automatyczna myjnia endoskopowa najpóźniej do dnia 05.12.2017 r.**
- 2. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania jeżeli nie zostanie przyznana dotacja ze środków powiatowych**

## **Miejsce i termin składania ofert:**

Oferty należy składać do dnia: 2017-10-25 do godz. 11:00

w siedzibie zamawiającego Nazwa zamawiającego **Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.**

**ul. Szpitalna 2**

**44 – 120 Pyskowice**

**Pokój nr 17, Sekretariat Dyrekcji**

Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu **+48 32 233-24-24 wew. 230** lub pocztą elektroniczną na adres **zp.pyskowice@gmail.com**

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej  
**<http://bip.szpitalpyskowice.powiatgliwicki.finn.pl/>**

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Tomasz Siuta

tel. +4832 233-24-24 wew. 281

fax. +4832 233-24-24 wew. 230

w godzinach pracy zamawiającego 7:30 – 15:00

## **Załączniki:**

1. Parametry techniczne
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków
3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw/usług

Zatwierdzam

Zastępca Dyrektora  
ds. administracyjno-eksploatacyjnych  
  
mgr Dariusz Kuciński