

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: Sp/AZP/382/21/poza/2017

Nazwa zadania: „Zakup dwóch ssaków medycznych jezdnych”

Zarząd Szpitala w Pyskowicach prosi o przesłanie ofert dotyczących: Dwóch ssaków medycznych

Wspólny Słownik Zamówienia

Kod CPV

33 10 00 00-1 Urządzenia medyczne

Termin wykonania zadania:

Dostarczenie przedmiotu zamówienia do dnia 08.12.2017 r.

Wartość zamówienia

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy podać formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1

Wymagania minimalne:

Lp.	OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
1	Producent
2	Typ / Model
3	Rok produkcji : 2017
4	Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej z czterema kołami w tym dwa z blokadą
5	Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz
6	Wydajność ssaka min. 38 l/min
7	Podciśnienie max. 0-90 kPa

	z dokładnością $\pm 5\%$
8	Poziom hałasu max. 40 dB
9	Wymiary max urządzenia (szer.x wys. głęb.) 480x900x460 mm. +/- 10 mm
10	Waga ssaka nie więcej niż 12 kg (z podstawą jezdnią nie więcej niż 21 kg)
11	Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału.
12	Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej membranowej pompie próżniowej.
13	Manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności odczytu ustawienia siły ssania w miejscach niedoświetlonych /podświetlony elektrycznie lub fosforyzowany/
14	Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami ; mmHg, cmH ₂ O, bar, kPa
15	Min. trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe
16	Wypożyczenie: - zbiornik bezpieczeństwa szklany 0.2-0.3L
17	- przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym szt. 1
18	- 2- litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący(z poliwęglanu) z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem szt. 1
19	- uchwyt zbiornika z uchwytem na przewód ssący szt. 1
20	- przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie dł.1,5 m szt. 1
21	- stojak jezdny ssaka szt. 1
22	- kabel zasilający min. 2m szt. 1
23	Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1 do 4 l.
24	Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik
25	Możliwość stosowania pojemników wielorazowych 4L x 4 szt. montowanych na szynie EURO podstawy jezdnej ssaka w sposób stabilny bez wsparcia serwisu
26	Możliwość rozbudowy ssaka

	o dodatkowy uchwyt do zawieszenia drenu ssącego montowany na szynie EURO podstawy jezdnej
27	Możliwość rozbudowy ssaka o 1 lub 2 pojemniki do kateterów montowanych na uchwytach z klemą do szyny EURO na podstawie jezdnej ssaka bez wsparcia serwisu
28	Możliwość rozbudowy ssaka o włącznik nożny on/off
29	Możliwość rozbudowy podstawy jezdnej ssaka o kosz na akcesoria (dreny jednorazowe, cewniki) montowany na tylnej części podstawy bez wsparcia serwisu
30	Możliwość rozbudowy ssaka o mechanizm przełączający wypełnienia butli 1/2 montowany na szynie EURO podstawy jezdnej bez wsparcia serwisu
31	Ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H ₂ O
32	Gwarancja min. 24 miesiące
33	Czas reakcji serwisu max. 48 godzin

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny i ich znaczenie:

Lp	Nazwa kryterium	Waga kryterium
----	-----------------	----------------

1.Cena		100
--------	--	-----

Dodatkowe postanowienia dot. kryterium cena:

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru:

Kryterium cena

$$C = (C_{\min} / C_o) \times 100 = \text{pkt}$$

gdzie:

C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

C o - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł)

Termin płatności: 7 dni.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 24.11.2017 r do godziny 13:00 w siedzibie zamawiającego Szpital w Pyskowicach Sp. z o. o.
ul. Szpitalna 2
44-120 Pyskowice

Pokój nr 17 sekretariat Dyrekcji

lub przesłać w formie elektronicznej na adres: zp.pyskowice@gmail.com

Ogłoszenie o wynikach

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.szpitalpyskowice.com.pl w zakładce BIP postępowania do 30.000 EURO oraz przekazane dostawcą, którzy złożyli oferty.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Tomasz Siuta tel. +48 32 233 24 24 w. 281,

tel/fax. (32) 233-24-24 w. 283,

e-mail: zp.pyskowice@gmail.com

PREZES ZARZĄDU

Leszek Kubiak