

Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.

Pyskowice, 2018-01-29

ul. Szpitalna 2

44-120 Pyskowice

Numer sprawy: **Sp/AZP/382/8/poza/2018**

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: **Sp/AZP/382/8/poza/2018**, nazwa zadania: **Obsługa serwisowa RTG**

Zarząd Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest obsługa serwisowa nad zestawem rentgenowskim typu **VIROMATIC – S6, MOVIPLANT – 800T** z generatorem **GENIUS – 50HF** oraz kompletnym systemem radiografii cyfrowej typu **iCR3600** firmy **iCRco**, zainstalowanym w Pracowni Rentgenowskiej Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.

Wspólny Słownik Zamówień:

kod CPV

50421000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

Proszę o podanie w stworzonym przez siebie formularzu ofertowym: ceny netto i brutto za roczny koszt przeglądów okresowych, cenę netto i brutto za 1 roboczogodzinę oraz koszt dojazdu ryczałtowo.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunki Zamawiającego:

- Interwencja techniczna do maksymalnie 48 godzin licząc od chwili telefonicznego zgłoszenia awarii urządzeń objętych opieką techniczną
- Zdalna interwencja teleinformatyczna w trybie 24 godzin w odniesieniu do systemu komputerowego pracującego na terenie pracowni RTG
- Wykonana czynności naprawczych i serwisowych z zachowaniem reguł wymaganych przez przepisy krajowe oraz wymagań producenta
- Dokonywania dwa razy w roku szczegółowego przeglądu aparatu rentgenowskiego, zaś w szczególności do:
 - Weryfikacji parametrów ekspozycyjnych
 - Sprawdzenia elektronicznych zabezpieczeń przeciw przeciążeniowych
 - Sprawdzenia zabezpieczeń antykolizyjnych
 - Sprawdzenia poprawności działania centratora
 - Sprawdzenia funkcji mechanicznych oraz konserwacji mechanizmów wzajemnie przemieszczających się
 - Kontroli pracy skanera płyt obrazowych systemu iCR3600
 - Konserwacji zainstalowanego na terenie pracowni RTG systemu komputerowego wraz z oprogramowaniem dot. Pracy systemu radiografii cyfrowej.
- Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy na okres 24 miesięcy

Zamawiający wymaga przedstawienia

1. Dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do serwisowania aparatury medycznej.
2. Referencji potwierdzających doświadczenie – minimum 3 usługi serwisowe o wartości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Cena 80% matematycznie

Usługa	Cena
Roczny przegląd okresowy	netto/brutto
1 roboczogodzina	netto/brutto
Koszt dojazdu	ryczałt

2. Czas reakcji serwisu 20%

Czas reakcji serwisu	Punkty
12 godziny	20
24 godzin	10
48 godzin	5

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2018-02-05 do godz. 11:00

w siedzibie zamawiającego Nazwa zamawiającego **Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.**

ul. Szpitalna 2

44 – 120 Pyskowice

Pokój nr 17, Sekretariat Dyrekcji

Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu **+48 32 233-24-24 wew. 230** lub pocztą elektroniczną na adres **zp.pyskowice@gmail.com**

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej
<http://bip.szpitalpyskowice.powiatgliwicki.finn.pl/>

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Tomasz Siuta

tel. +4832 233-24-24 wew. 281

fax. +4832 233-24-24 wew. 230

w godzinach pracy zamawiającego 7:30 – 15:00

Załączniki:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zatwierdzam
PREZES ZARZĄDU
Leszek Kubiak