

Znak sprawy Sp/AZP/382/3/2018

Pyskowice, 2018-02-12

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 11

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/3/2018. Nazwa zadania: Opatrunki 2018

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Pytanie 1

Zadanie nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny PP/PE (zgodnie z EN 13 795) o gramaturze 57,5 g/m² w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

4 ręczniki 30 x 40 cm (2 pakowane osobno)

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, złożona w sposób zapewniający aseptyczną aplikację w warunkach bloku operacyjnego

2 serwety samoprzylepne, dwuwarstwowe 75 x 90 cm

1 serweta samoprzylepna, dwuwarstwowa, 175 x 180 cm

1 serweta samoprzylepna, dwuwarstwowa, 150 x 240 cm

1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm pakowana osobno

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.