

Znak Sprawy: Sp/AZP/382/9/poza/2018

Pyskowice, 2018.02.14

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: **Sp/AZP/382/9/poza/2018**

Nazwa zadania: **„Zakup Histeroskopu”**

Zarząd Szpitala w Pyskowicach prosi o przesłanie ofert dotyczących: Histeroskopu .

Wspólny Słownik Zamówienia

Kod CPV

33 10 00 00-1 Urządzenia medyczne

Termin wykonania zadania:

Dostarczenie przedmiotu zamówienia do dnia 19.03.2018 r.

Wartość zamówienia

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy podać formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1

Wymagania minimalne:

1. Histeroskop diagnostyczno-operacyjny przepływowy typ kompakt (zintegrowana optyka),
 - średnica 5mm z optyką szerokokatalogową nowej generacji,
 - typ. skośna
 - kąt patrzenia ok. 20°,
 - minimalna długość robocza 215 mm,
 - kanał roboczy narzędzi 5 Char, z doprowadzeniem i odprowadzeniem płynów (dwie końcówki typu luer z kranikami),stały okular do wpięcia w zatrzask posiadanej kamery
2. Kosz do mechanicznego mycia i sterylizacji histeroskopu.
3. Kleszczyki biopsyjne

- 5 Charr ,
 - obrotowe,
 - dwuelementowe (rączka + element roboczy),
 - szczęki typu łyżeczki,
 - z systemem zabezpieczającym przed przeciążeniem,
- długość robocza 340mm,.

4. Kleszczyki do wyciągania kamieni,

- 5 Charr.,
 - obrotowe,
 - dwuelementowe (rączka + płaszcz roboczy)
 - z systemem zabezpieczającym przed przeciążeniem
- szczęki typu Aligator

długość robocza 340-345 mm

5. Nożyczki

- 5 Charr ,
 - obrotowe,
 - dwuelementowe (rączka + element roboczy),
 - szczęki typu biopsy punch, z systemem zabezpieczającym przed przeciążeniem,
- długość robocza 340mm.

6. Elektroda

- bipolarna do dissekcji,
- preparacji, waporyzacji
- średnica 1,6mm (5Fr.).
- Autoklawowalna.
- Do użycia z histeroskopem z kanałem roboczym 5 Fr.

Długość robocza 360 mm.

7. Kabel wysokiej częstotliwości do pincet,

- bipolarny,
- długość 3 m,

współpracujący z diatermiami firm: ERBE/ACC/ICC/T

8. Pojemnik z przykrywką do transportu, przechowywania i sterylizacji optyk i instrumentów.

- Wymiary wewnętrzne 500x200x60 (długość; szerokość; głębokość).
- Długość całkowita pojemnika 566 mm.
- Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika.

Możliwość oznaczania zawartości.

9. Światłowód

- średnica 2,5 mm,
 - długość 2,3 m,
- z systemem identyfikacji kolorami.

Termin płatności: w trzech równych miesięcznych ratach. I rata płatna 30 dni po otrzymaniu i uruchomieniu sprzętu.

Gwarancja min.: 24 miesiące



Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny i ich znaczenie:

Lp	Nazwa kryterium	Waga kryterium
1.	Cena	100

Dodatkowe postanowienia dot. kryterium cena:
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru:

Kryterium cena

$$C = (C_{\min}/C_o) \times 100 = \text{pkt}$$

gdzie:

C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

C o - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł)

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 21.02.2018 r do godziny 12:00 w siedzibie zamawiającego Szpital w Pyskowicach Sp. z o. o.
ul. Szpitalna 2
44-120 Pyskowice

Pokój nr 17 sekretariat Dyrekcji

lub przesłać w formie elektronicznej na adres: zp.pyskowice@gmail.com

Ogłoszenie o wynikach

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.szpitalpyskowice.com.pl w zakładce BIP oraz przekazane dostawcą, którzy złożyli oferty.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Tomasz Siuta tel. +48 32 233 24 24 w. 281,

tel/fax. (32) 233-24-24 w. 283,

e-mail: zp.pyskowice@gmail.com

PREZES ZARZĄDU
Leszek Kubiak