

## Załącznik Nr 1

### FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

Nazwa wykonawcy .....

Adres wykonawcy .....

Miejscowość..... Data .....

dot.: zapytania ofertowego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/9/poza/2018. Nazwa zadania:  
**„Zakup Histeroskopu”**

#### **Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa:**

Histeroskopu o następujących minimalnych wymaganiach:

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Warunki wymagane Tak/Nie	Opis, Uwagi
1	Histeroskop diagnostyczno-operacyjny przepływowy typ kompakt (zintegrowana optyka), <ul style="list-style-type: none"><li>• średnica 5mm z optyką szerokokatalogową nowej generacji,</li><li>• typ. skośna</li><li>• kąt patrzenia ok. 20°,</li><li>• minimalna długość robocza 215 mm,</li><li>• kanał roboczy narzędzi 5 Charr, z doprowadzeniem i odprowadzeniem płynów (dwie końcówki typu luer z kranikami), stały okular do wpięcia w zatrzask posiadanej kamery</li></ul>		
2	Kosz do mechanicznego mycia i sterylizacji histeroskopu.		
3	Kleszczyki biopsyjne <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 Charr ,</li><li>• obrotowe,</li><li>• dwuelementowe (rączka + element roboczy),</li><li>• szczęki typu tyżeczki,</li><li>• z systemem zabezpieczającym przed przeciążeniem,</li><li>• długość robocza 340mm,.</li></ul>		
4	Kleszczyki do wyciągania kamieni, <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 Charr.,</li><li>• obrotowe,</li><li>• dwuelementowe (rączka + płaszcz roboczy)</li><li>• z systemem zabezpieczającym przed przeciążeniem</li></ul> szczęki typu Aligator długość robocza 340-345 mm		
5	Nożyczki <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 Charr ,</li><li>• obrotowe,</li><li>• dwuelementowe (rączka + element roboczy),</li><li>• szczęki typu biopsy punch, z systemem zabezpieczającym przed przeciążeniem,</li><li>• długość robocza 340mm.</li></ul>		
6	Elektroda <ul style="list-style-type: none"><li>• bipolarna do dissekcji,</li><li>• preparacji, waporizacji</li><li>• średnica 1,6mm (5Fr).</li><li>• Autoklawowalna.</li><li>• Do użycia z histeroskopem z kanałem roboczym 5 Fr.</li></ul>		

	Długość robocza 360 mm.		
7	Kabel wysokiej częstotliwości do pincet, <ul style="list-style-type: none"> <li>• bipolarny,</li> <li>• długość 3 m,</li> </ul> współpracujący z diatermiami firm: ERBE/ACC/ICC/T		
8	Pojemnik z przykrywką do transportu, przechowywania i sterylizacji optyk i instrumentów. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary wewnętrzne 500x200x60 (długość;szerokość;głębokość).</li> <li>• Długość całkowita pojemnika 566 mm.</li> <li>• Pojemnik z wkładami typu „jeź” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika.</li> </ul> Możliwość oznaczania zawartości.		
9	Światłowód <ul style="list-style-type: none"> <li>• średnica 2,5 mm,</li> <li>• długość 2,3 m,</li> </ul> z systemem identyfikacji kolorami.		
10	Rok produkcji:		
11	Serwis: proszę wpisać lokalizację		

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

**1. Termin wykonania zamówienia:**

dostawa do 19.03.2018 r. Dostawa proponowana przez wykonawcę:.....

**2. Wartość zamówienia**

cena netto:.....cena brutto:.....

**3. Termin płatności:** w trzech równych miesięcznych ratach. I rata płatna 30 dni po otrzymaniu i uruchomieniu sprzętu.

**4. Gwarancja :**.....

(data i czytelny podpis wykonawcy)