

Pyskowice, 2018-07-20

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/10/2018. Nazwa zadania: Dostawa aparatury medycznej dla szpitala w Pyskowicach w ramach dotacji: Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Zakup wideogastroskopu, wideokolonoskopu, źródła światła.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Czas usunięcia awarii przez Wykonawcę wynosi 5 dni roboczych od zdiagnozowania usterki. W sytuacji, w której wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych, o czym Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego nie później niż w terminie 48 godzin od zdiagnozowania usterki, czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 14 dni roboczych od zdiagnozowania usterki.”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Wykonawca zobowiązuje się do Wymiany sprzętu/elementu/podzespołu na nowy w okresie wskazanym w ust. 1 w przypadku wystąpienia trzech awarii wynikających z wady fabrycznej, których usunięcie związane będzie z wymianą istotnych części lub podzespołów lub jeśli usunięcie awarii jest niemożliwe. Wymiana powinna nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od daty zdiagnozowania usterki.”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „W przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy lub wymiany jego części lub podzespołów w związku z okolicznościami określonymi w ust. 3 oraz w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z rękojmi, w stosunku do nowego, wymienionego sprzętu lub wymienionych części obowiązują warunki gwarancji i serwisu wynikające z złożonej oferty. Gwarancja na podzespoły wynosi 6 miesięcy lub więcej w przypadku gdy pozostały okres gwarancyjny wynikający z umowy gwarancyjnej jest dłuższy niż wskazany.”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Przerwy w pracy sprzętu spowodowane naprawami gwarancyjnymi trwające powyżej 5 dni roboczych odpowiednio wydłużają okres gwarancji.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy zapisów umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu o poniższej treści:

„Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego urządzenia wynikłe wskutek:

- a) eksploatacji wyposażenia przez Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, nie stosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich,
- b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby, uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, siłą wyższą np. powódź, zalania pożar.”

Odpowiedź:

Nie, zapisy te powinny znaleźć się w ogólnych warunkach gwarancji dostarczonego sprzętu.

Pytanie nr 6

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej odpowiednio z 0,2% na 0,1% oraz z 5% na 2,5%?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Dotyczy zapisów umowy § 3 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę i dostarczenie sprzętu zastępczego z 5 dni na 7 dni roboczych co zniweluje naliczanie kar umownych w przypadku przedłużającej się naprawy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu o klauzulę:

„ (...) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


SZPITAL ... S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
mgr Beata Telepko