



SZPITAL w PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl



NIP: 9691608096
REGON: 276247465

KRS 0000469643
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Wysokość Kapitału
Zakładowego:
19.700.000,00 zł

Nr konta bankowego:

ING Bank Śląski
9810501285100000221
2249177

Kontakt:

Centrala:
32 233 24 24
Sekretariat Zarządu:
32 233 24 24 w. 230
Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numerы wewnętrzne:

Księgowość – 235
Kadry – 232
Dział Statystyki – 233
Zamówienia Publiczne - 281
Dział Techniczny - 229
Zaopatrzenie – 239
Apteka – 239

Izba Przyjęć – 250
Oddział Wewnętrzny – 204
Oddział Ginekologiczno
Położniczy – 205
Oddział Noworodków – 217
Oddział Chirurgii – 206
Pracownia RTG – 211
Laboratorium – 213
Pracownia USG – 268
Prac. Endoskopowa - 263
Przełożona Pielęgniarek - 237
Pielęgn. Epidemiolog. - 284

Pyskowice, 20.03.2019 r

Znak sprawy: Sp/AZP/382/15/poza/2019

Odpowiedzi nr 3

Nazwa zadania: „ Gazy medyczne”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie informujemy:

Pytanie 1 dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia

Składający wniosek (dalej „Pytający” vel „Składający wniosek”), po zapoznaniu się z treścią Ogłoszenia o planowanym zakupie) – Warunki Zamawiającego oraz Formularza asortymentowo – cenowego i wymagań dla oferowanego zbiornika , odpowiedzi na pytania, do Postępowania oznaczonego symbolem Sp/AZP/382/15/poza/2019 dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) z dnia 2019.02.25, zwraca się do Zamawiającego z prośbą:

1. dopuszczenia złożenia oferty na :

- **butlę tlenową aluminiową, 10l (2,15m³) z zintegrowanym zaworem, o ciśnieniu 200 bar z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modulem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np. respiratora transportowego, bez dodatkowych kółek**
- **dzierżawę zbiornika tlenu ciekłego o parametrach m.in. :**

Pojemność brutto : 3100 L +/- 10%

Pojemność netto : 2950 L +/- 10%

Pojemność użytkowa dla O₂ : 2200Nm³ +/-5% lub 3400 kg +/-10%

Wymiary podstawy : 1550 mm +/-5% x 2100 mm +/-10%

Wysokość : 2700 mm +/-10%



SZPITAL w PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl



NIP: 9691608096
REGON: 276247465

KRS 0000469643
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Wysokość Kapitału
Zakładowego:
19.700.000,00 zł

Nr konta bankowego:

ING Bank Śląski
9810501285100000221
2249177

Kontakt:

Centrala:
32 233 24 24
Sekretariat Zarządu:
32 233 24 24 w. 230
Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numery wewnętrzne:

Księgowość – 235
Kadry – 232
Dział Statystyki – 233
Zamówienia Publiczne - 281
Dział Techniczny - 229
Zaopatrzenie – 239
Apteka – 239

Izba Przyjęć – 250
Oddział Wewnętrzny – 204
Oddział Ginekologiczno
Położniczy – 205
Oddział Noworodków – 217
Oddział Chirurgii – 206
Pracownia RTG – 211
Laboratorium – 213
Pracownia USG – 268
Prac. Endoskopowa - 263
Przełożona Pielęgniarek -237
Pielęgn. Epidemiolog. - 284

2. **wylączenie z pakietu wyżej wymienionych pozycji (butle aluminiowe z zaworem zintegrowanym i zbiorniki tlenu ciekłego wraz z pozycją 13 – Prace budowlane i elektryczne związane ze zbiornikiem tlenu ciekłego)), oraz utworzenie odrębnego/odrębnych zadań, co umożliwi naszej firmie złożyć ważne oraz konkurencyjną ofertę, a jednocześnie rozszerzy krąg potencjalnych wykonawców. Dodatkowo przychylenie się do naszej prośby pozwoli Zamawiającemu na celowe i oszczędne wydatkowanie środków przy jednoczesnym uzyskiwaniu najlepszego efektu z zakładanych środków.**

Korzyści, zagrożenia brakiem podziału zamówienia na części.

Korzyści

- zwiększenie konkurencyjności
- zwiększenie innowacyjności
- racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych
- realizacja polityki państwa poprzez, np.: aspekty społeczne (potencjalnie więcej miejsc pracy)
- duże prawdopodobieństwo większej wydajności większej ilości podmiotów

Zagrożenia brakiem podziału

- zaburzenie konkurencyjności
- problem z uzyskaniem oferty najkorzystniejszej ekonomicznie promującej najlepszą relację jakości do ceny
- potencjalne naruszenie zasady równego traktowania wykonawców, niedyskryminacji

Składając wniosek o dopuszczenie przedmiotu zamówienia o wskazanych powyżej parametrach oraz o wylączenie tych pozycji z formularza asortymentowo – cenowego Pytający wnosi jednocześnie

- uchylenie kwestionowanych niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa zapisów ogłoszenia o planowanym zakupie, poprzez możliwość złożenia oferty tylko i wyłącznie na:

butle aluminiowe z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 1 l, o ciśnieniu 200 bar z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modulem wyposażonym w reduktor ciśnienia, przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min, wyjściem do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego- np. respirator lub inkubator transportowy, cyfrowy wyświetlacz z inteligentnym systemem rozpoznawaniem czasu, dający możliwość odczytu: ilości gazu pozostałego w butli przy zamkniętym zaworze (pokazana w litrach) ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia (wskaźnik liniowy napełnienia butli) - czasu pozostałego do zużycia gazu w butli przy zadanym przepływie oraz posiadających system alarmowy sygnalizujący przy napełnieniu butli gazem wynoszącym 25% kiedy pozostaje mniej niż 15 min użytkowania przy zadanym przepływie Butle z możliwością przenoszenia za kołpak, posiadające zaczep umożliwiający zawieszenie ich na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów. Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola



SZPITAL w PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl



magnetycznego do 3 tesli, wyposażone w osłonę z kolkami umożliwiającymi transportowanie butli,

- przewoźny zbiornik na tlen ciekły medyczny o parametrach wskazanych w załączniku nr 3 do treści ogłoszenia,

- powtórzenie wadliwych czynności zgodnie z przepisami prawa i dokonanie w kwestionowanym zakresie właściwej modyfikacji treści ogłoszenia o planowanym zakupie poprzez dopuszczenie rozwiązań równoważnych o parametrach funkcjonalnych i użytkowych nie gorszych aniżeli te zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Do naruszenia zasady uczciwej konkurencji dochodzi wskutek każdego naruszenia reguł sporządzania opisu

w sposób neutralny technologicznie i obiektywny. Neutralność technologiczna to zasada równego traktowania przez administrację publiczną rywalizujących ze sobą technologii i stwarzania warunków do ich uczciwej konkurencji poprzez zakaz stosowania określonych rozwiązań technologicznych w sytuacji, gdy istnieją rozwiązania konkurencyjne. Neutralny technologicznie opis przedmiotu zamówienia oznacza opis nie preferujący żadnej konkretnej technologii lub rozwiązania i umożliwiający dalszy rozwój w oparciu o inną technologię. Opis nie powinien wymieniać konkretnej technologii, rozwiązań, standardów czy określonej infrastruktury dla dostarczenia usługi lub sprzętu. Każdy dostawca technologii powinien mieć prawo (o ile posiada odpowiedni potencjał) stworzyć komplet rozwiązań technologicznych realizujący potrzeby zamawiającego i żaden z nich nie może być dyskryminowany.

Wskutek czynności podjętych przez Zamawiającego, Składający wniosek doznał uszczerbku prawnego polegającego na braku możliwości złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Ogłoszenia o Planowanym zakupie na dostawę gazów medycznych

Po wnikliwej analizie treści ogłoszenia o Numerze Sprawy Sp/AZP/382/15/poza/2019, stwierdzamy, że Zamawiający ustanowił w zapisach ogłoszenia wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia z naruszeniem przepisów zakazujących opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Wymagania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia uniemożliwiają Składającemu wniosek ubieganie się o przedmiotowe zamówienie publiczne utrudniając uczciwą konkurencję, której zapewnienie jest podstawowym obowiązkiem Zamawiającego. Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, bez konkretnego uzasadnienia merytorycznego wprowadził do opisu przedmiotu zamówienia wymogi, którym odpowiada konkretny produkt konkretnego producenta. Tym samym Zamawiający wskazał produkt zamykając drogę do pozyskania zamówienia wykonawcom oferującym produkty nie posiadające parametrów określonych w treści ogłoszenia, spełniające identyczne, nawet lepsze funkcje użytkowe i jakościowe w stosowanych w szpitalach na całym świecie procedurach. Nie ulega wątpliwości, iż szereg zapisów ogłoszenia oraz odpowiedzi na pytania, odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia będzie miało wpływ na poziom konkurencyjności postępowania o zamówienie publiczne, który jak pewnie Zamawiający przyzna, powinien być możliwie najwyższy. Stąd jedynym możliwym w omawianej sytuacji rozwiązaniem byłoby dopuszczenie wszystkich produktów zgodnych z właściwą europejską, a zatem i polską normą o właściwościach zapewniających osiągnięcie celu medycznego oraz bezpieczne i skuteczne wykonanie określonej procedury, a nie wymaganie wyłącznie produktów posiadających unikatowe, specyficzne dla konkretnego produktu konkretnego producenta właściwości i parametry, zwłaszcza w sytuacji, gdy w wyniku stronniczych zapisów SIWZ uciepić może interes kogośkolwiek z podmiotów, co już stanowi przejaw utrudniania uczciwej konkurencji.

Działanie Zamawiającego wydaje się być nieracjonalne, a przemawiać za nim może jedynie nieuzasadniona chęć wyeliminowania niektórych Wykonawców z postępowania i zawężenie ich kręgu. Celem regulacji dotyczących zasady równości, konkurencyjności i zasady uczciwej konkurencji jest wyeliminowanie z postępowania o udzielenie zamówienia jakichkolwiek

NIP: 9691608096
REGON: 276247465

KRS 0000469643
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Wysokość Kapitału
Zakładowego:
19.700.000,00 zł

Nr konta bankowego:

ING Bank Śląski
9810501285100000221
2249177

Kontakt:

Centrala:
32 233 24 24
Sekretariat Zarządu:
32 233 24 24 w. 230
Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numery wewnętrzne:

Księgowość – 235
Kadry – 232
Dział Statystyki – 233
Zamówienia Publiczne - 281
Dział Techniczny - 229
Zaopatrzenie – 239
Apteka – 239


Izba Przyjęć – 250
Oddział Wewnętrzny – 204
Oddział Ginekologiczno
Położniczy – 205
Oddział Noworodków – 217
Oddział Chirurgii – 206
Pracownia RTG – 211
Laboratorium – 213
Pracownia USG – 268
Prac. Endoskopowa - 263
Przełożona Pielęgniarek -237
Pielęgn. Epidemiolog. - 284



SZPITAL w PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl



NIP: 9691608096
REGON: 276247465

KRS 0000469643
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Wysokość Kapitału
Zakładowego:
19.700.000,00 zł

Nr konta bankowego:

ING Bank Śląski
9810501285100000221
2249177

Kontakt:

Centrala:
32 233 24 24
Sekretariat Zarządu:
32 233 24 24 w. 230
Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numery wewnętrzne:

Księgowość – 235
Kadry – 232
Dział Statystyki – 233
Zamówienia Publiczne - 281
Dział Techniczny - 229
Zaopatrzenie – 239
Apteka – 239

Izba Przyjęć – 250
Oddział Wewnętrzny – 204
Oddział Ginekologiczno
Położniczy – 205
Oddział Noworodków – 217
Oddział Chirurgii – 206
Pracownia RTG – 211
Laboratorium – 213
Pracownia USG – 268
Prac. Endoskopowa - 263
Przełożona Pielęgniarek - 237
Pielęgn. Epidemiolog. - 284

elementów, które miałyby charakter dyskryminacyjny. Uznać należy, iż postępowanie ma charakter dyskryminacyjny wówczas gdy prowadzi do wyłączenia określonej kategorii potencjalnych wykonawców lub dostawców bez uzasadnionej przyczyny.

Niezależnie od zastosowanej metody, opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia ma gwarantować uczciwą konkurencję. Przepis, zobowiązujący do tego zamawiających, stanowi kwintesencję zasady neutralności. Naruszeniem uczciwej konkurencji jest taki opis przedmiotu zamówienia, w którym zamawiający poprzez użyte sformułowania lub parametry wskazywać będzie na jednego konkretnego dostawcę lub na jeden konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić, oferent musi dostarczyć jeden konkretny produkt.

Za naruszające normę egalitaryzmu wobec podmiotów gospodarczych należy uznać zakaz opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, a co za tym idzie, opisy wymagań bezwzględnych przedmiotu zamówienia w ramach niniejszego postępowania. W opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część ogłoszenia o planowanym zakupie Zamawiający wskazał produkty konkretnego producenta.

Wydaje się być oczywistym, że Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia w zobowiązany jest do traktowania wszystkich uczestników postępowania na równych zasadach. Zamawiający tymczasem w przedmiotowym postępowaniu opisuje przedmiot zamówienia w sposób uniemożliwiający złożenie oferty na dostawę Tłenu medycznego w butlach aluminiowych 10l z zaworem zintegrowanym oraz zaoferowania dzierżawy przewoźnego zbiornika na tlen ciekły medyczny.

Reasumując związku z zaistniałą sytuacją oraz przedstawionymi argumentami zwracamy się do Zamawiającego o konwalidację wprowadzonych zapisów, dotyczących wymogów i oczekiwań Zamawiającego w zakresie przedmiotowego postępowania poprzez dopuszczenie możliwości złożenia oferty na:

- butlę tlenową aluminiową, 10l (2,15m³) z zintegrowanym zaworem, o ciśnieniu 200 bar z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np. respiratora transportowego, bez dodatkowych kółek
- dzierżawę zbiornika tlenu ciekłego o parametrach m.in. :

Pojemność brutto : 3100 L +/- 10%

Pojemność netto : 2950 L +/- 10%

Pojemność użytkowa dla O2 : 2200Nm³ +/-5% lub 3400 kg +/-10%

Wymiary podstawy : 1550 mm +/-5% x 2100 mm +/-10%

Wysokość : 2700 mm +/-10%



SZPITAL w PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl



NIP: 9691608096
REGON: 276247465

KRS 0000469643
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Wysokość Kapitału
Zakładowego:
19.700.000,00 zł

Nr konta bankowego:

ING Bank Śląski
981050128510000221
2249177

Kontakt:

Centrala:
32 233 24 24
Sekretariat Zarządu:
32 233 24 24 w. 230
Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numery wewnętrzne:

Księgowość – 235
Kadry – 232
Dział Statystyki – 233
Zamówienia Publiczne - 281
Dział Techniczny - 229
Zaopatrzenie – 239
Apteka – 239

Izba Przyjęć – 250
Oddział Wewnętrzny – 204
Oddział Ginekologiczno
Położniczy – 205
Oddział Noworodków – 217
Oddział Chirurgii – 206
Pracownia RTG – 211
Laboratorium – 213
Pracownia USG – 268
Prac. Endoskopowa - 263
Przełożona Pielęgniarek -237
Pielęgn. Epidemiolog. - 284

oraz wyłączenie tych pozycji (wraz z pozycją 13 – Prace budowlane i elektryczne związane ze zbiornikiem tlenu ciekłego) z formularza asortymentowo – cenowego i utworzenie odrębnego/ lub odrębnych zadać

Jednocześnie nadmieniamy, iż przeprowadzona sanacja zapisów Zapytania ofertowego, przy jednoczesnym dopuszczeniu proponowanych rozwiązań umożliwi naszej firmie złożyć ważną oraz konkurencyjną ofertę, a jednocześnie rozszerzy grupę potencjalnych wykonawców. Dodatkowo pozwoli to odsunąć od Zamawiającego zarzuty wprowadzenia wymogów ograniczających przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców a także stronniczego i nieprawego opisanie przedmiotu zamówienia

Dla składającego wniosek oczywistym jest, iż obecny opis przedmiotu zamówienia w żaden sposób nie zapewni uczciwej konkurencji, a jednocześnie wskazuje wybór z zawężonego grona potencjalnych wykonawców.

Odpowiedź:

Dotyczy butli tlenowych:

Zamawiający dopuszcza tolerancję pojemności butli +/- 10% do wartości wpisanej w ogłoszeniu z odpowiednim przeliczeniem. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butli nie wyposażonych w kółka ale w takim wypadku wymaga dostarczenia nieodpłatnie wózków do przewozu butli w ilości zgodnej z ilością dzierżawionych butli.

Dotyczy zbiornika tlenu ciekłego:

Zamawiający określił w ogłoszeniu tolerancję dotyczącą zbiornika.

Dotyczy prac budowlanych i elektrycznych związanych ze zbiornikiem:

Nie, zgodnie z ogłoszeniem.

Pytanie 2poz. 9-12 Formularza asortymentowo – cenowego

1. W związku z udzielonymi odpowiedziami w dn. 18.03.2019 pytanie nr 6 i 7 Zamawiający wskazał na jedną firmę posiadającą takie rozwiązania. Chcemy zwrócić uwagę, że przedmiotem zapytania jest dostawa gazu wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym stosowanie u pacjentek a kryterium oceny ofert jest tylko i wyłącznie cena. Zadający pytanie nie może wiedzieć że rozwiązanie opisane przez Zamawiającego w Formularzu asortymentowo-cenowym będzie droższe od zaproponowanego przez niego. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogów opisanych w pytaniu nr 6 i 7 i dopuszczenie również innych rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo terapii dla pacjentek i personelu medycznego.
2. Czy pracownik wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O₂ i 50% N₂O) ma posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie, potwierdzone stosownym certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu? Czy w przypadku odpowiedzi



SZPITAL w PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl



NIP: 9691608096
REGON: 276247465

KRS 0000469643
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Wysokość Kapitału
Zakładowego:
19.700.000,00 zł

Nr konta bankowego:

ING Bank Śląski
9810501285100000221
2249177

Kontakt:

Centrala:
32 233 24 24
Sekretariat Zarządu:
32 233 24 24 w. 230
Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numery wewnętrzne:

Księgowość – 235
Kadry – 232
Dział Statystyki – 233
Zamówienia Publiczne - 281
Dział Techniczny - 229
Zaopatrzenie – 239
Apteka – 239

Izba Przyjęć – 250
Oddział Wewnętrzny – 204
Oddział Ginekologiczno
Położniczy – 205
Oddział Noworodków – 217
Oddział Chirurgii – 206
Pracownia RTG – 211
Laboratorium – 213
Pracownia USG – 268
Prac. Endoskopowa - 263
Przełożona Pielęgniarek - 237
Pielęgn. Epidemiolog. - 284

twierdzącej, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiającego wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w do złożenia w wyznaczonym terminie wymienionego powyżej certyfikatu?


3. Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie potencjalne elementy składowe systemu do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenu azotu (50% O₂ i 50% N₂O), tj. (zawór dozujący/ustniki/maski/zawory wydechowe, dodatkowe filtry) mają być wolne są od BPA? BPA (Bisfenol A) – związek chemiczny z grupy fenoli, stosowany do produkcji tworzyw sztucznych, który działa niekorzystnie na wiele aspektów zdrowotnych. Doniesienia literaturowe wskazują, że BPA może zaburzać różnicowanie płci, dojrzewanie, rozród, wpływać na pracę tarczycy a także skutkować rozwojem nowotworów złośliwych, w tym raka piersi i prostaty. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, oferenci zobowiązani będą do przedłożenia wraz z ofertą certyfikatów Producentów, potwierdzających brak BPA w ich produktach, przeznaczonych do podania mieszaniny tlenu i podtlenu azotu?
4. Czy Zamawiający wymaga w celu zachowania pełnej kompatybilności oraz bezpieczeństwa terapii, aby zaoferowany zawór dozujący do podawania mieszaniny gazów- medycznego tlenu i podtlenu azotu (50% O₂ i 50% N₂O) oraz pozostałe części składowe systemu np maski, filtry, jednorazowe zawory wydechowe z ustnikiem, pochodziły od jednego producenta?
5. Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?
6. Czy Zamawiający wymaga, aby korpus zaworu dozującego był nierozbieralny; tzn. nie było w nim elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie i na potwierdzenie tego Wykonawca winien dołączyć do oferty instrukcję obsługi producenta?
7. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowania zaworu dozującego, który wymaga regularnej, corocznej kontroli wzrokowej, polegającej na:



SZPITAL w PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl



NIP: 9691608096
REGON: 276247465

KRS 0000469643
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Wysokość Kapitału
Zakładowego:
19.700.000,00 zł

Nr konta bankowego:

ING Bank Śląski
9810501285100000221
2249177

Kontakt:

Centrala:
32 233 24 24
Sekretariat Zarządu:
32 233 24 24 w. 230
Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numery wewnętrzne:

Księgowość – 235
Kadry – 232
Dział Statystyki – 233
Zamówienia Publiczne - 281
Dział Techniczny - 229
Zaopatrzenie – 239
Apteka – 239

Izba Przyjęć – 250
Oddział Wewnętrzny – 204
Oddział Ginekologiczno
Położniczy – 205
Oddział Noworodków – 217
Oddział Chirurgii – 206
Pracownia RTG – 211
Laboratorium – 213
Pracownia USG – 268
Prac. Endoskopowa - 263
Przełożona Pielęgniarek -237
Pielęgn. Epidemiolog. - 284

- a. Rozszczelnieniu i odłączeniu zaworu na żądanie od źródła gazu pod ciśnieniem,
- b. Sprawdzeniu czytelności numeru seryjnego zaworu,
- c. Sprawdzeniu czasu eksploatacji zaworu,
- d. Sprawdzeniu dokumentacji potwierdzającej wykonanie konserwacji po 5 latach użytkowania,
- e. Sprawdzeniu, czy zewnętrzna strona węża nie posiada uszkodzeń (pęknięć lub znaczących otarć)
- f. Sprawdzeniu, czy wąż nie ma załamań lub odkształceń,
- g. Skontrolovania metalowego wtyku złącza pod kątem uszkodzeń lub zużycia,
- h. Sprawdzeniu, czy korpus zaworu i tylna pokrywa nie są pęknięte lub uszkodzone,
- i. Sprawdzeniu, czy 3 małe wkręty dociskowe, mocujące tylną pokrywę zaworu do korpusu są na miejscu,
- j. Sprawdzeniu, czy etykieta na tylnej pokrywie znajduje się na miejscu oraz jest w dobrym stanie,
- k. Odkręceniu zespołu portu pacjenta od głównego korpusu zaworu i wyjęciu uszczelki z klapowego zaworu wydechowego z portu pacjenta,
- l. Skontrolovaniu portu pacjenta pod kątem pęknięć lub uszkodzeń,
- m. Skontrolovaniu uszczelki zaworu wydechowego pod kątem rozdarć i pęknięć,
- n. Ponownym zamontowaniu uszczelki klapowego zaworu wydechowego w porcie pacjenta,
- o. Wyciągnięciu zestawu dysku wdechowego z korpusu zaworu i wyciągnięciu uszczelki klapowego zaworu wdechowego z dysku wdechowego,
- p. Skontrolovaniu dysku i bolca, sprawdzeniu, czy dysk wdechowy jest płaski, sprawdzeniu czy bolec nie jest zgięty i czy wystaje pod kątem prostym z dysku wdechowego.
- q. Skontrolovaniu uszczelki klapowego zaworu wdechowego pod kątem rozdarć i pęknięć
- r. Ponownym założeniu uszczelki klapowego zaworu wdechowego do dysku wdechowego
- s. Zamontowaniu zestawu dysku wdechowego do korpusu zaworu, zwróceniu uwagi aby bolec bez trudu można wsunąć do otworu w korpusie zaworu
- t. Zamontowaniu zestawu portu pacjent a do korpusu zaworu
- u. UWAGA: dokręcanie wyłącznie ręczne

8. Czy zamawiający wymaga dostarczenia zaworu dozującego, którego wnętrze (tzw. strefa bezdotykowa) nie wymaga dezynfekcji.



SZPITAL w PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl



Odpowiedź:

NIP: 9691608096
REGON: 276247465

KRS 0000469643
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Wysokość Kapitału
Zakładowego:
19.700.000,00 zł

Nr konta bankowego:

ING Bank Śląski
9810501285100000221
2249177

Kontakt:

Centrala:
32 233 24 24
Sekretariat Zarządu:
32 233 24 24 w. 230
Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numery wewnętrzne:

Księgowość – 235
Kadry – 232
Dział Statystyki – 233
Zamówienia Publiczne - 281
Dział Techniczny - 229
Zaopatrzenie – 239
Apteka – 239

Izba Przyjęć – 250
Oddział Wewnętrzny – 204
Oddział Ginekologiczno
Położniczy – 205
Oddział Noworodków – 217
Oddział Chirurgii – 206
Pracownia RTG – 211
Laboratorium – 213
Pracownia USG – 268
Prac. Endoskopowa - 263
Przełożona Pielęgniarek -237
Pielęgn. Epidemiolog. - 284

1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butli nie wyposażonych w kółka ale w takim wypadku wymaga dostarczenia nieodpłatnie wózków do przewozu butli w ilości zgodnej z ilością dzierżawionych butli. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sal chorych Zamawiający preferuje aby włączanie butli i ustawienie przepływu było łatwo dostępne zlokalizowane u góry butli a przyłącze do kaniuli donosowej i szybkozłącze ustawione w jednej linii z przodu butli, ale dopuszcza inne rozwiązania.
2. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga dołączenia certyfikatu do oferty.
3. Zamawiający wymaga zaoferowaniu wyrobu medycznego – zaworu dozującego. Ustniki, maski i filtry nie są przedmiotem dostawy.
4. Ustniki, maski i filtry nie są przedmiotem dostawy.
5. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
6. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
7. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
8. Zgodnie z Wyjaśnieniami nr 2 z dnia 18.03.2019 r. Pytanie nr 3.

PREZES ZARZĄDU
Leszek Kubiak