



SZPITAL W PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl

NIP: 9691608096
REGON: 276247465

KRS 0000469643
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału
Zakładowego:
20.700.000,00 zł.

Nr konta bankowego:

ING Bank Śląski
9810501285100000221
2249177

Kontakt:

Centrala:
32 233 24 24
Sekretariat Zarządu:
32 233 24 24 w. 230
Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numerы wewnętrzne:

Księgowość – 235
Kadry – 232
Dział Statystyki – 233
Zamówienia Publiczne - 281
Dział Techniczny - 229
Zaopatrzenie – 239
Apteka – 239

Izba Przyjęć – 250
Oddział Wewnętrzny – 204
Oddział Ginekologiczno
Położniczy – 205
Oddział Noworodków – 217
Oddział Chirurgii – 206
Pracownia RTG – 211
Laboratorium – 213
Pracownia USG – 268
Prac. Endoskopowa - 263
Przełożona Pielęgniarek -237
Pielęgn. Epidemiolog. - 284

Pyskowice, 16.04.2019 r

Znak sprawy: Sp/AZP/382/18/poza/2019

Odpowiedzi nr 1

Nazwa zadania: „Dostawa odczynników do badań z zakresu immunohematologii metodą aglutynacji kolumnowej, wraz z dzierżawą aparatu”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie informujemy:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu mają być załączone próbki oraz jakie parametry kart będą badane przez Zamawiającego skoro jedynym kryterium jest cena ?

Zamawiający wymaga załączenia instrukcji używania kart które potwierdzają wymagania Zamawiającego czyli nazwy klonów ,przeznaczenie konfigurację kart . Niejasnym jest dla nas żądanie bezpłatnych próbek dlatego prosimy o wyjaśnienie celowości wymagania Zamawiającego . Chcielibyśmy aby kryteria były identyfikowalne dla każdej ze stron z zachowaniem zasady równego traktowania wykonawców .

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 32 ust. 2 Konstytucji nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Zakaz dyskryminacji wyrażony w Konstytucji jest bardzo szeroki - obejmuje zakaz nierównego traktowania ze względu na jakąkolwiek przesłankę i we wszystkich obszarach życia politycznego, społecznego i gospodarczego

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w celu weryfikacji zgodności złożonej oferty z ogłoszeniem.



SZPITAL W PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl

NIP: 9691608096
REGON: 276247465

KRS 0000469643
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału
Zakładowego:
20.700.000,00 zł.

Nr konta bankowego:

ING Bank Śląski
9810501285100000221
2249177

Kontakt:

Centrala:
32 233 24 24
Sekretariat Zarządu:
32 233 24 24 w. 230
Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numery wewnętrzne:

Księgowość – 235
Kadry – 232
Dział Statystyki – 233
Zamówienia Publiczne - 281
Dział Techniczny - 229
Zaopatrzenie – 239
Apteka – 239

Izba Przyjęć – 250
Oddział Wewnętrzny – 204
Oddział Ginekologiczno
Położniczy – 205
Oddział Noworodków – 217
Oddział Chirurgii – 206
Pracownia RTG – 211
Laboratorium – 213
Pracownia USG – 268
Prac. Endoskopowa - 263
Przełożona Pielęgniarek -237
Pielęgn. Epidemiolog. - 284

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie kontroli zewnętrznej z IHIT Warszawa co znacznie obniży koszty oferty?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający będzie wzywał do uzupełnienia oferty jeśli podczas badania zauważy ,że oferta nie jest kompletna?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający będzie wzywał do uzupełnienia oferty.

Pytanie nr 4

Wnosimy o udostępnienie regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w szpitalu dla zamówień prowadzonych poza Pzp.

Odpowiedź:

Regulamin nie jest treścią postępowania. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy 8:00-15:00.

Pytanie nr 5

Prosimy o odstąpienie od kontroli zewnętrznej dla metody próbówkowej ponieważ postępowanie dotyczy mikrometody. Nie wymaga się odczynników do metody próbówkowej w postępowaniu.

Czy można załączyć do oferty tylko instrukcje w języku polskim?

Odpowiedź:

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Pytanie nr 6

Czy kontrola zewnętrzna (międzynarodowa) czyli usługa może być wykonana przez inną jednostkę niż producent kart? Jest to rodzaj usługi które nie może być dedykowany do oferowanej mikrometody aby zachować bezstronność wyników

Nie każdy producent świadczy usługę kontroli zewnętrznej i odwrotnie.



SZPITAL W PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl

NIP: 9691608096
REGON: 276247465

KRS 0000469643
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału
Zakładowego:
20.700.000,00 zł.

Nr konta bankowego:

ING Bank Śląski
9810501285100000221
2249177

Kontakt:

Centrala:
32 233 24 24
Sekretariat Zarządu:
32 233 24 24 w. 230
Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numery wewnętrzne:

Księgowość – 235
Kadry – 232
Dział Statystyki – 233
Zamówienia Publiczne - 281
Dział Techniczny - 229
Zaopatrzenie – 239
Apteka – 239

Izba Przyjęć – 250
Oddział Wewnętrzny – 204
Oddział Ginekologiczno
Położniczy – 205
Oddział Noworodków – 217
Oddział Chirurgii – 206
Pracownia RTG – 211
Laboratorium – 213
Pracownia USG – 268
Prac. Endoskopowa - 263
Przełożona Pielęgniarek -237
Pielęgn. Epidemiolog. - 284

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kontrolę zewnętrzną IHIT.

Pytanie nr 7

Czy końcówki do pipet mają być oznakowane CE?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 8

Czy można załączyć do oferty tylko instrukcje w języku polskim?

Odpowiedź:

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Pytanie nr 9

Czy dostawy mogą odbywać się zgodnie z harmonogramem dostaw przedstawionym przez wykonawcę?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Zamawiający wymaga 2 kontroli zewnętrznych w roku. Prosimy o doprecyzowanie ile kontroli wymaga się w okresie obowiązywania umowy. Umowa bowiem nie zamknie się w roku kalendarzowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga 2 kontroli zewnętrznych (inne niż IHIT) przez okres obowiązywania umowy – 12 miesięcy.

Pytanie nr 11

Do oferty należy załączyć warunki dzierżawy. Czy Zamawiający ma na myśli :
Tabela nr 3 dla dzierżawy aparatu ?

Odpowiedź:

Tak, warunki dzierżawy – cenę za dzierżawę niezbędnej aparatury (Wirówka do mikrokart, Dozownik do diluentu, Pipeta automatyczna dedykowana do systemu z walidacją) stanowi Tabela nr 3.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Kubiak