

Znak sprawy **Sp/AZP/382/UE/1/2019**

Pyskowice, 2019-07-04

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **Sp/AZP/382/UE/1/2019**.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Zadanie nr 3

Poz. 1. Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie z wyposażeniem

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści leże łóżka wypełnione metalowymi sztywnymi lamelami łatwymi do czyszczenia i dezynfekcji?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wypełnienie leża w postaci jednolitego arkusza tworzywowego z otworami wentylacyjnymi?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu nóg na poziomie 35 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści czytelny pilot z dużymi piktogramami, ale bez podświetlenia?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści nośność łóżka na poziomie 210 kg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści centralną blokadę kół umieszczoną wygodnie przy tylnych kołach?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga zastosowania tworzywowej osłony dolnej ramy łóżka?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Szafki przyłóżkowe

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach 590x520x850mm? Oferowane wymiary tylko w nieznacznym sposób różnią się od oczekiwanych.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści bardziej trwałe blaty wykonane z tworzywa HPL?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści kółka o średnicy 50 mm?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu półki na obuwie?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści blat boczny szafki z płynną regulacją wysokości w zakresie 710-1000mm?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Poz. 2 Wózek transportowy w pozycji leżącej

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wymiary wózka 215 x 71 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści podglówek regulowany w zakresie 0 – 70 stopni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści barierki oraz do prowadzenia wykonane ze stali malowanej proszkowo w technologii antybakteryjnej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści leże wykonane z płyty metalowej łatwej do czyszczenia i dezynfekcji?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz. III Podnośniki pacjenta

Pytanie nr 1

Pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z zakresem podnoszenia 62-180 cm, z możliwością podnoszenia pacjenta z poziomu podłogi

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Pkt. 3

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o długości podstawy 120 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o wadze do 40 kg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 4

Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z regulacją podstawy w zakresie 70-107cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o udźwigu do 180 kg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. III Podnośniki pacjenta**Pytanie nr 1**

Pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z zakresem podnoszenia 66-182 cm, z możliwością podnoszenia pacjenta z poziomu podłogi

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Pkt. 3

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o długości podstawy 125 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o wadze do 46 kg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 4

Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z regulacją podstawy w zakresie 70-105cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5

Pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o udźwigu do 300 kg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Kubiak