

Znak sprawy Sp/AZP/382/8/2019

Pyskowice, 2019-07-09

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
Sp/AZP/382/8/2019. Nazwa zadania: Dostawa materiałów jednorazowych i pomocniczych
dla szpitala

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1 do pakietu nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści taśmy o następującej specyfikacji:

Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z
polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,12 mm, jednorodna, całkowicie niewchłaniałna,
o wymiarach: długość 450 mm, szerokość 12 mm, o gramaturze 57g/m² brzegi taśmy zakończone
pętelkami. Taśma w plastikowej osłonce.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 13.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku
z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie
ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez
zmian.

PREZES ZARZĄDU
Leszek Kubiak