

Znak sprawy Sp/AZP/382/8/2019

Pyskowice, 2019-07-12

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 18

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
Sp/AZP/382/8/2019. Nazwa zadania: Dostawa materiałów jednorazowych i pomocniczych
dla szpitala

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu 1 poz.31

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania butelki wykonane z polipropylenu (PP), nakrętka
wykonana z polietylenu (PE) z czytelną skalą i praktycznym polem do wpisania indywidualnych
oznaczeń. Kompatybilne ze wszystkimi smoczkami do butelek oraz urządzeniami szpitalnymi NUK.
Sterylne, higienicznie zapakowane i gotowe do użytku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu optymalnej depozycji leku średnia wielkość
rozbijanych cząsteczek (MMAD) ma wynosić 2,7 mikrona ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu 2 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rurkę intubacyjną z mankietem niskociśnieniowym z
medycznego PCV z otworem Murphy'ego z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie oraz
dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm, z balonikiem
kontrolnym w kształcie stożka w kolorze różnym od transparentnego przewodu łączącego z rurką,
sterylne opakowanie papierowo-foliowe zapewniające pamięć kształtu rurki przez cały okres jej
przechowywania oraz w czasie transportu? Rozmiary zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 4**Dot. Pakietu 2 poz. 21 i 22**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania maskę krtaniową dla dorosłych wykonaną z medycznego PCW, jednorazowego użytku w rozmiarach zgodnie z SIWZ, o profilu anatomicznym, około 90st., posiadająca specjalnie wzmocniony koniuszek zapobiegający zagięciom mankietu podczas zakładania. Rurka odlana w całości z mankiem, powierzchnia rurki o mikroporowatej fakturze, balonik kontrolny umożliwiający rozpoznanie rozmiaru maski oraz precyzyjne dotykowe określenie stopnia wypełnienia mankietu. Pakowana pojedynczo w torebkę (membrana Tyvek/PET/PE).

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 5**Dot. Pakietu 3 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania ostrza chirurgiczne z wysokiej jakości stali nierdzewnej, z rysunkiem ostrza na opakowaniu zbiorczym oraz jednostkowym w skali 1:1, nr 10 -24, op. 100 szt. z wyraźnym kolorystycznym oznakowaniem ostrza w postaci innej od paska na całej długości opakowania?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 6**Dot. Pakietu 3 poz. 10**

Czy ze względu na przebieg procedury cewnikowania oraz ryzyko zawilgocenia opakowania jednostkowego, Zamawiający dopuści do zaferowania cewniki Foley'a pakowane podwójnie w wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie foliowe, co zapewnia ich aseptyczne, a zarazem w pełni bezpieczne użytkowanie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 7**Dot. Pakietu 4 poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania strzykawkę w opakowaniu zbiorczym 80 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem całkowitej wymaganej ilości sztuk?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 8**Dot. Pakietu 6 poz. 18**

W związku z wycofaniem ze sprzedaży przez producenta produktu scharakteryzowanego w SIWZ prosimy o dopuszczenie do zaoferowania produktu alternatywnego nowej generacji, tj. igły (zestawu) do blokad nerwów obwodowych pod kontrolą USG w rozm. 22G x 2", 0,70 mm x 50 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 9

Dot. Pakietu 6 poz. 19

W związku z wycofaniem ze sprzedaży przez producenta produktu scharakteryzowanego w SIWZ prosimy o dopuszczenie do zaoferowania produktu alternatywnego nowej generacji, tj. igły (zestawu) do blokad nerwów obwodowych pod kontrolą USG w rozm. 24G x 1 3/8", 0,70 mm x 35 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 10

Dot. Pakietu 6 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę do nakłuć lędźwiowych Yale w rozmiarze 18G 1,2x152mm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Kubiak