

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
Sp/AZP/382/10/2019. Nazwa zadania: **Dostawa aparatury medycznej dla szpitala w Pyskowicach w ramach dotacji: „Zakup dwóch łóżek porodowych z osprzętem”.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Kardiomonitor modułowy 3 szt.

Pytanie nr 1

I. Pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z trendami ze 160 godzin monitorowania?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 2

II. Pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z prezentacją krótkich trendów, z możliwością zmiany skali czasowej na 30 min, 60 min, 120 min, 240 min lub 480 min?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

III. Pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez napędu kart pamięci zewnętrznej? Aktualizacja oprogramowania, przenoszenie danych zapisanych w pamięci kardiomonitora odbywa się za pomocą pamięci zewnętrznej typu Pendrive, zatem karty pamięci nie są konieczne.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

IV. Pkt. 39. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z czasem uśrednienia przy pomiarze SPO2 wynoszącym 2 sekundy, bez możliwości zmiany? Zaproponowany czas uśrednienia pozwala na pomiar i obserwację saturacji w najwyższym standardzie stosowanym w tego typu urządzeniach medycznych.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 5

V. Pkt. Możliwości rozbudowy. Kapnometria. 2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez możliwości programowania przepływu próbkowania? W oferowanym urządzeniu proces próbkowania sterowany jest automatycznie i nie wymaga ingerencji użytkownika.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
Leszek Kubiak