

Znak sprawy Sp/AZP/382/3/2020

Pyskowice, 2020-02-13

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 7

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/3/2020. Nazwa zadania: **Opatrunki 2020**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Zadanie nr 14 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poniższego fartucha:

Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny SMMMS wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o min. gramaturze 35 g/m². Fartuch jest niepalny. Rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, posiada dziane poliestrowe mankiety, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Zapinany na "rzep" na szyi i wiązany w pasie na troki. Fartuch spełnia wymagania normy EN 13795. Zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Zapakowany pojedynczo w kopertę papierowo-foliową. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Dostępny w rozmiarach: M, L, XL, XXL, XXXL.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Zadanie nr 14 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poniższego fartucha:

Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny SMS wykonany z włókniny SMS o min. gramaturze 35 g/m². Fartuch jest niepalny. Rękaw o kroju prostym, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, posiada dziane poliestrowe mankiety, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Zapinany na "rzep" na szyi i wiązany w pasie na troki. Fartuch spełnia wymagania normy EN 13795. Zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm. Zapakowany pojedynczo w kopertę papierowo-foliową. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Dostępny w rozmiarach: M, L, XL, XXL, XXXL.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Zadanie nr 14 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poniższego fartucha:

Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny SMMMS wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o min. gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o min. gramaturze 40g/m². Fartuch jest niepalny. Rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, posiada dziane poliestrowe mankiety, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Zapinany na " rzep" na szyi i wiązany w pasie na troki. Fartuch spełnia wymagania normy EN 13795. Zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową. Zapakowany pojedynczo w kopertę papierowo-foliową Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.

Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE
Dostępny w rozmiarach: M, L, XL, XXL,XXXL.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Zadanie nr 14 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poniższego fartucha:

Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny SMS wykonany z włókniny SMS o min. gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o min. gramaturze 40g/m². Fartuch jest niepalny. Rękaw o kroju prostym, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, posiada dziane poliestrowe mankiety, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Zapinany na " rzep" na szyi i wiązany w pasie na troki. Fartuch spełnia wymagania normy EN 13795. Zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm. Zapakowany pojedynczo w kopertę papierowo-foliową. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.

Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Dostępny w rozmiarach: M, L, XL, XXL,XXXL.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Zadanie nr 14 poz. 1-2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Zadanie nr 16

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaofiarowania komplet chirurgiczny o lepszej gramaturze, tj. 45 g/m² oraz wykonany z włókniny SMMS, która posiada dodatkową warstwę filtracyjną, dzięki czemu zapewnia większe bezpieczeństwo użytkownika.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

SZPITAL W ŁODZI sp. z o.o.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
mgr Beata Telepko