

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 9

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/3/2020. Nazwa zadania: **Opatrunki 2020**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Zadanie 14, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS „Szwycy” fartucha w strefach krytycznych (rękawy) są wykonane metodą ultradźwiękową. Mankiety fartucha wykonane są z poliestru. Fartuch jest niepalny, topi się w kontakcie z ogniem. Fartuch jw trzech rozmiarach (L, L-L, XL) – przy czym mieszczą się one w normach rozmiarów M, L XL. Fartuchy spełniają wymogi jakościowe Normy Europejskiej PN EN 13 795 – 1, -2, -3 dla materiałów standardowych w obszarze krytycznym. Gramatura minimum 40g/m. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, a troki umiejscowione w kartoniku umożliwiają zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Zapinane przy szyi za pomocą taśmy typu rzep. Nadruk na fartuchu rozmiaru ułatwiający szybką identyfikację rodzaju fartucha. Pakowane w serwetę włókninową wraz z 2 sztukami ręczników. Podwójne opakowanie transportowe. Każdy fartuch musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Zadanie 14, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści jednorazowy wzmocniony, jałowy, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny do długich zabiegów, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS . Gramatura minimum 40 g/m. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, a troki umiejscowione w kartoniku umożliwiają zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, dodatkowe wzmocnienie w części przedniej i w rękawach o gramaturze 38 g/m (wzmocnienie mocowane od wewnątrz fartucha). Zapinane przy szyi za pomocą taśmy typu rzep. Nadruk na fartuchu rozmiaru ułatwiający szybką identyfikację rodzaju fartucha. „Szwycy” fartucha w strefach krytycznych (rękawy) są wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch jest niepalny, topi się w kontakcie z ogniem. Fartuch jest pakowany serwetę włókninową wraz z 2 sztukami ręczników. Każdy fartuch musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Fartuchy spełniają wymogi jakościowe Normy Europejskiej PN EN 13 795 – 1, -2, -

3 dla materiałów o podwyższonym poziomie ryzyka w obszarze krytycznym. Podwójne opakowanie transportowe. Rozmiary(L,L-L,XL,) – przy czym mieszają się one w normach rozmiarów M, L XL?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Zadanie 14

Czy zamawiający wyłączy z zadania 14 pozycje nr 3, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Zadanie 21, pozycja 6

Czy zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7,5 x 8,5 cm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga rozmiaru 7,7 x 12,5 cm. Wystąpiła omyłka pisarska.

Pytanie 5

Zadanie 22, pozycja 1

Czy zamawiający w zadaniu nr 22 pozycji 1 miał na myśli z samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

SZPITAL W ZAKWICACH sp. z o.o.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT

mgr Beata Telepko