

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu
 zamówienia - wymagania minimalne

LP.	Nazwa asortymentu	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Inne
1.	Wirówka laboratoryjna o minimalnych wymaganiach: 230V 50/60Hz, zakres obrotów: 90 - 6 000 RPM	1				
2.	Wirnik horyzontalny 4 x 100 ml (max RPM/RCF: 4 000 rpm/2 504xg)	1				
3.	Pojemnik 100 ml (fi58,4x81,5mm)	4				
4.	Wkładka redukcyjna (7xfi16,5 mm) na probówki 7x7;11 ml do systemów zakłniętych	4				
5.	Wkładka redukcyjna (7xfi17 mm) na probówki 5x10 ml Nalgene oraz 5x13/14 ml Sarstedt	4				
6.	Gwarancja minimum 24 miesiące					Wpisać:.....
	RAZEM					

PREZES ZARZĄDU

Leszek Kubiak