

Znak sprawy Sp/AZP/382/10/2020

Pyskowice, 2020-07-14

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 12

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  
Sp/AZP/382/10/2020. Nazwa zadania: Dostawa materiałów jednorazowych i pomocniczych  
dla szpitala

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia informujemy:

### Pytanie 1

#### Załącznik nr2 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści długość 300 cm?

#### Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 2

#### Załącznik nr 2 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści długość 3,05 m?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

### Pytanie 3

#### Załącznik nr 2 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o zakresie objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń  
martwa 60ml, filtr bez wymiennika ciepła i wilgoci, opakowanie folia-papier, skuteczność filtracji  
przeciw bakteriom i wirusom 99,9999%, opór 1,0 przy 30 l/min?

#### Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 4**

##### **Załącznik nr 2 pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny o zakresie objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 40ml, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, opakowanie folia-papier, skuteczność filtracji przeciw bakteriom i wirusom 99,999%, skuteczność nawilżania 32 mg H<sub>2</sub>O/litr przy Vt 500ml opór 1,0 przy 30 l/min?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

#### **Pytanie 5**

##### **Załącznik nr 2 pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny bez wymiennika, sterylny, z portem kapno, opakowanie folia-papier, skuteczność filtracji przeciw bakteriom i wirusom 99,999%, opór 0,6 przy 30 l/min, przestrzeń martwa 35 ml?

##### **Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 6**

##### **Załącznik nr 2 pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny sterylny, z portem kapno, opakowanie folia-papier, skuteczność filtracji przeciw bakteriom i wirusom 99,999%, skuteczność nawilżania 32 mg H<sub>2</sub>O/litr przy Vt 500ml opór 1,0 przy 30 l/min, przestrzeń martwa 35 ml?

##### **Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 7**

##### **Załącznik nr 2 pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci innego typu?

##### **Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 8**

#### **Załącznik nr 2 pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z materiału EVA, długość rur do 180cm, worek oddechowy o pojemności 2 l, dodatkowa gałąź o długości do 100cm?

#### **Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 9**

#### **Załącznik nr 2 pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową wykonaną z PE?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

### **Pytanie 10**

#### **Załącznik nr 2 pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści równoważną rurkę intubacyjną:

- Wykonana z elastycznego PVCW
- Znacznik RTG na całej długości rurki
- Wyposażona w boczny otwór Murphy'ego
- Skalowanie co 2 cm
- Podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki
- Informacja o rozmiarze rurki w dwóch miejscach (na łączniku oraz na korpusie rurki)
- Półprzezroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowana EO
- Pakowana pojedynczo w opakowanie typu papier/folia?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

### **Pytanie 11**

#### **Załącznik nr 2 pozycja 18**

Czy Zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci 2 półksiężyców?

#### **Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 12**

#### **Załącznik nr 2 pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści równoważną rurkę intubacyjną:

- Wykonane z PVC klasy medycznej
- Atraumatyczne zaokrąglone ścięte, otwór Murphy'ego o wygładzonych krawędziach
- Posiada balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankieta (płaski przed wypełnieniem)
- Miękki mankieta o dużym natężeniu i niskim ciśnieniu.
- Linia RTG przez rurkę.
- Znaczniki głębokości w postaci 2 półksiężyców?

#### **Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 13**

#### **Załącznik nr 2 pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści prowadnice o trzech średnicach: 2.0, 3.3, 4.7?

#### **Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 14**

#### **Załącznik nr 2 pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową bez zintegrowanego kanału dostępu do przełyku?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 15****Załącznik nr 2 pozycja 23**

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę krtaniową wykonaną z PCV, biokompatybilna, nietoksyczna, przezroczysta, mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie, rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankieta, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia, kolor mankieta i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny, sterylna. Zakres rozmiarów: 3, 4, 5?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 16****Załącznik nr 2 pozycja 24**

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę krtaniową wykonaną z PCV, biokompatybilna, nietoksyczna, przezroczysta, mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie, rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankieta, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia, kolor mankieta i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny, sterylna. Zakres rozmiarów: 1, 1.5, 2, 2.5?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 17****Załącznik nr 2 pozycja 25**

Czy Zamawiający dopuści w kartoniku zamiast dyspensera?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

### **Pytanie 18**

#### **Załącznik nr 2 pozycja 27**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby łyżka była „dostarczana z ochronnym pokrowcem, możliwość założenia bez usuwania sterylne go pokrowca”?

#### **Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 19**

#### **Załącznik nr 2 pozycja 27**

Czy Zamawiający dopuści zakres rozmiarów łyżki typu Miller 0-2?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

### **Pytanie 20**


#### **Załącznik nr 2 pozycja 30**

Czy Zamawiający dopuści długość 15cm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

SZPITAL W FŁAKOWICACH sp. z o.o.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURENT  
  
mgr Beata Telepko