

Znak Sprawy: Sp/AZP/382/22/poza/2020

Pyskowice, 2020.12.15

Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 2

44-120 Pyskowice

Nazwa zadania: „Dostawa nici chirurgicznych”

Odpowiedzi nr 3

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania, informujemy:

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu 1, poz. 6 (monofilament poliamidowy)

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 19 mm, 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 70 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, niewchłaniające, plecione, poliestrowe, powlekane silikonem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu 3, poz. 1-20

Czy Zamawiający dopuści Nici syntetyczne – wchłaniające , monofilament z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o średnim okresie podtrzymywania (40% po 14 dniach, 15% po 21 dniach) i wchłaniania 90-120 dni?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z ogłoszeniem.

Pytanie nr 5

Dot. Pakietu 3, poz. 19-20

Czy Zamawiający dopuści Nici syntetyczne – wchłaniające , monofilament z polidiodksanonu o długim okresie podtrzymywania (75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach) i wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dot. Pakietu 3, poz. 21-22

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu lub dopuści nici syntetyczne, plecione, z kwasu poliglikolowego, powlekane, o czasie wchłaniania ok. 42 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 8-11 dniach 50% ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z ogłoszeniem.

Pytanie nr 6

Dot. Pakietu 4, poz. 1-16

Czy Zamawiający dopuści Nici syntetyczne – wchłaniające , plecione z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania 80% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 20% po 28 dniach i wchłaniania 60-90 dni?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dot. Pakietu 4, poz. 1-16

Czy Zamawiający dopuści Nici syntetyczne – wchłaniające , plecione z glikolidu i laktydu, powlekane glikolidem i laktydem oraz stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach i wchłaniania do 70 dni?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dot. Pakietu 4, poz. 16-26

Czy Zamawiający dopuści Nici syntetyczne – wchłaniające , plecione z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania 65% po 7 dniach, 50% po 8-11 dniach i wchłaniania ok. 42 dni?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.