

Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 2
44-120 Pyskowice

Nazwa zadania: „Dostawa rękawic dla szpitala”

Wyjaśnienia nr 1

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania, informujemy:

Pytanie nr 1

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein $\leq 50\mu\text{g/g}$?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z ogłoszeniem.

Pytanie nr 2

Pozycja 4

Czy Zamawiający wymaga aby rękawice posiadały warstwę pielęgnacyjno-nawilżającą na bazie witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 3

Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 250szt (roz. S-L) oraz po 240szt (roz. XL) z przeliczeniem zamawianych ilości do 400 opakowań?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr4

Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein max. $79\mu\text{g/g}$?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z ogłoszeniem.