

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/3/2021. Nazwa zadania: Dostawa materiałów jednorazowych i pomocniczych W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Dot. pakiet nr 19, poz. 1: Czy w związku z faktem iż wymagane przez Zamawiającego wyposażenie jest wyposażeniem sterylnym, (jednorazowym), Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na produkty pakowane po 5 szt. ? Ze względu na jałowość wyposażenia oraz konieczność jej zachowania podczas dostawy, nie jest możliwe rozpakowywanie opakowania zbiorczego, w którym znajduje się 5 oddzielnych opakowań ze sterylnymi zestawami drenów.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 2

Dot. pakiet nr 19, poz. 2: Czy w związku z faktem, iż wymagane przez Zamawiającego wyposażenie jest wyposażeniem pakowanym sterylnie (jednorazowym), Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na elektrody dostarczane w opakowaniach zbiorczych po 50szt. ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku/Zadaniu nr 12, poz. nr 1: taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenową, monofilamentową, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodną, niewchłaniającą, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

Odpowiedź

Nie, zgodnie SWZ

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku/Zadaniu nr 12, poz. nr 2:

Siatkę kompozytową, wewnątrzotrzewnową, miękką, niewchłaniającą, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylen (ePTFE) z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m², porowatości max 1,36 mm z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, z oznaczeniem strony implantacji, nie prasowana termicznie, nie pokryta silikonem, w rozmiarze 14x18 cm (specyfikacja wymaga 15 x 17 cm)?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku/Zadaniu nr 12, poz. nr 3:

igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralne (prawa+lewa) o średnicy 4 mm, długość igły 32 cm, w tym długość uchwytu 11 cm, igły 21 cm?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 6

Dotyczy Załącznika/Zadania 12, pozycja 1, 2, 3.

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1, 2 i 3 i utworzy osobny załącznik/zadanie?

Produkty opisane w tym załączniku są zróżnicowane. Wyłączenie pozycji 1, 2, 3 do osobnego załącznika pozwoli na znaczne zwiększenie konkurencyjności ofert.

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku/Zadaniu nr 13, poz. nr 1:

siatkę częściowo wchłaniającą, składającą się w 25% z niewchłaniającego polipropylenu (PP) włókna monofilamentowego oraz w 75% z wchłaniającego włókna monofilamentowego z polilaktydu (PLLA) połączonych razem dzięki innowacyjnej technologii quadriaaxial, czas absorpcji w ciągu 7-10 m-cy, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m², gramatura po wchłonięciu 20 g/m², grubość siatki 0,6 mm, max wielkość porów przed wchłonięciem 2,03 mm, po wchłonięciu 2,81 mm, w rozmiarze zgodnym z SWZ?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku/Zadaniu nr 13:

Siatkę lekką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,40 mm, gramatura 48 g/m², porowatość średnia 1,95, bez niebieskich znaczników, w rozmiarach :

poz. nr 2 – 8 x 15 cm (specyfikacja wymaga 7,5x15 cm), poz. nr 3 - rozmiar zgodny z SWZ,
poz. nr 4 - 30x 30 cm (specyfikacja wymaga 20 x 30 cm)?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9

Pakiet nr 4 poz. 3-5,8,11,12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10

Pakiet nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie regulatora ze skala 5-250ml/h i roztworów o lepkości od 10 do 40% od 5-200ml/h?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 11

Pakiet nr 4 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie koreczków pakowanych po 10 na pasków sterylnych bez konieczności otwierania wszystkich w trakcie użycia jednego?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 12

Pakiet nr 4 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zaworu bezigłowego z możliwością aktywacji powyżej 200 razy z objętością przestrzeni martwej wynoszącej 0,085ml/min?

Odpowiedź

Nie , zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13

Pakiet nr 4 poz. 13,16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika tylko z optycznym identyfikatorem otwarty zamknięty?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 14

Pakiet nr 4 poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rampy bez systemu safety z optycznym identyfikatorem bez dodatkowych znaczników oznaczających linie żyły lub tętnicy?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15

Pakiet nr 4 poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki ze skala 50/60ml?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ

Pytanie nr 16

Pakiet nr 4 poz. 20-23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek ze skala rozszerzona?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 17

Pakiet nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wyceny worka w osobnej pozycji?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 18

Pakiet nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie worka o wymiarach 21x30cm w kolorze żółtym?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 19

Pakiet nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym produkt?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 20

Pakiet nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu bez nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 21

Pakiet nr 5 poz. 5,6

Proszę o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów z komora kroplowa wykonana z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren jest wykonany z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 22

Pakiet nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z komora kroplowa mniejsza niż 50mm?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 23

Pakiet nr 5 poz. 5,6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu bez uchwytu i miejsca na dren?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 24

Pakiet nr 5 poz. 5,6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu bez nazwy producenta na przyrządzie?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 25

Pakiet nr 5 poz. 5,6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym produkt?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 26

Pakiet nr 5 poz. 1,7,8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 27

Pakiet nr 5 poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek po 50 sztuk?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 28

Pakiet nr 25 poz. 1

CZY ZAMAWIAJACY WYMAGA KOMBINEZONU OCHRONNEGO JEDNORAZOWEGO UZYTEKU WYKONANY Z WLÓKNINY POLIPROPYLENOWEJ O GRAMATURZE 55g/m2 Z DODATKOWA WARSTWA LAMINATU. POSIADA LAMINOWANE SZWY ZAPEWNIAJACE DODATKOWA OCHRONĘ SPEŁNIAJĄCY NORMY I RODZAJE OCHRONY EN 14126:2003+AC:2004, EN 14605:2005+A1:2009 (TYP 3B), EN 14605:2005+A1:2009 (TYP 4B), EN ISO 13982-1:2004+1:2004+A1:2010 (TYP 5B), EN 13034:2005+A1:2009 (TYP 6B) ?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 29

Pakiet nr 25 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga kombinezonu Jednocześniego z kapturem, zamkiem błyskawicznym z przodu, zakrytym przylepną klapką, elastycznymi mankietami, kostkami i kapturem; klejone szwy. Materiał: mikroporowaty polipropylene + folia polietylenowa 65 m2 (+/- 2 g/m2) Odzież do noszenia w celu ochrony przed rozpyleniem, ciekłym aerozolem, unoszącymi się w powietrzu cząstkami stałymi, skażeniem radioaktywnym i czynnikami zakaźnymi.

Standardy: EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005+A1:2009, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004 ,EN 1149-5:2008

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 30

Pakiet nr 29 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. fartuchów tylko w rozmiarze XL?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 31

Pakiet nr 29 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. fartuchów niepodfoliowanych?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 32

Pakiet nr 29 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. fartuchów w rozmiarze uniwersalnym ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 33

Pakiet nr 29 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. fartuchów wiązanych z tyłu na troki?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 34

Pakiet nr 22

Czy zamawiający dopuści w Poz. 2 Jednorazowa pętla do polipektomii, drut pleciony, owalna, śr. 10, 15, 20,24 , 36 mm, śr. 2,3 mm, dł. 2300 mm.

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 35

Pakiet nr 22 Czy zamawiający dopuści w Poz. 5 Jednorazowa uniwersalna, dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanału endoskopu średnica pręcika prowadzącego 1,7 mm, długość całkowita 230 cm.

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 36

Pakiet nr 22 Czy zamawiający dopuści w Poz.5 Jednorazowa uniwersalna, dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanału endoskopu – szczoteczki o średnicy 5 mm zakończone kulkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem kanału, średnica pręcika prowadzącego 1,7mm, długość całkowita 230 cm

Odpowiedź

Dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 37

formularz cenowy – załącznik nr 8, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny fartuch foliowy o wymiarach 71x117 cm? Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 38

formularz cenowy – załącznik nr 8, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny fartuch higieniczny z flizeliny w rozmiarze uniwersalnym? Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 39

formularz cenowy – załącznik nr 8, pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny prześcieradło z flizeliny o gramaturze 20 g/m² o wymiarze 210x160 cm? Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 40

formularz cenowy – załącznik nr 8, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny patyczek drewniany do wymazów bez waty o długości 20 cm? Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 41

formularz cenowy – załącznik nr 23, pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści w formularzu cenowym w pozycjach: 1, 2, 3 wiadra PP okrągłe białe o stawce VAT 23%? Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 42

formularz cenowy – załącznik nr 9, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 3000 ml? Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 43

formularz cenowy – załącznik nr 9, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny prześcieradło z flizeliny o gramaturze 20 g/m² o wymiarze 210x160 cm? Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 44

Pytanie 8 – formularz cenowy – załącznik nr 8, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny koszulę zabiegową dla pacjenta z flizeliny o gramaturze 20 g/m² w rozmiarze uniwersalnym? Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 45

Pakiet / załącznik nr 10

Czy Zamawiający w pozycji 5 i 6 wymaga zaoferowania klipsownic laparoskopowych i w pozycji 11 laparoskopowych urządzeń do usuwania klipsów.

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 46

Pakiet / załącznik nr 10 Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie worków do ewakuacji o pojemności 200 ml.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 47

Pakiet/ załącznik nr 22

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,3 mm i 2,8 mm.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 48

Pakiet/załącznik nr 22

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10, 15, 25 i 32 mm, średnica cewnika 2,4 mm, długość 2400 mm.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 49

Pakiet/załącznik nr 22

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 0,6 mm (23G), długość igły 6 mm.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 50

Dotyczy załącznika nr 31 formularza cenowego - Koc grzewczy pacjenta dla dorosłych na górną część ciała kompatybilny z urządzeniem Mistral-Air

W związku z tym że producent wskazanego przez Zamawiającego we wspomnianym załączniku urządzenia zastrzega użycie konkretnie zaprojektowanych przez siebie i zwalidowanych koców (aby np. nie narażać pacjenta na przypadkowy uraz termiczny) prosimy o wyjaśnienie, czy potwierdzając kompatybilność koców ze wskazanym przez Zamawiającego urządzeniem Zamawiający będzie wymagał przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia producenta o kompatybilności oferowanych koców ze wskazanym w załączniku urządzeniem?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 51

Załącznik nr 3 Formularz cenowy, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dren z trokarem ostrym do nakłucia opłucnej w rozmiarach CH-24, 28, 32.

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 52

Załącznik nr 3 Formularz cenowy, pozycja 7

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie wskazanej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 53

Załącznik nr 3 Formularz cenowy, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści dren Kehra wykonane z latexu naturalnego (silikonowany), jednorazowego użytku, sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane podwójnie folia / folia – papier. W rozmiarach od CH-10 do CH-26 długość ramion 16/38 cm

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 54

Załącznik nr 3 Formularz cenowy, pozycja 20

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie wskazanej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 55

Załącznik nr 3 Formularz cenowy, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści zestaw do godzinowej zbiórki moczu z drenem jednoświatłowym zachowując pozostałe wymagane parametry.

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 56

Załącznik nr 3 Formularz cenowy, pozycja 32

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie wskazanej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Nie zgodnie z SWZ

Pytanie nr 57

Załącznik nr 8 Formularz cenowy, pozycja 17

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie wskazanej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Nie zgodnie z SWZ

Pytanie nr 58

Załącznik nr 8 Formularz cenowy, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy, zapaska o wymiarach 80x125 cm.

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 59

Załącznik nr 8 Formularz cenowy, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści patyczek plastikowy do wymazów z wacikiem o długości około 16cm, opakowanie a' 100 sztuk.

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 60

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35⁰C, igieł, cewników, zgłębników 5-37⁰C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40⁰C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź

Zamawiający będzie sprawdzał na podstawie dołączonych dokumentów potwierdzających wymagane warunki transportu

Pytanie nr 61

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?.

Odpowiedź

Nie wymaga

Pytanie nr 62

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?.

Odpowiedź

Zamawiający nie narzuca sposobu magazynowania i sposobu wykonywania dostaw, z zastrzeżeniem że zostaną zachowane warunki przewidziane przez Producenta

Pytanie nr 63

prośbą o przesłanie SIWZ oraz załączników w formie

edytowalnej dotyczącego postępowania na dostawę materiałów jednorazowych i pomocniczych dla szpitala. Nr sprawy: Sp/AZP/382/3/2021.

Odpowiedź

Formularz ofertowy nr 1 oraz formularz cenowy nr2 w wersji edytowalnej dostępne są na stronie internetowej <https://bip.szpitalpyskowice.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/27527040>

Pytanie nr 64

pakiet 26, poz. 3

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z pakietu 26 poz. 3 i utworzenie z niej osobnego pakietu.

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 65

Pakiet nr 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w op.a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 66

Pakiet nr 8, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści szyny w rozmiarze 46x2cm?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 67

Pakiet nr 8, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym L?

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 68

Pakiet nr 8, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 69

Pakiet nr 8, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści koszulę zabiegową dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych w SWZ

Pytanie nr 70

Pakiet nr 9, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na wycinki 2300ml?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 71

Pakiet nr 29

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 72

Czy Zamawiający w Załączniku nr 10 poz.1 uzna za wystarczające zaoferowanie staplerów okrężnych, zagiętych, sterylnych w czterech rozmiarach tj. 25,29,31 i 34mm?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 73

Czy Zamawiający w Załączniku nr 10 poz.5 wymaga klipsownic do klipsów polimerowych w rozmiarze L i XL do chirurgii otwartej czy zabiegów laparoskopowych?

Odpowiedź

Tak, w rozmiarze XL do zabiegów laparoskopowych

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający w Załączniku nr 10 poz.6 wymaga klipsownic do klipsów tytanowych w rozmiarze ML do chirurgii otwartej czy zabiegów laparoskopowych? Proszę o podanie na jaką ilość jest zapotrzebowanie?

Odpowiedź

Do zabiegów laparoskopowych 2 sztuki

Pytanie nr 75

Czy Zamawiający w Załączniku nr 10 poz.7 dopuści klipsy polimerowe w rozmiarze L i XL w opakowaniach 20 magazynków po 6sztuk klipsów w magazynku gdzie przy dostawie będziemy konfekcjonowa po 14 magazynków oraz cena będzie podana za op. zawierające 14 magazynków?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

Pytania nr 76

Czy Zamawiający w Załączniku nr 10 poz.12 dopuści stapler liniowy z nożem w ładunku a nie w korpusie?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 77

Czy Zamawiający w Załączniku nr 10 poz.13 oczekuje klipsów tytanowych w rozmiarze ML w ilości – (jednostka miary sztuki) 20 sztuk klipsów?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 78

Czy Zamawiający w Załączniku nr 10 poz.14 dopuści worek do ewakuacji o pojemności 200ml?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 79

Czy Zamawiający w Załączniku nr 10 poz.7 i 13 wymaga, aby klipsy tytanowe oraz polimerowe zawierały w każdym opakowaniu – wymagane min. 2 samoprzylepne kontrolki identyfikujące do wklejenia w protokole operacyjnym pacjenta, zawierające producenta, datę przydatności, datę produkcji i nr serii?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 80

Czy Zamawiający w Załączniku nr 10 poz.7 i 13 wymaga, aby klipsy tytanowe oraz polimerowe posiadały dokument producenta potwierdzający, że jako implanty chirurgiczne nie generują żadnego istotnego klinicznie ryzyka dla pacjenta poddanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli oraz w badaniu techniką tomografii komputerowej?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 81

Wnosimy o potwierdzenie, iż w Załączniku nr 10 poz.13- klipsy tytanowe (Zgodnie z § 4.1. pkt. 4 regulą 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. nr 2015, poz.1416) wyroby medyczne, które są przeznaczone do implantacji i chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do długotrwałego użytku zalicza się do klasy IIb) Zamawiający wymagać będzie zaoferowania produktów zaklasyfikowanych do klasy IIb.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający Zgodnie z § 4.1. pkt. 4 regulą 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. nr 2015, poz.1416) Zamawiający wymagać będzie zaoferowania produktów zaklasyfikowanych do klasy IIb.

Pytanie nr 82

Czy Zamawiający w Załączniku nr 18 poz.6 oczekuje jako (jednostka miary – opakowania) czyli 30 ładunków/listew z 19szt.klipsów w ładunku?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 83

Dotyczy SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 84

Dotyczy zawarcia umowy: wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

Odpowiedź

Tak, zgodnie z SWZ o miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę w dobie pandemii Zamawiający dopuszcza tryb korespondencyjny.

Pytanie nr 85

Dotyczy załącznika nr 22 poz. 3:Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwania o średnicy 0,6 mm (23G), pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 86

Dotyczy załącznika nr 22 poz, 5: Czy Zamawiający dopuści szczotkę do czyszczenia długości 250 cm i średnicy pręcika prowadzącego 1,7 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 87

Uprzejmie prosimy, ze względu na niejednorodny charakter asortymentu, o zgodę na wydzielenie z Część nr 3 pozycji nr 27 do odrębnego pakietu. Taki podział pakietu zwiększy konkurencyjność asortymentowo – cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 88

Czy Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 30 (test ureazowy) oferowany test został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 89

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany w załączniku nr 30 (test ureazowy na Helicobacter Pylori) test był wytwarzany w warunkach jakościowych zgodnych z normą ISO 13485 dla wyrobów medycznych?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 90

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki urostomijne pakowane po 30 szt. w opakowaniu handlowym, pooperacyjne po 5 szt, zmywacz po 30 szt.)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Pytanie nr 91

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno, nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towar wysyłany jest z magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłanie towaru i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Mamy możliwość przesyłania faktury w formacie pdf na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego – w takim wypadku prosimy o podanie adresu email.

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 2021-09-13 do godz.10.00 składania ofert. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10.30. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.