

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  
Sp/AZP/382/3/2021. Nazwa zadania: Dostawa materiałów jednorazowych i  
pomocniczych W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści  
specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

### Pytanie nr 1

Załącznik nr 2, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści zestaw typu Venturi z dyszami do  
koncentracji tlenu na poziomie: 24%, 28%, 31%, 35%, 40% oraz 60%?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

### Pytanie nr 2

Załącznik nr 2, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez  
nos o długości 300 cm lub 500 cm?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

### Pytanie nr 3

Załącznik nr 2, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści linię o długości 3,05m?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

### Pytanie nr 4

Załącznik nr 2, pozycja nr 9 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr  
oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie

- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

### **Pytanie nr 5**

Załącznik nr 2, pozycja nr 9 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 6**

Załącznik nr 2, pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci o następujących parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 7**

Załącznik nr 2, pozycja nr 13 – Czy zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 16 x 250cm?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 8**

Załącznik nr 2, pozycja nr 14 – Czy zamawiający dopuści układ oddechowy z rurami o długości 180cm, z workiem o pojemności 2l oraz dodatkową gałęzią o długości 120cm, bez systemu niszowo-zatrząskowego?

Odpowiedź

Nie, zgodnie SWZ

**Pytanie nr 9**

Załącznik nr 2, pozycja nr 15 – Czy zamawiający dopuści rurki typu Guedel wykonane z PE?

Odpowiedź

Nie, zgodnie SWZ

**Pytanie nr 10**

Załącznik nr 2, pozycja nr 18 – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z 2 oznaczeniami rozmiaru na korpusie?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 11**

Załącznik nr 2, pozycja nr 19 – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne posiadające znacznik głębokości w postaci dwóch półpięści, pakowane w opakowanie papierowo-foliowe typu banan ?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 12**

Załącznik nr 2, pozycja nr 20 – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z balonikiem kontrolnym w kształcie walca?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 13**

Załącznik nr 2, pozycja nr 22 – Czy zamawiający dopuści przewodnice do rurek intubacyjnych o średnicy: 2,0, 3,3, 4,0 oraz 4,7 mm?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 14**

Załącznik nr 2, pozycja nr 24 – Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe wygięte łukowato, rurka oraz mankiet wykonane z dwóch osobnych odlewów połączone stale ze sobą, powierzchnia rurki o gładkiej strukturze?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 15**

Załącznik nr 2, pozycja nr 25 – Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe wygięte łukowato, w rozmiarach 3-5, rurka oraz mankiet wykonane z dwóch osobnych odlewów połączone stale ze sobą, powierzchnia rurki o gładkiej strukturze?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 16**

Załącznik nr 2, pozycja nr 26 – Czy zamawiający dopuści dwustopniowy opatrunek, z przylepcem, pakowane po 50 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 17**

Załącznik nr 2, pozycja nr 27 – Czy zamawiający dopuści prowadnice wykonane z PE, pakowane w opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 18**

Załącznik nr 2, pozycja nr 28 – Czy zamawiający odstąpi od wymogu, by łyżka była dostarczana w ochronnym pokrowcu?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 19**

Załącznik nr 2, pozycja nr 31 – Czy zamawiający dopuści łącznik kątowy o długości 15cm?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 20**

Złącznik nr 22, pozycja nr 4 - Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby zamawiający wydzielił z załącznika nr 22 pozycję nr 4 do osobnego pakietu, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 21**

Załącznik nr 22, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści ustnik z gumką założoną z dwóch stron?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 22**

Załącznik nr 28

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 23**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie załączników nr 3, 5 oraz 6 w wersji edytowalnej.

Odpowiedź

Załączniku zostaną udostępnione w wersji edytowalnej na stronie internetowej szpitala

**Pytanie nr 24**

Pytania do projektu umowy:

1) Wnosimy o modyfikację § 2 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 ulega zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia. W takim przypadku cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez

ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejsze zmiany lub skutkami ewentualnego opóznienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuję zapis umowy:

**Było:** Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust 1 ulega zmianie w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT na towary stanowiące przedmiot niniejszej umowy, licząc od dnia wejścia przepisów podatkowych ( cena netto pozostaje bez zmian) . Każda zmiana ceny wymaga formy pisemnej aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności

**Jest:** Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 ulega zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia. W takim przypadku cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu

#### **Pytanie nr 25**

Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „Ceny jednostkowe nie podlegają zmianie przez cały czas trwania umowy z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w jej treści.”

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

#### **Pytanie nr 26**

Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 5 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

**UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

### **Pytanie nr 27**

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 3 projektu umowy poprzez dookreślenie terminu realizacji reklamacji.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy

**Było:** Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji i zapewnia, że dostarczone materiały jednorazowe są dobrej jakości, a w razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady, zostaną one bezpłatnie wymienione przez Sprzedającego na wolne od wad, w terminie.....dni od daty zawiadomienia Sprzedającego przez kupującego.

**Jest:** Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji i zapewnia, że dostarczone materiały jednorazowe są dobrej jakości, a w razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady, zostaną one bezpłatnie wymienione przez Sprzedającego na wolne od wad, w terminie 5 dni od daty uznania reklamacji za zasadną

### **Pytanie nr 28.**

Wnosimy o wykreślenie § 6 ust. 3 projektu umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r1 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” Mając na uwadze powyższe niniejsze postanowienie umowy należy traktować jako nieważne.

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na wykreślenie § 6 ust. 3. Nie można z góry zakładać, że przez cały okres obowiązywania umowy będzie trwał stan o którym mowa we wskazanym przez Pytającego przepisie

### **Pytanie nr 29**

Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 1 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący.

Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

Odpowiedź

Prawdopodobnie pytanie dotyczy § 8 ust.1 a nie § 7 jak w treści pytania . Nie wyrażamy zgody. Zamawiający nie jest samodzielnym publicznym zoz. Cytowany przepis ustawy dotyczy zgody organu tworzącego samodzielną publiczny zoz,



### **Pytanie nr 30**

Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody.

### **Pytanie nr 31**

Dotyczy wzoru umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź

Nie wyrażamy zgody.

### **Pytanie nr 32**

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji i zapewnia, że dostarczone materiały jednorazowe są dobrej jakości, a w razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady, zostaną one bezpłatnie wymienione przez Sprzedającego na wolne od wad, w terminie ..... dni od daty uznania reklamacji za zasadną.”

Odpowiedź

Zgodnie z wyjaśnieniami nr 27 zostaje zmodyfikowany zapis na „Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji i zapewnia, że dostarczone materiały jednorazowe są dobrej jakości, a w razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady, zostaną one bezpłatnie wymienione przez Sprzedającego na wolne od wad, w terminie 5 dni od daty uznania reklamacji za zasadną”

### **Pytanie nr 33**

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„W przypadku zwłoki Sprzedającego w dostarczeniu materiałów jednorazowych ponad termin określony w § 4 ust. 3 Kupujący zastrzega sobie prawo dokonania zakupu takiej samej ilości materiałów jednorazowych u innego dostawcy (zakup interwencyjny), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Kupującemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną za jaką materiały zostałyby dostarczony przez Sprzedającego.”

Odpowiedź

Nie wyrażamy zgody

**Pytanie nr 34**

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„Sprzedający nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z tytułu niniejszej Umowy, bez uprzedniej zgody Kupującego, wyrażonej na piśmie. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź

Nie wyrażamy zgody

**Pytanie nr 35**

ZADANIE NR 28 Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMMS o gramaturze min. 45 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 36**

Załącznik 4, poz. 11-12 Czy zamawiający wydzieli poz.11-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 37**

Załącznik 5, poz. 4-6,15-16,19-20

Czy zamawiający wydzieli poz. 4-6,15-16,19-20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 38**

Załącznik 5, poz. 4

Czy zamawiający dopuści worek o wymiarze 310 mm x 170 mm, w kolorze żółtym, nieprzeziernym? Czy zamawiający dopuści wycenę w osobnej pozycji z uwagi na inną stawkę Vat, osłona posiada 23% Vat, natomiast przyrząd IS Bursztynowy jest na 8% VAT?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 39**

Załącznik 5, poz. 4-6

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kropłową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź

Nie, zgodnie SWZ

**Pytanie nr 40**

Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztyn./ TS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorecza dwukanałową, trój płaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 41**

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 42**

Załącznik 5, poz. 4,6

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły bioreczej, natomiast kolec igły bioreczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 43**

Załącznik 5, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły bioreczej, natomiast kolec igły bioreczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 44**

Załącznik 5, poz. 5

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 45**

Załącznik 5, poz. 6, 4

Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 46**

Załącznik 8, poz. 17-18

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 47**

Załącznik 8, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 48**

Załącznik 8, poz. 19

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 49**

Załącznik 8, poz. 2,19,31

,Czy zamawiający wydzieli poz. 2,19,31 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 50**

Załącznik 8. Pozycja 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 51**

Załącznik 8. Pozycja 30

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 52**

Zadanie nr 7 – parametry zgrzewarki: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zgrzewarkę, o regulowanej odległości zgrzewu od krawędzi materiału zgrzewanego zakres od 0 do 35mm oraz zgrzewie ciągłym? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 53**

Zadanie nr. 14, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania włókninę krepowaną, która posiada wytrzymałość na przedarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 1050 mN,

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 54**

Zadanie nr 14, poz. 2: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności papieru krepowego z normą 868-1? Norma 868-1 została wycofana i zastąpiona przez normę PN-EN ISO 11607-1, z którą oferowany asortyment jest zgodny.

Odpowiedź

Zamawiający odstępuje od wymogu stosowania wycofanej normy 868-1 dla papieru krepowanego

#### **Pytanie nr 54**

Zadanie nr 14, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania papier krepowany o następujących parametrach:

- Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,85 kN/m
- w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,35 kN/m,
- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,72 kN/m,
- w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,42 kN/m,
- gramatura nominalna 60 ( $\pm 2$ ) g/m<sup>2</sup>,
- wydłużenie podczas pęknięcia MD 10,5 %
- wydłużenie podczas pęknięcia CD 4,2 % ?

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

#### **Pytanie nr 56**

**Zadanie nr 29:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuchy wiązane z tyłu na troki ?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

#### **Pytanie nr 57**

Dotyczy zapisów SWZ: Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

#### **Pytanie nr 58**

Dotyczy Pakiet 7 (rękawy papierowo-foliowe) - parametry techniczne

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu przedstawienia parametru folii w postaci jej gramatury? Gramatura jest istotną cechą związaną z papierem a w przypadku folii liczą się jej grubość oraz odporność na uszkodzenia które są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź

Tak

**Pytanie nr 59**

Dotyczy Pakiet 7 (rękawy papierowo-foliowe) - parametry techniczne

Czy Zamawiający zgodzi się na rękawy w których symbol otwierania znajdują się wyłącznie od strony folii na linii zgrzewu? Ze względu na przebieg procedury pakowania i otwierania pakietów umieszczenie go od strony papieru nie ma merytorycznego uzasadnienia.

Odpowiedź

Tak, nie wymaga

**Pytanie nr 60**

Dotyczy Pakiet 7 (rękawy papierowo-foliowe) - parametry techniczne

Czy Zamawiający zgodzi się na rękawy na których oznaczenie metody sterylizacji znajduje się obok wskaźnika a nie na nim? Jest to równie czytelny system.

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 61**

Dotyczy Pakiet 7 (rękawy papierowo-foliowe) - parametry techniczne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo – foliowe, na których znak CE umieszczony jest na etykiecie samoklejącej umieszczonej między rękawem a folią zabezpieczającą oraz na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 62**

Dotyczy Pakiet 7 (rękawy papierowo-foliowe) - parametry techniczne

Czy Zamawiający zgodzi się na rękawy zgrzewalne w temperaturze 150-200 st. C?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 63**

Dotyczy Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na włókninę o wytrzymałości na przedarcie 1065 mN w kierunku maszyny oraz 1235 mN w kierunku poprzecznym?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 64**

Dotyczy Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na włókninę o wytrzymałości na rozciąganie na sucho 1,65 kN/m w kierunku maszyny oraz 1,25 kN/m w kierunku poprzecznym?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 65**

Dotyczy Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na włókninę o wytrzymałości na rozciąganie na mokro 1,1 kN/m w kierunku maszyny oraz 0,7 kN/m w kierunku poprzecznym?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 66**

Dotyczy Pakiet 14 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na papier krepowy o zawartości chlorków 0,028%, zawartości siarczanów 0,045%, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku maszyny 2,06 kN/m, w kierunku poprzecznym 1,33 kN/m, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro 0,53 kN/m w kierunku maszyny oraz 0,4 kN/m w kierunku poprzecznym?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 67**

Dotyczy Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na papier krepowy z parametrami wydłużenia podczas pęknięcia 11% w kierunku maszyny oraz 4% w kierunku poprzecznym?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 68**

Dotyczy Pakiet 32 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na taśmę samoprzylepną ze wskaźnikiem do pary wodnej o 19 mm x 50 m z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 69**

Dotyczy Pakiet 32 poz. 6

Czy Zamawiający zgodzi się na test kontroli skuteczności zgrzewu papierowy, bez folii spełniający wszystkie pozostałe kryteria SWZ?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 70**

Dotyczy Pakiet 32 poz. 9

Czy Zamawiający zgodzi się na nieprzylepny test kontroli skuteczności mycia posiadający substancję wskaźnikową koloru ciemnoczerwonego, zawierającą m.in. dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy, symulującą pozostałości zaschniętej krwi, która została umieszczona na plastikowym nośniku o wymiarach 70mm x 26mm?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 71**

Dotyczy Pakiet 32 poz. 9

Czy Zamawiający wymaga aby na teście umieszczono informacje w języku polskim, numer normy ISO i numer LOT, datę produkcji, termin ważności testu?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga



**Pytanie nr 72**

Dotyczy Pakiet 32 poz. 9

Czy Zamawiający w celu zapewnienia wysokiej krytyczności testu wymaga aby test kontroli mycia posiadał substancję wskaźnikową w postaci kwadratu o rozmiarze 1cm<sup>2</sup>?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 73**

Dotyczy Pakiet 32 poz. 11

Czy Zamawiający zgodzi się na wskaźnik chemiczny do monitorowania pozostałości zanieczyszczeń białkowych o wyniku w czasie od 1 minuty spełniający wszystkie pozostałe parametry SWZ?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 74**

Dotyczy Pakiet 32 poz. 11

Czy Zamawiający zgodzi się na wskaźnik chemiczny do monitorowania pozostałości zanieczyszczeń białkowych pakowany po 25 szt.?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami w tym modyfikacji zapisów umowy zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 2021-09-20 do godz.10.00 składania ofert. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10.30. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.