

Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.

Pyskowice, 28.03.2022 r.

ul. Szpitalna 2

44 – 120 Pyskowice

Numer sprawy: Sp/AZP/382/4/poza/2022

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu 130.000,00 zł netto określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z p.zm), numer sprawy: Sp/AZP/382/4/poza/2022, nazwa zadania:

Dostawa aparatu do znieczulenia w systemie 12 miesięcznych równych rat

Kod CPV 33172000-6 Urządzenia do anestezji i resuscytacji

Termin wykonania zadania:

W terminie 7 dni od podpisania umowy

Wartość techniczne: Minimalne aparatu do znieczulenia

Parametry ogólne	
1.	Zasilanie 230 V 50 Hz
2.	Waga aparatu poniżej 150 kg
3.	Wbudowany blat do pisania
4.	Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej
5.	min. 3 szuflady na drobne akcesoria
6.	Mobilny aparat, cztery koła jezdne, w tym minimum dwa koła blokowane centralnie
7.	Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń
8.	Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu. Reduktory w zestawie.
9.	Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej
10.	Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu

11.	Zasilanie awaryjne aparatu na min. 120 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora
12.	Szyna na dodatkowe akcesoria z boku aparatu
13.	Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie – system Selectatec.
14.	Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu lub desfluranu. Dwa gniazda aktywne. Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie

System dystrybucji gazów

15.	Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenu azotu, powietrza. Wyświetlanie wartości przepływów w postaci elektronicznej i tzw. wirtualnych przepływomierzy. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-12 l/min
16.	System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%
17.	Funkcja ekonometru (optymalizatora) znieczulenia
18.	Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami: ustawianie przepływu świeżych gazów od min. 200 ml/min
19.	Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu w PLN

Układ oddechowy

20.	Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków
21.	Układ oddechowy kompaktowy. Nadający się do sterylizacji w autoklawie
22.	Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w konfiguracji systemu
23.	Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego
24.	Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 25 L/min.
25.	Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O ₂ do podaży na maskę lub węż tlenowe, zakres: 0-15 l/min
26.	Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa
27.	Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu.
28.	Możliwość stosowania zamiennych pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas

	znieczulenia bez rozszczelnienia układu i bez konieczności użycia narzędzi
29.	Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji.
30.	Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną – aktywny odciąg
31.	Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo
32.	Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy
33.	Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy

Tryby wentylacji

34.	Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni
35.	Wentylacja kontrolowana objętością VCV
36.	Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV
37.	Wentylacja w trybie SIMV: SIMV-PC, SIMV-VC, SIMV-VG
38.	Tryb wentylacji CPAP/PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu
39.	Tryb PCV-VG
40.	Możliwość rozbudowy o tryb APRV

Inne

41.	Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem odpowiednich alarmów
42.	Aparat wyposażony tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający wentylację mechaniczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu ciśnienia drogach oddechowych
43.	Pauza w przepływie gazów do min. 2 minut w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej.
44.	Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonego wzrostu pacjenta i płci
45.	Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora

Regulacje

46.	Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 3 do 30 cmH ₂ O
47.	Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 4:1 do 1:8
48.	Reg. częstości oddechu (podać zakres) min. 2 do 100 odd./min

49.	Reg. ciśnienia wdechowego od min 5 do 80 cmH ₂ O
50.	Reg. ciśnienia wspomagania od min 3 do 60 cmH ₂ O
51.	Reg. objętości oddechowej (podać zakres) min: 10 – 1500 ml w trybach objętościowych
52.	Reg. objętości oddechowej (podać zakres) min: 5 – 1500 ml w trybach z gwarantowaną objętością np. PCV-VG, PRVC
53.	Regulacja czasu wdechu od min 0,2 do 8 sek.
54.	Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s
55.	Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60%
56.	Reg. czułości wyzwalania w zakresie min. 0,2 - 15 l/min
57.	Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 20 cmH ₂ O
58.	Reg. czułości wydechowej min. 5% - 80%

Alarmy

59.	Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV
60.	Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV
61.	Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f
62.	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego
63.	Alarm braku zasilania w energię elektryczną
64.	Alarm Apnea
65.	Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu
66.	Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO ₂
67.	Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 500 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach

Pomiar i obrazowanie

68.	Pomiar objętości oddechowej TV
69.	Pomiar objętości minutowej MV
70.	Pomiar częstotliwości oddechowej f
71.	Pomiar I:E (wartość cyfrowa)
72.	Ciśnienia szczytowego (wartość cyfrowa)
73.	Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa)
74.	Ciśnienia średniego (wartość cyfrowa)
75.	Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa)
76.	Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej
77.	Wyświetlanie pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania min. 4 wyświetlonych pętli

	spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem oporów i podatności dróg oddechowych
78.	Wyświetlanie całkowitego przepływu oraz stężenia tlenu świeżych gazów
79.	Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 15", wbudowany w korpus aparatu o rozdzielczości min. 1024x768
80.	Obsługa respiratora za pomocą pokrętle funkcyjnego i ekranu dotykowego
81.	Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy
82.	Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy
83.	Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla Tve, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, Pmean, f, EtCO2, FiO2. Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 48 godz.
84.	Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu

Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu)	
---	--

85.	Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe)
86.	Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych.
87.	Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka)
88.	Wyświetlanie krzywej kapnograficznej
89.	Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta
90.	Wbudowany w aparat ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l.
91.	Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim
92.	Instrukcja Obsługi w języku polskim

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Załącznikiem nr 1 (Formularz ofertowy) stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacja co najmniej 3 dostaw w zakresie niniejszego postępowania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

A/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający zakres prowadzenia działalności **Na wezwanie Zamawiającego**

B/ Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr. 1

C/ Dokumenty potwierdzające parametry techniczne urządzeń **Na wezwanie Zamawiającego**

Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

I. Kryteria oceny i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

1.Cena

90 pkt

oferta z najniższą ceną

$\frac{\text{cena oferty badanej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 90 = \text{ilość przyznanych punktów}$

2.Termin dostawy

10 pkt

Termin dostawy	Ilość punktów
do 3 dni	10
Od 4 do 7 dni	1

ocena matematyczna

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą zostanie wezwana do dostarczenia dokumentów i po ich weryfikacji zostanie podpisana umowa

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 01.04.2021 r do godziny 11:00 w siedzibie zamawiającego Szpital w Pyskowicach Sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2
44-120 Pyskowice

Pokój nr 17 sekretariat Dyrekcji

Oferty można również przesłać do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres:
da@szpitalpyskowice.com.pl otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:05

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest: Kuliński Dariusz +48 32 2332424

Zatwierdzam

PREZES ZARZĄDU
Leszek Kubiak

Załączniki :

Formularz Cenowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków technicznych

Umowa wzór

Klauzula informacyjna

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

Dane dotyczące zamawiającego

Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.

Szpitalna 2

44-120 Pyskowice

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu Numer sprawy: Sp/AZP/382/4/poza/2022. Nazwa zadania: „**Dostawa aparatu do znieczulenia**”

Oferujemy dostawę aparatu do znieczulenia

Nazwa Typ Producent.....

Rok produkcji, spełniający minimalnych parametrach technicznych zawartymi w ogłoszeniu za cenę:

cena netto.....zł

(słownie:)

podatek VAT.....zł

cena brutto.....zł

(słownie:)

.....)

Płatność w 12 miesięcznych ratach po netto.....brutto

Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

.....
Termin dostawy

Ilość wykonanych w ostatnich 3 latach dostaw

LP	Nazwa firmy na rzecz której dokonano dostawy	Wartość	Data dostawy
1.			
2.			
3.			

Termin płatności:w 12 równych rat

Okres gwarancji oceniany (wyrażony w liczbie miesięcy):.....

Oświadczam, że:

Reklamacje będą załatwiane w terminie

1. Oświadczam, że :wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
2. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w ogłoszeniu
3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami / wymaganiami.

.....
(data i czytelny podpis wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

Oświadczamy, że zaproponowany aparat do znieczulenia spełniamy minimalne warunki techniczne określone w ogłoszeniu w tym posiadam odpowiednim potencjałem technicznym oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia – montaż i szkolenie.

.....

(data i czytelny podpis wykonawcy)

UMOWA Nr Sp/AZP/381/...../2022

zawarta w dniu r. w Pyskowicach pomiędzy:

Szpitałem w Pyskowicach Sp. z o.o., 44-120 Pyskowice ul. Szpitalna 2 wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach wydział X Gospodarczy pod numerem KRS 0000469643, NIP 9691608096, REGON 276247465

Wysokość kapitału zakładowego 29.200.000,00 zł,

reprezentowanym przez:

Leszek Kubiak – Prezes Zarządu

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

.....
Wpisanym do rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem,
NIP, REGON

reprezentowanym przez:

.....

zwany w dalszej części umowy „Sprzedającym”

Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu 130.000,00 zł netto określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z p.zm), numer sprawy: Sp/AZP/382/4/poza/2022, nazwa zadania: : **Dostawa aparatu do znieczulenia**. została zawarta umowa o następującej treści

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa aparatu do znieczulenia przez Sprzedającego na rzecz Kupującego zgodnie ze złożoną ofertą
2. Sprzedający załączy ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie niezbędne informacje dla Kupującego oraz instrukcję w języku polskim.

§ 2

WARTOŚĆ UMOWY

1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 na kwotę brutto zł (słownie:); netto: zł

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatność będzie dokonywana po dostarczeniu przez Sprzedającego przedmiotu zamówienia oraz faktury w 12 równych miesięcznych ratach pierwsza płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu wraz z fakturą Kupującemu, na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego prowadzony w banku..... nr.....
2. Faktura winna być przekazana Kupującemu razem z dostawą.
3. Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 4

TERMIN DOSTAWY

Sprzedający zobowiązany jest do wykonania dostawy aparatu do znieczulenia w terminie dni od podpisania umowy

§ 5

GWARANCJA

1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji i zapewnia, że dostarczony przedmiot zamówienia spełnia warunki techniczne zawarte w ogłoszeniu,
2. Okres gwarancji wynosimiesiący.

§ 6

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia dostawy przedmiotu umowy do Kupującego ponad terminy określone w § 4, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% od wartości nie wykonanej dostawy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia Sprzedającego od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody Kupującego, bądź odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 2 % łącznej wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1. Powyższe nie wyklucza obowiązku zapłaty kar umownych na podstawie ust.1.
3. Kupujący ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za faktury Sprzedającego, na podstawie noty wystawionej przez Kupującego.
4. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych, Kupujący ma prawo żądać dodatkowo odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. W przypadku nie uregulowanych przez Kupującego płatności w terminie określonym w § 3 ust.1, Sprzedającemu przysługuje prawo naliczania odsetek, w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z tytułu niniejszej umowy, bez uprzedniej zgody Kupującego wyrażonej na piśmie.
2. Zmian umowy dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności
3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy, strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo Sąd Powszechny dla siedziby Kupującego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla Kupującego i jednej dla Sprzedającego. Integralną częścią umowy jest oferta.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

Klauzula informacyjna Oferenci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. – 44-120 Pyskowice, ul. Szpitalna 2; nr.tel. 32 233-24-24

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o. jest **Inspektor Ochrony Danych** mgr. Iwona Reszka, kontakt: adres email: lod@szpitalpyskowice.pl, telefon: 32 233-24-24

Podstawa prawna, zakres i cel przetwarzania danych osobowych :

- a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa, jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy zawartej ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- b) przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie danych osobowych osób prowadzących działalność gospodarczą, z którymi Spółki mogą zawrzeć umowę;
- c) w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji na podstawie przepisów prawa;
- d) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Szpitala lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
- e) dla celów ustalania lub dochodzenia przez Szpital roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.
- F) w celach wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych - przez odpowiednie okresy wskazane w umowach oraz we właściwych przepisach regulujących udzielanie dofinansowania – co do zasady są to okresy 5-letnie.

Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością.

Przykłady interesów:

- weryfikacja złożonych ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu;
- umożliwienie Spółce kontaktu z Oferentami;
- weryfikacja potencjału i doświadczenia Oferenta i możliwości wykorzystania informacji w innych Postępowaniach (tworzenie bazy dostawców);
- przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych; v. zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej;

Zakres zbieranych Danych.

Dane podane przez Oferenta:

- a) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
- b) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON, numer PESEL),
- c) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
- d) stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną funkcję,
- e) posiadane doświadczenie lub uprawnienia;
- f) inne dane zawarte w oświadczeniach Oferenta lub referencjach przedstawianych w danym Postępowaniu, w tym w szczególności specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej lub zawodowej, numer rachunku bankowego, tytuł zawodowy, wykształcenie).

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w Postępowaniu.

Dane pozyskane z innych źródeł :

Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach. Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do prowadzenia Postępowania oraz kontaktu z Oferentem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu lub zmianie danych kontaktowych. Możemy pozyskiwać także dane osobowe podwykonawców Oferentów od Oferentów, którzy dostarczyli Szpitalowi takie dane w ramach Postępowania.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

· w odniesieniu do Pani/Pana dane decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

· **Posiada Pani/Pan prawo do:**

- na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

· **Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:**

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.