



SZPITAL W PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl



Pyskowice, 30.03.2022 r.

Wyjaśnienia

Dotyczy: zapytania na dostawę aparatu do znieczulenia

Nr postępowania: Sp/AZP/382/4/poza/2022

1. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania wyposażony w koła blokowane osobno?

Odpowiedź Nie wymaga dopuszcza

2. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania wyposażony w akumulator gwarantujący 90 minut pracy?

Odpowiedź dopuszcza

3. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania bez funkcji ekonometru, którego wskazania są tylko orientacyjne i specyficzne dla jednego producenta?

Odpowiedź nie dopuszcza

4. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania bez funkcji oceny kosztów znieczulenia i podania kosztu w PLN?

Odpowiedź dopuszcza

5. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania wyposażony w wielorazowy pochłaniacz CO₂, co stanowi cenowo uzasadnione rozwiązanie?

Odpowiedź dopuszcza

6. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania bez możliwości rozbudowy o tryb wentylacji APRV?

Odpowiedź dopuszcza

7. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania bez trybu pracy w krążeniu pozaustrojowym?

NIP: 9691608096

REGON: 276247465

BDO 000033535

KRS 0000469643

Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału

Zakładowego:

31.700.000,00 zł.

Nr konta bankowego:

ING Bank Śląski

981050128510000221

2249177

Kontakt:

Centrala:

32 233 24 24

Sekretariat Zarządu:

32 233 24 24 w. 230

Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numery wewnętrzne:

Księgowość - 235

Kadry - 232

Dział Statystyki - 233

Zamówienia Publiczne - 281

Dział Techniczny - 229

Zaopatrzenie - 239

Apteka - 239

Izba Przyjęć - 250

Oddział Wewnętrzny - 204

Oddział Ginekologiczno

Położniczy - 205

Oddział Noworodków - 217

Oddział Chirurgii - 206

Pracownia RTG - 211

Laboratorium - 213

Prac. Endoskopowa - 263

Przełożona Pielęgniarek - 237

Pielęgn. Epidemiolog. - 262



SZPITAL W PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl

Odpowiedź nie dopuszcza

8. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania wyposażony w funkcję wyciszenia alarmów, bez trybu pracy w krążeniu pozaustrojowym?

Odpowiedź nie dopuszcza

9. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania bez funkcji pauzy do 2 minut podczas wentylacji? Brak przepływu gazów przez 2 minuty może stanowić zagrożenie dla pacjenta.

Odpowiedź dopuszcza

10. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania pozwalający na regulację ciśnienia wdechowego w zakresie od 5 cmH₂O do 70 cmH₂O co stanowi zakres daleko wykraczający poza zastosowania kliniczne?

Odpowiedź nie dopuszcza

11. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania i zmieni wymagania odnośnie ciśnienia wspomagania, zwiększając je do zakresu od 0 cmH₂O do 70 cmH₂O zamiast gorszego parametru obecnie wymaganego od 3 cmH₂O do 60 cmH₂O?

Odpowiedź Nie wymaga dopuszcza

12. Czy zamawiający zgodzi się na zmianę wymagania odnośnie objętości dostarczanej w trybie objętościowym do zakresu 10 ml do 1600 ml, zamiast obecnie wymaganego 10 ml do 1500 ml?

Odpowiedź Nie wymaga dopuszcza

13. Czy zamawiający zgodzi się na zmianę wymagania odnośnie objętości dostarczanej w trybie z gwarantowaną objętością w zakresie 10 ml- 1600 ml zamiast obecnie wymaganego 5 ml do 1500 ml?

Odpowiedź nie dopuszcza

NIP: 9691608096

REGON: 276247465

BDO 000033535

KRS 0000469643

Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału

Zakładowego:

31.700.000,00 zł.

Nr konta bankowego:

ING Bank Śląski

9810501285100000221

2249177

Kontakt:

Centrala:

32 233 24 24

Sekretariat Zarządu:

32 233 24 24 w. 230

Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numery wewnętrzne:

Księgowość – 235

Kadry – 232

Dział Statystyki – 233

Zamówienia Publiczne - 281

Dział Techniczny - 229

Zaopatrzenie – 239

Apteka – 239

Izba Przyjęć – 250

Oddział Wewnętrzny – 204

Oddział Ginekologiczno

Położniczy – 205

Oddział Noworodków – 217

Oddział Chirurgii – 206

Pracownia RTG – 211

Laboratorium – 213

Prac. Endoskopowa - 263

Przełożona Pielęgniarek -237

Pielęgn. Epidemiolog. - 262



SZPITAL W PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl

14. Czy zamawiający zgodzi się na zmianę wymagania odnośnie zakresu regulacji czasu wdechu rozszerzając ten zakres do 0,1 s do 10 s, co pozwala na zastosowanie aparatu u szerszej grupy pacjentów?

Odpowiedź Nie wymaga dopuszcza

15. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania pozwalający na zmianę czasu narastania ciśnienia w zakresie 0.1 s do 2 s, zamiast od 0 s do 2 s? Wartość 0 s nie jest możliwa do osiągnięcia, ponieważ żaden układ pneumatyczny nie pozwoli na wzrost ciśnienia w czasie 0 s i parametr ten nie będzie możliwy do spełnienia przez dostępne na rynku urządzenia.

Odpowiedź dopuszcza

16. Czy zamawiający zgodzi się na zmianę wymagania odnośnie pauzy wdechowej i rozszerzy zakres regulacji do 0 - 60%, zamiast wymaganego zakresu 5 - 60%?

Odpowiedź Nie wymaga dopuszcza

17. Czy zamawiający zgodzi się na zmianę wymagania odnośnie czułości wyzwalania przepływem i będzie wymagał szerszego zakresu 1 l/min do 20 l/min zamiast 0.2 l/min do 15 l/min? Taki zakres pozwala na wentylację szerszej grupy pacjentów.

Odpowiedź nie dopuszcza

18. Czy zamawiający zgodzi się na zmianę wymagania odnośnie alarmu apnea i wprowadzi wymaganie dotyczące możliwości regulacji czasu apnea w zakresie 10 s do 60 s, co znacznie poprawi komfort pracy przy zachowaniu bezpieczeństwa pacjenta?

Odpowiedź Nie wymaga dopuszcza

19. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania rejestrujący alarmy i zdarzenia w liczbie 100 ostatnich zdarzeń?

Odpowiedź nie wymaga dopuszcza

NIP: 9691608096
REGON: 276247465
BDO 000033535

KRS 0000469643
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału
Zakładowego:
31.700.000,00 zł.

Nr konta bankowego:

ING Bank Śląski
9810501285100000221
2249177

Kontakt:

Centrala:
32 233 24 24
Sekretariat Zarządu:
32 233 24 24 w. 230
Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numery wewnętrzne:

Księgowość - 235
Kadry - 232
Dział Statystyki - 233
Zamówienia Publiczne - 281
Dział Techniczny - 229
Zaopatrzenie - 239
Apteka - 239

Izba Przyjęć - 250
Oddział Wewnętrzny - 204
Oddział Ginekologiczno
Położniczy - 205
Oddział Noworodków - 217
Oddział Chirurgii - 206
Pracownia RTG - 211
Laboratorium - 213
Prac. Endoskopowa - 263
Przełożona Pielęgniarek - 237
Pielęgn. Epidemiolog. - 262



SZPITAL W PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl

NIP: 9691608096
REGON: 276247465
BDO 000033535

KRS 0000469643
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału
Zakładowego:
31.700.000,00 zł.

Nr konta bankowego:

ING Bank Śląski
9810501285100000221
2249177

Kontakt:

Centrala: ~
32 233 24 24
Sekretariat Zarządu:
32 233 24 24 w. 230
Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numery wewnętrzne:

Księgowość - 235
Kadry - 232
Dział Statystyki - 233
Zamówienia Publiczne - 281
Dział Techniczny - 229
Zaopatrzenie - 239
Apteka - 239

Izba Przyjęć - 250
Oddział Wewnętrzny - 204
Oddział Ginekologiczno
Położniczy - 205
Oddział Noworodków - 217
Oddział Chirurgii - 206
Pracownia RTG - 211
Laboratorium - 213
Prac. Endoskopowa - 263
Przełożona Pielęgniarek - 237
Pielęgn. Epidemiolog. - 262

20. Czy zamawiający będzie wymagał, aby aparat był wyposażony w pomiar ciśnienia minimalnego P_{min}? Taki pomiar uzupełnia obraz kliniczny i pozwala na dokładniejszą diagnostykę.

Odpowiedź Nie wymaga dopuszcza

21. Czy zamawiający będzie wymagał, aby aparat posiadał możliwość rozbudowy o pomiar SpO₂ oraz monitorował wartość SpO₂, PI oraz częstość pulsu? Pomiar ten uzupełnia parametry życiowe prezentowane przez aparat.

Odpowiedź Nie wymaga dopuszcza

22. Czy zamawiający będzie wymagał, aby aparat wyświetlał 3 krzywe jednocześnie na ekranie w tym 1 pętla spirometryczna, co znacznie poprawia ilość informacji diagnostycznych szybko dostępnych dla lekarza?

Odpowiedź Nie wymaga dopuszcza

23. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania wyświetlający 3 różne pętla spirometryczne bez możliwości zapisu pętli referencyjnych?

Odpowiedź nie dopuszcza

24. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania wyposażony w dotykowy, kolorowy ekran TFT o przekątnej 12.1" i rozdzielczości 800x600, co pozwala na nowoczesną i profesjonalną prezentację danych?

Odpowiedź nie dopuszcza

25. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania pokazujący trendy z ostatnich 24 godzin z możliwością wyboru wyświetlanego graficznie parametru?

Odpowiedź nie dopuszcza

26. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania wyświetlający aktualną datę i czas oraz zestaw wielu parametrów diagnostycznych bez stopera?

Odpowiedź nie dopuszcza



SZPITAL W PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl



27. Czy zamawiający będzie wymagał, aby aparat umożliwiał samodzielną zmianę gazu napędowego z wyborem O2 lub Air oraz wyświetlał aktualne ustawienie gazu napędowego na ekranie aparatu w postaci ikony? Taka funkcjonalność znacznie obniża koszty eksploatacji aparatu.

Odpowiedź Nie wymaga dopuszcza

28. Czy zamawiający będzie wymagał, aby aparat pozwalał na samodzielne wyłączenie pomiarów gazowych w aparacie oraz pomiaru SpO2, pod warunkiem doposażenia aparatu w pomiar SpO2?

Odpowiedź Nie wymaga dopuszcza

29. Czy zamawiający będzie wymagał, aby aparat był wyposażony w wizualny, świetlny wskaźnik włączenia zewnętrznego wyjścia świeżych gazów, co zapewnia większe bezpieczeństwo pacjenta?

Odpowiedź Nie wymaga dopuszcza

30. Czy zamawiający uzna za spełnienie warunku czasu dostawy do 3 dni, jeśli Wykonawca dostarczy aparat zastępczy o porównywalnych parametrach na okres wydłużonej dostawy?

Odpowiedź w takim wypadku zamawiający uzna za spełnienie warunku czasu dostawy do 7 dni

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią ogłoszenia Sp/AZP/382/4/poza/2022 i będą wiążące w chwili składania ofert.

Zawieszona Dyrekcja
dział. administracyjno-eksploatacyjnych
mgr Dariusz Kubiński

NIP: 9691608096
REGON: 276247465
BDO 000033535

KRS 0000469643
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału
Zakładowego:
31.700.000,00 zł.

Nr konta bankowego:

ING Bank Śląski
9810501285100000221
2249177

Kontakt:

Centrala: ~
32 233 24 24
Sekretariat Zarządu:
32 233 24 24 w. 230
Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numery wewnętrzne:

Księgowość - 235
Kadry - 232
Dział Statystyki - 233
Zamówienia Publiczne - 281
Dział Techniczny - 229
Zaopatrzenie - 239
Apteka - 239

Izba Przyjęć - 250
Oddział Wewnętrzny - 204
Oddział Ginekologiczno
Położniczy - 205
Oddział Noworodków - 217
Oddział Chirurgii - 206
Pracownia RTG - 211
Laboratorium - 213
Prac. Endoskopowa - 263
Przełożona Pielęgniarek - 237
Pielęgn. Epidemiolog. - 262