

Pyskowice 20.07.2022r.

### Wyjaśnienia SWZ nr 1

W odpowiedzi na pytania w postępowaniu Sp/AZP/382/3/2022 nr ogłoszenia 2022/BZP 00258599/01 Dostawa środków opatrunkowych i pomocniczych dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.

#### Pytanie 1

Zadanie 2 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego zadania poz. 1-5 ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym zadaniu?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

#### Pytanie nr 2

Zadanie 2 poz. 4-5 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

#### Pytanie nr 3

Zadanie 2 poz. 1-2 czy zamawiający dopuści maski włókninowe TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

#### Pytanie nr 4

Zadanie 2 poz. 4 czy zamawiający oczekuje chusty bawełnianej czy włókninowej?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza chusty bawełniane i włókninowe

#### Pytanie nr 5

Zadanie 2 poz. 5 czy zamawiający dopuści prześcieradło/ Serweta niejałowa z włókniny 25g/m<sup>2</sup> jednorazowego użytku, niebieska 160x210 cm ?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

#### Pytanie nr 6

Zadanie 2 poz. 6 Czy zamawiający dopuszcza jednorazowej gąbki, nasączonej żelem myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkakrotnie ścisnąć, po umyciu ciała wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm, 100% poliester, bez sztucznych konserwantów?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

#### **Pytanie nr 7**

Zadanie 2 poz. 9 Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

#### **Pytanie nr 8**

Zadanie 6 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego zadania poz. 5,11 ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym zadaniu?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

#### **Pytanie nr 9**

Zadanie 6 poz. 11 czy zamawiający oczekuje ochraniaczy na obuwiu foliowych czy włókninowych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza oba rodzaje

#### **Pytanie nr 10**

Zadanie 10 poz. 1,2 czy zamawiający dopuści podkład dwuwarstwowy ( 1 x bibuła + 1 x folia)?

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

#### **Pytanie nr 11**

Zadanie 10 poz. 1,2 czy zamawiający dopuści podkładu o szer. 50 cm?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

**Pytanie nr 12**

Zadanie 10 poz. 3 Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

**Pytanie nr 13**

Zadanie 10 poz. 3 Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź

Tak

**Pytanie nr 14**

Zadanie 10 czy zamawiający w j.m. szt. ma na myśli rolkę?

Odpowiedź

Tak

**Pytanie nr 15**

Zadanie 13 czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe 30 g/m<sup>2</sup>, 4 warstwy, 10 x 10 cm, jałowe po 5 szt. w blistrze?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 16**

Zadanie 12 czy zamawiający w poz. 2-7 dopuści kompresy włókninowe 30 g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź

Nie, zgodne z SWZ

**Pytanie nr 17**

Zadanie 12 poz. 2,5 czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w blistrach po 5 sztuk z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią ogłoszenia i będą wiążące w chwili składania ofert.

SZPITAL W PYSKOWICACH sp. z o.o.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURENT  
*mgr Beata Telepko*