

### Wyjaśnienia SWZ nr 3

W odpowiedzi na pytania w postępowaniu Sp/AZP/382/3/2022 nr ogłoszenia 2022/BZP 00258599/01 Dostawa środków opatrunkowych i pomocniczych dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.

**Pytanie 1** Pakiet 25, poz. 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 20x30cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

**Pytanie 2** Pakiet 25, poz. 18-19 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji z uwagi na brak rozmiaru w ofercie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza tolerancje +/- 10%

**Pytanie 3** Pakiet 16, poz. 1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m2. Rękawy fartucha zakończone elastycznym mankietem z dzianiny, łączone za pomocą ultradźwięków, z tyłu wiązany na troki umieszczone w kartoniku oraz zapinany na rzep przy szyi, z oznaczeniem rozmiaru na metce, krój prosty. Pakowany w podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę lub papier krepowy, w komplecie z dwoma ręcznikami z mikrosiecią. Na opakowaniu 4 etykiety przyklepne. Wyrób medyczny klasy Is. Zgodny z normą EN 13795-1:2019. Sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

**Pytanie 4** Pakiet 16, poz. 2 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze podstawowej 40 g/m2, ze wzmocnieniem chłonnym z przodu na pełnej długości fartucha (mocowane od wewnętrznej strony). Rękawy fartucha zakończone elastycznym mankietem z dzianiny, łączone za pomocą ultradźwięków, z tyłu wiązany na troki umieszczone w kartoniku oraz zapinany przy szyi na rzep, z oznaczeniem rozmiaru na metce, krój prosty. Pakowany w podwójnie w opakowanie papier/folia i papier krepowy, w komplecie z dwoma ręcznikami. Wyrób medyczny klasy Is. Zgodny z normą EN 13795-1:2019. Sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

#### Pytanie 5

Pakiet 16 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3, co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych na pozostałe dwie pozycje.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

**Pytanie 6** Pakiet 18 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania z włókniny SMMS. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

**Pytanie 7** Pakiet 20 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby warstwa spodnia podkładu posiadała dodatkowy kontrastowy kolor nadruku ułatwiający identyfikację w trakcie rozkładania produktu (wyróżne oznaczenie spodniej strony).

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 8** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje podkładu o wysokiej chłonności, tj. 4900 ml.

Odpowiedź: Dopuszcza nie wymaga

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią ogłoszenia i będą wiążące w chwili składania ofert.

PREZES ZARZĄDU  
Leszek Kubiak