

Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.

Pyskowice, 23.08.2022 r.

ul. Szpitalna 2

44 – 120 Pyskowice

Numer sprawy: Sp/AZP/382/11/poza/2022

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu 130.000,00 zł netto określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z p.zm), numer sprawy: Sp/AZP/382/11/poza/2022, nazwa zadania:

Dostawa strzykawki automatycznej do podawania kontrastu do CT i TK w systemie 36 miesięcznych równych rat

Kod CPV 33100000-1 - Urządzenia medyczne

Termin wykonania zadania:

W terminie 7 dni od podpisania umowy

Wartość techniczne: Minimalne wymagania

Parametry techniczne.

Lp.	Wymagania techniczne	Wartość wymagana	Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru	Punktacja
Parametry ogólne				
1.	Automatyczny, dwugłowicowy wstrzykiwacz do podawania środka kontrastowego i soli fizjologicznej	TAK		
2.	Statyw jezdny	TAK		
3.	Dwa niezależne tory do podawania płynów	TAK		
4.	Sprzężenie z tomografem w klasie IV CiA425	punktowane	TAK/NIE	Max 10 pkt
5.	Kolorowy, dotykowy monitor (panel sterujący)	TAK		
6.	Możliwość zapamiętania minimum 40 protokołów iniekcji	TAK		
7.	Możliwość zaprogramowania iniekcji wielofazowej	TAK		

8.	Materiały eksploatacyjne o pojemności minimum 200 i 100 ml	TAK		
9.	Funkcja automatycznego napełniania	TAK		
10.	Funkcja testowania drożności naczyń	TAK		
11.	Limit ciśnienia szczytowego w zakresie $\geq 50-300$ psi możliwy do regulacji skokiem ≤ 5 ps	TAK		
12.	Prędkość przepływu w zakresie $\geq 0,1-10$ ml/s, możliwość regulacji skokiem	TAK		
13.	Możliwość opóźnienia wlewu w zakresie $\geq 0-300$ s.	TAK		
14.	Zakres programowania objętości 1 – 200 mL w odstępach co 1 mL	TAK		
15.	Zintegrowane elementy podgrzewające płynów	TAK		
16.	Możliwość zastosowania wkładów fabrycznych wypełnionych kontrastem o pojemnościach 50 ml , 100 ml, 125 ml	TAK/NIE		Max 5 pkt
17.	Funkcja symultaniczna – jednoczesne wstrzyknięcie kontrastu i soli % kontrast 10% - 90% w krokach co 5%	TAK/NIE		Max 5 pkt
18.	Automatyczne wykrywanie przez strzykawkę jakiej wielkości wkład został zainstalowany	TAK/NIE		Max 5 pkt
Inne wymagania				
19.	Oferowany system jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022	TAK		
20.	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1 szt. papierowa dostarczona wraz z dostawą i 1 szt. w wersji elektronicznej na płycie CD dołączona do oferty)	TAK		
21.	Deklaracja(e) zgodności CE	TAK		
22.	Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia	TAK		
23.	Dostawa 50 zestawów wkładów do wykonywania badań	TAK		
24.	Czas dostawy do 7 dni od wyboru oferty	TAK	Max 10 pkt obliczana matematycznie
Warunki gwarancji i serwisu				
25.	Długość udzielanej gwarancji – minimum 12 miesiące max 36 miesięcy	punktowana	Max 5 pkt obliczana matematycznie
26.	Autoryzowany serwis na terenie Polski	TAK		
27.	Wykonywanie przeglądów w okresie gwarancji w cenie oferty	TAK		

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Załącznikiem nr 1 (Formularz ofertowy) i 1A formularz techniczny stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacja co najmniej 3 dostaw w zakresie niniejszego postępowania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

A/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający zakres prowadzenia działalności **Na wezwanie Zamawiającego**

B/ Formularz ofertowy i techniczny zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr. 1 i 1A

C/ Dokumenty potwierdzające parametry techniczne urządzeń **Na wezwanie Zamawiającego**

Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegają będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

I. Kryteria oceny i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

1.Cena

60 pkt

oferta z najniższą ceną

$\frac{\text{cena oferty badanej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 60 = \text{ilość przyznanych punktów}$

2.Termin dostawy

10 pkt

Termin dostawy	Ilość punktów
do 3 dni	10
Od 4 do 7 dni	1

ocena matematyczna

3.Marametry techniczne zgodnie z opisem

Max 30 pkt

Ocena matematyczna

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą zostanie wezwana do dostarczenia dokumentów i po ich weryfikacji zostanie podpisana umowa

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 26.08.2022 r do godziny 11:00 w siedzibie zamawiającego Szpital w Pyskowicach Sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2

44-120 Pyskowice

Pokój sekretariat Dyrekcji

Oferty można również przesłać do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres:
da@szpitalpyskowice.com.pl otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:05

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest: Kuliński Dariusz +48 32 2332424

Zatwierdzam


PREZES ZARZĄDU
Leszek Kublak

Załączniki :

Formularz ofertowy i formularz techniczny

Umowa wzór

Klauzula informacyjna RODO