

Pyskowice 24.08.2022r.

Wyjaśnienia SWZ nr 2

W odpowiedzi na pytania w postępowaniu „Dostawa odczynników do laboratorium Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” Numer sprawy: Sp/AZP/382/4/2022

Pytanie 1 dotyczy: pakiet nr 4 , opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o dopuszczenie do postępowania probówek do zagęszczania próbek kału do badań parazytologicznych, zawierających trójwymiarowy filtr pionowy, bez szklanych kulek, pakowanych po 40 szt. w opakowaniu, wiodącego producenta Firmy APACOR Ltd z W. Brytanii.

Wyjaśniamy, że podczas wirowania w standardowych wirówkach kątowych, w probówkach do zagęszczania kału z sitami płaskimi następuje stopniowe zatykanie filtrów masami kałowymi co zwiększa ryzyko zatrzymania na nich jaj i oocyst. W sytuacji zablokowania materiałem oczek filtrów traci znaczenie wielkość oczek filtrów, szczegółowo opisana przez Zamawiającego.

Dopuszczenie do postępowania probówek powszechnie stosowanych, stosujących rozwiązanie z filtrami pionowymi umożliwia Zamawiającemu wybór i ewentualne stosowanie produktu zapewniającego równomierne filtrowanie i zagęszczanie całej próbki w probówce osadowej, bez zatykania filtrów, bez zatrzymywania na nich jaj pasożytów. Dopuszczenie do postępowania probówek z filtrem pionowym zapewnia tym samym Zamawiającemu uzyskanie jak najlepszej czułości badania i wykrywalności.

Odpowiedź

Dopuszcza, nie wymaga

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią ogłoszenia i będą wiążące w chwili składania ofert.

SZPITAL W PYSKOWICACH sp. z o.o.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
mgr Beata Telepko