



**SZPITAL W PYSKOWICACH sp. z o.o.**

**ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice**

[www.szpitalpyskowice.com.pl](http://www.szpitalpyskowice.com.pl) e-mail: [sekretariat@szpitalpyskowice.com.pl](mailto:sekretariat@szpitalpyskowice.com.pl)



NIP: 9691608096  
REGON: 276247465  
BDO 000033535

KRS 0000469643  
Sąd Rejonowy w Gliwicach  
X Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału  
Zakładowego:  
39.700.000,00 zł.

**Nr konta bankowego:**

ING Bank Śląski  
981050128510000221  
2249177

**Kontakt:**

Centrala:  
32 233 24 24  
Sekretariat Zarządu:  
32 233 24 24 w. 230  
Fax: 32 233 24 24 w. 283

**Numery wewnętrzne:**

Księgowość – 235  
Kadry – 232  
Dział Statystyki – 233  
Zamówienia Publiczne - 229  
Dział Techniczny - 229  
Zaopatrzenie – 264  
Apteka – 264

Izba Przyjęć – 250  
Oddział Wewnętrzny – 204  
Oddział Ginekologiczno  
Położniczy – 205  
Oddział Noworodków – 217  
Oddział Chirurgii – 206  
Pracownia RTG – 211  
Laboratorium – 213  
Prac. Endoskopowa - 263  
Przełożona Pielęgniarek -237  
Pielęgn. Epidemiolog. - 262

Pyskowice, 02.01.2024r.

Dotyczy postępowania nr : SP/AZP/381/19/2023, Dostawa materiałów  
jednorazowych do Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.

### Wyjaśnienia 2

**Pytanie 1:** do Części nr 20, poz.5: Czy Zamawiający usunie z Części nr 20 filtry opisane w pozycji nr 5, gdyż od czasu zakończenia produkcji sond wielorazowych, które nie miały wbudowanych filtrów i wymagały zastosowania oddzielnych - jednorazowych, tj. od czasu zastąpienia sond wielorazowych sondami jednorazowymi, same filtry przestały być produkowane, zaś opisane przez Państwa w pozycji nr 3 i 4 sondy argonowe jednorazowe posiadają wbudowane filtry antybakteryjne

Odpowiedź: Tak, zamawiający usunie w/w.

**Pytanie 2:** Dotyczy pakietu 25 pozycja 4: Czy zamawiający dopuści: Podwójna strzykawka (2 x 200 ml) do tomografii komputerowej, rurka zwijana z rozdzielaczem z podwójnym zaworem zwrotnym i końcówkami do napełniania - zwijany przewód Y (150 cm) 60"?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.